

Projekt „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275 pkt 1 Pzp. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na **Dostawę mikroskopu metalograficznego odwróconego w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”**

Znak sprawy: DZP.371.43.2022

Data: 22.08.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami

Pytanie 1: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z obiektywami o długości optycznej 45 mm?

Odpowiedź: Tak, o ile zaproponowane rozwiązanie umożliwi rozbudowę mikroskopu o zaawansowane obiektywy do badań metalograficznych materiałów drobnoziarnistych (np. iglaste i płytkowe fazy w dwufazowych stopach tytanu) posiadające stopień korekcji optycznej plan apochromat i parametry takie jak np. 1. Powiększenie x50, apertura numeryczna min. 0.8, odległość robocza min 2.0 mm; 2. Powiększenie x150, apertura numeryczna min. 0.9, odległość robocza min. 1.5 mm.

KANCLERZ

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

/-/ dr inż. Krzysztof Dziędzic