



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 8**  
**Sprostowanie z dnia 15.09.2023r.**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 1987 / 3558 /23**

**Data: 13.09.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę jałowych pakietów zabiegowych, artykułów sterylizacyjnych oraz opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 2975 / 2023**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 10, poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie testowanego zestawu uniwersalnego, który został bardzo dobrze zaopiniowany o poniższych parametrach:

Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 $\mu$  z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetracje płynów (>175 cmH<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m<sup>2</sup> ), o łącznej gramaturze w 121 g/m<sup>2</sup>. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 10, poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany zestaw zawierał serwety wykonane z włókien bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych?

***Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.***

**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 10, poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.**

**PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 10, poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie testowanego zestawu do operacji kolana, który został bardzo dobrze zaopiniowany o poniższych parametrach:

Sterylny zestaw do operacji kończyny. Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo

1 x osłona na kończynę 38x73 +/-2 cm 2-warstwowa

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem

1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 6 cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy ( współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ) o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów ( > 175cm H<sub>2</sub>O), odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>145kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonyj certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dostarczenia wraz zestawem 1 osłony na kamerę 13 x 250.**

**PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 10, poz. 3 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie testowanego zestawu do operacji odbytnicy (chirurgii odbytnicy), który został bardzo dobrze zaopiniowany o poniższych parametrach:

Sterylny zestaw do zabiegów rektalnych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm,

1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczywych 258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzuszny 29x29cm i rektalnym 16x7cm ze zintegrowaną serwetką do przykrycia krocza wyposażoną w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety , z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 60x170cm +/-2cm, z uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.).Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 43g/m2. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (zdolność absorpcji min. 400%) z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 250 kPa. I klasa palności.Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonyj certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 9, poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13x 240 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 9, poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie osłony na nogę w rozmiarze 23x 91 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 9, poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie osłony na nogę w rozmiarze 36,5 x 72 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 24, poz. 1 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie testowanych fartuchów o poniższych parametrach:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811  $\geq 20$ cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1  $\geq 40$ kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3  $\geq 20$ N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,8IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10  $\leq 4,0$  log<sub>10</sub>, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 24, poz. 2 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie testowanych fartuchów o poniższych parametrach:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m<sup>2</sup> w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811  $\geq 100$ cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1  $\geq 40$ kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3  $\geq 20$ N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10  $\leq 4,0$  log<sub>10</sub>, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1  $\leq 300$ . Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L- 123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 27 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie testowanego i bardzo dobrze zaopiniowanego obłożenia do cięcia cesarskiego o poniższym opisie:

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem

1x kocyk dla noworodka 76x86 cm

1x rękawiki 35x35 +/-1cm

1x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym częściowo folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH<sub>2</sub>O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 27 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje obłożenia ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu oraz z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym na kończynach pacjentki, które jest wykorzystywane przez operatorów do odkładanie narzędzi w trakcie zabiegu.

***Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

