

D.25C/250/198/2021

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: D25C/251/N/5-14rj/21

- I. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

W konsekwencji zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

Było:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 07.08.2021 r.
(...)

Jest:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 16.08.2021 r.
(...)

Było:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 10.05.2021r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>), z zastrzeżeniem próbek, które należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji: ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo - Kancelaria do dnia 10.05.2021r. do godz. 08:00. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

Jest:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 19.05.2021r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>), z zastrzeżeniem próbek, które należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji: ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo - Kancelaria do dnia 19.05.2021r. do godz. 08:00. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w nn postępowaniu, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

146. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie specyfikacji dot. półmasek ochronnych FFP2, ponieważ wymagane przez Państwa spełnienie normy EN140 i EN149, to nie ma produktu, który spełniałby jednocześnie obie normy, gdyż EN140 odnosi się do półmasek i ćwierćmasek oraz produktów wielokrotnego użytku z wymiennymi



znak: D25C/251/N/5-14rj/21

filtrami, które w czasie epidemii COVID są bezużyteczne, a ich wielokrotne używanie jest niebezpieczne epidemiologicznie. Niestety na stronie ministerstwa zdrowia w rekomendacji dot. półmasek ochronnych zgodnie z wytycznymi CIOF znajduje się błąd (co ciekawe w załączniku z CIOF na tej samej stronie nie ma wzmianki o normie EN140), co wprowadza podmioty zamawiające w błąd i często skutkuje unieważnieniem postępowań przetargowych. Z naszego doświadczenia wynika również, że warto zaznaczyć w specyfikacji, aby oferowany produkt nie miał wykluczenia w certyfikacie dot. stosowania w środowisku medycznym. Poniżej link do strony ministerstwa oraz pierwotne wytyczne CIOF w załączniku.

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19>

Dzisiaj po roku od tej publikacji zamawiający powinni już żądać półmasek ochronnych, które powinny spełniać następujące wymagania: - zgodność z normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmiski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) - posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 - oznakowanie znakiem CE - certyfikaty CE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 24 w zakresie wymagań dotyczących zgodności z normami. Zamawiający wymaga w Zadaniu 24 zaferowania półmiski filtrującej FFP2 spełniającej następujące wymagania:

zgodność z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmiski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne;
- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 potwierdzona certyfikatem
- oznakowanie znakiem CE.

Pozostałe parametry zgodne SWZ z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych pismem D.25C/250/192/2021 z dn. 30.04.2021 r.

- III. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w nn postępowaniu, w zakresie udzielonych w dn. 30.04.2021 r. w piśmie D.25C/250/192/2021 odpowiedzi na zapytania Wykonawców o numerze 20, 24, 38, 44, 63, 67, 122, 123.

20. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 25

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga półmiski filtrującej FFP2 zgodnej z normą PN-EN EN149:2001+A1:2009 lub zgodnej z normą PN-EN 140:2001/Ap1:2003?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w Zadaniu 25 zaferowania półmiski filtrującej FFP3 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmiski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.

24. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy zadania nr 24

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga półmiski filtrującej FFP2 zgodnej z normą PN-EN EN149:2001+A1:2009 lub zgodnej z normą PN-EN 140:2001/Ap1:2003?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w Zadaniu 24 zaferowania półmiski filtrującej FFP2 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmiski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.

38. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu nr 24

Czy Zamawiający będzie wymagał normy PN-EN 140:2001/Ap1:2003. Norma ta przewidziana jest dla półmasek z wymiennymi filtrami i nie może być równocześnie z normą EN 149.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w Zadaniu 24 zaoferowania półmasksi filtrującej FFP2 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.

**44. Zapytanie Wykonawcy:
do pakietu nr 25**

Czy Zamawiający będzie wymagał normy PN-EN 140:2001/Ap1:2003. Norma ta przewidziana jest dla półmasek z wymiennymi filtrami i nie może być równocześnie z normą EN 149.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w Zadaniu 25 zaoferowania półmasksi filtrującej FFP3 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści Maski zgodne tylko z normą - PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w Zadaniu 25 zaoferowania półmasksi filtrującej FFP3 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.

67. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści Maski zgodne tylko z normą - PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w Zadaniu 24 zaoferowania półmasksi filtrującej FFP2 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.

122. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 24, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od normy PN-EN 140:2001, która nie ma zastosowania do masek jednorazowego użytku. Do masek jednorazowego użytku ma zastosowanie norma PN-EN 149.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od normy PN-EN 140:2001. Zamawiający wymaga w Zadaniu 24 zaoferowania półmasksi filtrującej FFP2 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.

123. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 25, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od normy PN-EN 140:2001, która nie ma zastosowania do masek jednorazowego użytku. Do masek jednorazowego użytku ma zastosowanie norma PN-EN 149.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od normy PN-EN 140:2001. Zamawiający wymaga w Zadaniu 25 zaoferowania półmasksi filtrującej FFP3 zgodnej z normą:

- PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) lub równoważne.



znak: D25C/251/N/5-14rj/21

IV. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w nn postępowaniu, poprzez poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w udzielonej w dn. 30.04.2021 r. w piśmie D.25C/250/192/2021 odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy o numerze 16, 17 oraz 49.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 21 poz. 1 i 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych o pojemności 1000 ml. lub 2000 ml. jako równoważnych do wymaganych o pojemności 1500 ml. Wkłady osiadają króciec przyłączeniowy biały oraz zieloną zatyczkę. Wszystkie pozostałe wymagane parametry zgodnie ze SIWZ. W przypadku wkładów o pojemności 1000 ml. oferujemy w kształcie spłaszczonym, w związku z czym korzystniej wkomponowują się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, dla zapewnienia kompatybilności i poprawnej pracy systemu, wszelki niezbędny osprzęt zobowiązujemy się dostarczyć i zamontować nieodpłatnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 21 poz. 2 i 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych o pojemności 2000 ml. lub 3000 ml. jako równoważnych do wymaganych o pojemności 2500 ml. Wkłady osiadają króciec przyłączeniowy biały oraz zieloną zatyczkę. Wszystkie pozostałe wymagane parametry zgodnie ze SIWZ. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, dla zapewnienia kompatybilności i poprawnej pracy systemu, wszelki niezbędny osprzęt zobowiązujemy się dostarczyć i zamontować nieodpłatnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

49. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu nr 25

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu dla półmasek FFP3 zgodnych z normą EN 149:2001 + A1:2009 potwierdzającego skuteczność skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% oraz skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 µm) – >99,9%, co gwarantuje zapewnienie należytej ochrony.


Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do oferty zawiera rozdz. VIII SWZ i tylko takie dokumenty Wykonawca załącza na etapie składania ofert.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

STARSZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska