

COZL/DZP/AK/3412/TP-151/22

Lublin, dnia 10.01.2023 r.

„Dostawa asortymentu medycznego (metalowe znaczniki skórne, wykroje termoplastyczne, ustniki) na potrzeby Zakładu Radioterapii COZL.”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Część 2 – Ustniki z filtrem

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować filtry renomowanego producenta Vitalograph o następujących parametrach:

- wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego
- filtr o średnicy wewnętrznej zapewniającej połączenie ze spirometrem bez dodatkowych adapterów
- filtr z ustnikiem (ustnik połączony z filtrem w całość lub będący częścią całości)
- filtr pakowany pojedynczo - opakowanie jednostkowe oznaczone: numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku
- przestrzeń martwa filtra max. 60 [ml] – potwierdzona dokumentem producenta (np. katalog producenta)
- skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% – potwierdzona dokumentem producenta
- opór (impedancja przepływu) filtra poniżej maksymalnej wartości rezystancji zalecanej przez międzynarodowe standardy spirometrii ATS / ERS
- ustnik przezroczysty który umożliwi personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania
- ustnik z wypustką zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania
- filtr do spirometru posiadający świadectwo skuteczności wydane przez Nelson Laboratories (Nelson laboratories)

Dopuszczenie w/w pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.