

OR.DZP.270.16.2023

Otwock, 04.05.2023 r.

## WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Nr sprawy: 16/P/2023

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: „Dostawa spektrometru promieniowania alfa do NCBJ OR POLATOM”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

### Pytanie nr 1.

Szanowni Państwo, w Specyfikacji technicznej, wiersz nr 1 podaliście Państwo "System 8 komorowego ...", zaś w wiwerszu nr 2 "...wyposażony w 4 niskotłowe detektory ...". Pragnę zapytać czy jest to literówka, zatem system powinien być " 4 komorowy ... " wyposażony w 4 detektory; czy też 8 komorowy, wyposażony w 8 detektorów ? Czy też 8 komorowy z dostarczonymi tylko 4 detektorami ?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza system 4 komorowy wyposażony w 4 niskotłowe detektory

**Zamawiający ponadto informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Zamawiający zamieszcza wraz z niniejszymi wyjaśnieniami poprawioną wersję Załącznika nr 3 do SWZ po zmianie.

**Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
Ośrodek Radioizotopów POLATOM  
DYREKTOR

*mgr inż. Tomasz Dziel*

.....  
Kierownik Zamawiającego