

Wrocław, dnia 10.11.2022r.

Numer sprawy: 50/P/22

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora*”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane do niniejszego postępowania pytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pkt V Opis Przedmiotu Zamówienia_ pkt 4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, ppkt.2b: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów. Dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. Z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ofercie skalkulował ilość materiału kontrolnego zabezpieczającą wykonanie ilościowe wszystkich oznaczeń wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zał. 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, INFORMACJE OGÓLNE, pkt.5: Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania analizatora używanego (rok produkcji 2020), w pełni sprawnego, po przeglądach technicznych wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta, z pełną gwarancją.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora używanego (rok produkcji 2020), w pełni sprawnego, po przeglądach technicznych wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta, z pełną gwarancją.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zał. 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt. 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby wszystkie wymienione parametry były parametrami diagnostycznymi z zakresami referencyjnymi.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający w pkt 9 załącznika nr 3 do SWZ wymaga, aby wszystkie wymienione parametry były

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



parametrami diagnostycznymi z zakresami referencyjnymi.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zał. 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt. 15:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli wszystkie parametry krwi obwodowej łącznie z retikulocytami.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku spełnienia parametru określonego w pkt 15 załącznika nr 3 do SWZ ma na myśli wszystkie parametry krwi obwodowej łącznie z retikulocytami.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zał. 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt. 16:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatorów, w których moduł kontroli jakości zawiera dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levy- Jenningsa i X-bar M, wraz ze statystyczną oceną wyników kontroli jakości.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym moduł kontroli jakości zawiera dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levy- Jenningsa i X-bar M, wraz ze statystyczną oceną wyników kontroli jakości.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zał. 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt. 17:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora posiadającego wyższe niż wymagane zakresy liniowości dla poniższych parametrów: RBC 0 – 8,6 mln / μ l, WBC 0 – 440 tys. / μ l, HGB 0 – 26 g/dl.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego wyższe niż wymagane zakresy liniowości dla poniższych parametrów: RBC 0 – 8,6 mln / μ l, WBC 0 – 440 tys. / μ l, HGB 0 – 26 g/dl.

Pytanie nr 7:

Dotyczy zał.3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt. 20:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby Użytkownik analizatora miał możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych, co daje Użytkownikowi możliwość decyzji kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany?

Odpowiedź nr 7:

W przypadku spełnienia parametru określonego w pkt 15 załącznika nr 3 do SWZ Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora mającego możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych.

Pytanie nr 8:

Dotyczy zał.3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt. 24 i 26:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby wyniki zewnętrznej kontroli jakości producenta oferowanego analizatora były wysyłane automatycznie z aparatu zaraz po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności ingerencji czy też zatwierdzenia wyników kontroli przez Użytkownika?

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wyniki zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości producenta oferowanego analizatora były wysyłane automatycznie z aparatu zaraz po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności ingerencji lub zatwierdzania wyników kontroli przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

Dotyczy zał. 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, INSTALACJA URZĄDZENIA, pkt. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiającą wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora posiadającego wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiającą wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy w formie elektronicznej.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy_ §3 ust. 2, pkt. V.4.2 b) SWZ i Załącznika nr 1 do SWZ pkt. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy o treść „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający zmienia zapis §3 ust. 2 w Projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ) oraz w rozdziale V ust. 4 pkt 2 lit. b SWZ i pkt 5 w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), które otrzymują następujące brzmienie:

w §3 ust. 2 w Projekcie umowy:

„Wykonawca zapewnia, że dostarczane odczynniki posiadają terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów tj. minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem krwi kontrolnej, której minimalny termin ważności to 2 miesiące”.

w Rozdziale V ust. 4 pkt 2 lit. b SWZ:

„Oferowane odczynniki muszą posiadać terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów tj. minimum 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego z wyjątkiem krwi kontrolnej, której minimalny termin ważności to 2 miesiące”.

w pkt 5 w Formularzu oferty:

„Oświadczam, że dostarczane odczynniki posiadają minimum 6 miesięczne terminy ważności liczone od daty dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem krwi kontrolnej, której minimalny termin ważności to 2 miesiące”.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy, §8 ust. 6:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie: „odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z ustawą

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wprowadza zmian w §8 ust. 6 Projektu umowy.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy, §11 ust. 1 pkt 4):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty brutto określonej w §7 ust. 2. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, i będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, naruszenie umowy może dotyczyć niewielkiej jej części, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający zmienia zapis §11 ust. 1 pkt 4 w Projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie umownego czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu - w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za każdą godzinę zwłoki”.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy, §13 ust. 4: Uprzejmie prosimy o dodanie wyłączenia: „z wyłączeniem §13 ust. 2 pkt 2), 3), 4), 11) i 12), jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie na adres e-mail: Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.” W przypadku powstania tak formalnych zmian, uniknięcie ich dokonywania aneksem ograniczy koszty jego powstania i czas pracy obu Stron Umowy.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wprowadza zmian w §13 ust. 4 Projektu umowy.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ – Projekt umowy powierzenia, §10 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający zmienia zapis §10 ust. 1 w Projekcie umowy powierzenia (załącznik nr 7 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Administrator, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Przetwarzającego, może żądać zapłaty kary umownej przez Przetwarzającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie głównej w przypadku, gdy Przetwarzający rażąco narusza warunki niniejszej umowy”.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ – Projekt umowy powierzenia, §10 ust. 2:

Prosimy o zastąpienie słów: „opóźnienia” na „zwłoki”. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 1) oraz 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający zmienia zapis §10 ust. 9 w Projekcie umowy powierzenia (załącznik nr 7 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Administrator, w razie naruszenia przez Przetwarzającego terminu wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, może żądać zapłaty kary umownej przez Przetwarzającego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.”