

Lubań, dnia 19 listopada 2024 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 34

#### do treści SWZ na „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/15/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie 1 - pakiet nr 41 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie układu oddechowego mikrobiologicznie czystego o długości po rozciągnięciu 2,0m.

Dodatkowa rura o długości 1,5m po rozciągnięciu.

Bez portów w trójniku Y.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 2 - pakiet nr 41 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie układu okrężnego mikrobiologicznie czystego o średnicy 15 mm wykonanego z rur o gładkiej powierzchni. W skład układu wchodzi:

- dwie elastyczne rury o długości 1,6 m o gładkiej powierzchni wewnętrznej, z miękkimi zakończeniami 22 F od strony respiratora,
- łącznik Y z możliwością odłączenia gałęzi,
- 1 gałąź o długości 1 m,
- worek oddechowy bezłateksowy o poj. 1 l,
- łącznik prosty 22M/22M,
- kapturek zabezpieczający układ.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 3 - pakiet nr 41 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 5g, oporności przepływu 0,3 przy 30l/min oraz skuteczności nawilżania 27,1mg. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 4 - pakiet nr 41 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 8g, oporności przepływu 0,3 przy 30l/min oraz skuteczności nawilżania 26mg. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5 - pakiet nr 41 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza o martwej przestrzeni 26-50 ml.  
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 6 - pakiet nr 41 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego o poniższych parametrach:

Skuteczność filtracji > 99.998% potwierdzona niezależnymi protokołami

Utrata wilgoci 6 mg H<sub>2</sub>O/L

Zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H<sub>2</sub>O/L

Opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H<sub>2</sub>O

Opór przepływu @60L/min - 2.7cm H<sub>2</sub>O

Objętość - 57ml

Waga – 31g

Minimalna objętość oddechowa > 180ml

Łącznik - 22F/15M - 22M/15F

Ilość w opakowaniu – 50 szt.

Filtr pakowany folia-papier

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 7 - pakiet nr 41 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego o poniższych parametrach:

Skuteczność filtracji > 99.99% potwierdzona niezależnymi protokołami

Utrata wilgoci 8,4 mg H<sub>2</sub>O/L

Zwrot wilgoci przy VT 500ml – 30,2 mg H<sub>2</sub>O/L

Opór przepływu przy @30L/min – 2,2cm H<sub>2</sub>O

Opór przepływu przy @11L/min – 0,8cm H<sub>2</sub>O

Objętość - 28ml

Waga - 20g

Minimalna objętość oddechowa > 90ml

Łącznik - 22F/15M - 22M/15F

Ilość w opakowaniu – 40 szt.

Sterylny, pakowany papier-folia

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**MAŁGORZATA KOZAK**

**ANNA USYK – KRZESZOWIEC**

**PROKURENT**

**PROKURENT**