



**AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ**  
im. Bohaterów Westerplatte  
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl



AMW-KANC.SZP.2712.11.2024

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp pt.: **Modernizacja Laboratorium eksploatacji okrętowych urządzeń elektrycznych.**

### **ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

#### **Zapytanie 1:**

Dotyczy zapisów we wzorze umowy

Dotyczy: Paragraf 6 Punkt 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca: usunie wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji/zgłoszenia, a jeżeli wady, usterki lub uszkodzenia uniemożliwiają pracę lub stanowią zagrożenie dla zdrowia obsługi termin nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych”

Uzasadnienie: Przedmiotem dostawy są urządzenia specjalistyczne, które jest produkowane poza granicami kraju. Jednocześnie informujemy, że przeprowadzenie jakiegokolwiek naprawy nie jest możliwe w Polsce i wymaga odesłania kamery do Producenta. W związku z powyższym wykonanie napraw gwarancyjnych nie jest możliwe w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie okresu na naprawy do 30 dni roboczych.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów we wzorze umowy w sposób wskazany w zapytaniu.