



**Sprawa nr 43/ZAP/2024**

Olsztyn, dnia 11 września 2024 r.

**Dotyczy: dostawa asortymentu do histopatologii**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnika postępowania.

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający wymaga szkiełek w pozycji 2 ze szlifowanymi brzegami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 2**

W związku z użyciem nazwy towaru należy uznać, że opis dotyczy szkiełek adhezyjnych, pragnę doprecyzować czy zamawiający wymaga w pozycji 3 szkiełek adhezyjnych o powierzchni silanowej, z powierzchniowym napięciem hydrofilowym, które tworzą wiązania kowalencyjne i wykonane są ze szkła o obniżonej zawartości Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści kasetki o otworach 2x2, po 62 otwory w wieczku i w podstawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 4**

Czy w pozycji 12 Zamawiający wymaga odczynnika mucykarmin w pojemności 100 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający w pozycjach 11, 13, 14, 15 wymaga zestawów w opakowaniach po 100 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający wymaga aby parafina nie posiadała dodatku DMSO i miała temperaturę topnienia 54-56 st C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 7**

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka typu Super Frost o krawędziach szlifowanych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 8**

Pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek o wymiarach 75x25mm, które charakteryzują szkiełka Super Frost Plus; szkiełka wykonane ze szkła o zawartości Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> maksymalnie 0,03% ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, nie wymaga.

**Pytanie nr 9**

Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie kasetek w innych opakowaniach handlowych z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 10**

Pozycja 5:

Prosimy o dopuszczeniem kasetek ze 120 otworami w podstawie i przykrywce (otwory o wymiarach 2x2mm), dostępnych w 6 kolorach, opakowanie 1000 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 11**

Pozycja 7

Czy zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 12**

Pozycja 10

Czy zamawiający dopuszcza torebki oligobiopsyjne o wymiarach 45x65mm pakowane po 200 szt. (w ilości 1 opakowania)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 13**

Pozycja 16

Czy Zamawiający oczekuje szkiełka powlekane, czy niepowlekane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje szkiełek powlekanych

**Pytanie nr 14**

Pozycja 16

Czy Zamawiający ma na myśli wielkość opakowania 100 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 15**

Pozycja 16

Czy Zamawiający wymaga szkiełek z pojedynczym czy podwójnym okrągłym polem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zarówno szkiełka z pojedynczym jak i z podwójnym okrągłym polem.

**Pytanie nr 16**

Pozycja 17

Czy Zamawiający oczekuje filtrów do kominków cytologicznych do cytowirówki Cytospin, opakowanie 200 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Zatwierdził:**

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala  
Klinicznego w Olsztynie  
dr hab. Bogdan Włodarczyk prof. UWM