



Poznań, 16.01.2024 r.

nr postępowania: 4518/AZ/262/2023

Wyjaśnienia dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: **Zakup i dostawa zestawu HPLC z formowaniem 4-składnikowego gradientu z detektorami RID i ELSD**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

PYTANIE 1:

dotyczy wymagań SWZ z załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”

Cz. C Autosampler

Punkt 2. - zgodnie z zapisami w SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia: „objętość nastrzyku bez zmiany pętli 0,1 µl-100 µl z precyzją $\leq 0,15\%RSD$ i błędem przenoszenia $\leq 0,002\%$ ”

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować do jakiej objętości nastrzyku odnosi się parametr „precyzja $\leq 0,15\%RSD$ ”

ODPOWIEDŹ:

Parametr „precyzja $\leq 0,15\%RSD$ ” odnosi się do nastryków o objętości większej lub równej 5µl.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje autosampler z precyzją na poziomie $< 0,25\%RSD$ dla nastrzyku 3µl (kofeina w wodzie)?

Uzasadnienie: W prospektach technicznych oferowanej aparatury producenci podają dokładne parametry, które wyznaczone zostały w określonych warunkach pomiarowych. „Precyzja RSD” jest parametrem zmiennym w zależności od objętości nastrzyku. Wraz ze wzrostem objętości nastrzyku parametr ten jest dokładniejszy (niższa wartość = większa precyzja). Potwierdzona przez producenta precyzja na poziomie $< 0,25\%RSD$ dla niewielkiej objętości nastrzyku: 3µl (kofeina w wodzie) świadczy o bardzo wysokiej precyzji autosamplera. Nastryk próbki o objętości większej niż 3µl cechuje większa precyzja, jednak producent oferowanej aparatury nie wyspecyfikował w oficjalnych materiałach technicznych informacji, od jakiej objętości próbki precyzja autosamplera wynosi $\leq 0,15\%RSD$.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający akceptuje autosampler z precyzją na poziomie $< 0,25\%RSD$ dla nastrzyku 3µl (kofeina w wodzie).

PYTANIE 3:

Dotyczy zapisów w SWZ

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia

Podpunkt 4 a) zgodnie z zapisami w SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia: „kompletny, nowy i gotowy do pracy modułowy zestaw chromatograficzny (pompa, termostat kolumny, autosampler, detektor refraktometryczny RI, detektor rozproszenia światła ELSD), pochodzący od jednego producenta”


Czy Zamawiający dopuści do postępowania kompletny, nowy i gotowy do pracy modułowy zestaw chromatograficzny, w którym detektor ELSD pochodzi od innego wiodącego producenta detektorów ELSD na rynku, niż reszta modułów zestawu chromatograficznego, mając na uwadze, iż wszystkie moduły chromatografu (w tym także ELSD) sterowane są przy pomocy jednego kompatybilnego oprogramowania chromatograficznego?

Uzasadnienie: W zapisie rozdział 4., podpunkt 3. możemy przeczytać o braku podziału zamówienia na części ponieważ istotnym jest aby wszystkie moduły były ze sobą kompatybilne i współpracowały z jednym oprogramowaniem. Proponowane rozwiązanie spełnia warunek jednego kompatybilnego oprogramowania dla każdego modułu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu chromatograficznego, w którym detektor ELSD pochodzi od innego wiodącego producenta detektorów ELSD na rynku, niż reszta modułów zestawu chromatograficznego.

Sekretarz Komisji Przetargowej


Magdalena Węgrzynowicz