

Kraków, 07.04.2023

DZ.271.22.353.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

**dotyczy: postępowania DZ.271.22.2023 – Dostawa wyrobów medycznych m.in.,
stentgrafty, stenty, prowadniki, cewniki**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Czy w Pakiecie Nr 17 poz. 4 Zamawiający dopuści stentgrafty bez dostępnych proksymalnych i dystalnych zwężających się elementów (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy ZADANIA 14, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie nowej generacji cewników do litotrypsji: W pozycji 1) cewników kompatybilnych z koszulką 5F, które mają 120 impulsów do wykorzystania oraz posiadają w zestawie sterylne rękaw. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W pozycji 2) Dostępny jest cewnik o średnicy 8.0mm, kompatybilny z koszulką 7F; cewniki 6.5mm oraz 7.0 mm kompatybilne są z koszulką 6F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy ZADANIA 19: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów, które w zestawie zawierają przewód z jednej strony zakończony końcówką J z drugiej prosty. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

Odpowiedź:

SWZ bez zmian. Zamawiający nie zgadza się na przesyłanie faktur drogą mailową. Każde zamówienie posiada numer umowy, z której jest zamawiany wyrób oraz informacje o rodzaju zamawianego wyrobu w tym nazwa, rozmiar itp.

Pytanie 5

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poza formą papierową faktury mogą być przesyłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie 16, punkt 8 odstąpi od wymogu zaoferowania podanych przedziałów długości dla wszystkich nominalnych średnic?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania podanych przedziałów długości dla wszystkich nominalnych średnic. W związku z powyższym zmianie ulega OPZ, tak jak:

Było:

8	<i>minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 8 [mm] do 27 [mm]</i>	<i>TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm]</i>	<i>[1,2]</i>
---	--	--	--------------

Jest:

8	<i>minimalny wymagany przedział długości od 8 [mm] do 27 [mm]</i>	<i>TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm]</i>	<i>[1,2]</i>
---	---	--	--------------

Zmodyfikowany załącznik 3 opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 16 w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 1 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 3 do swz) przewodników naczyniowych stalowych z miękką, elastyczną końcówką o długości 1, 3 lub 7cm (pkt 5). Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Poniżej pytania do umowy: „Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dla pakietów 5,11,14,17,20 znajdującego się w Załączniku nr 2 do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 2a o następującej treści: „Wyrób medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowania więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź:

SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dla pakietów 5,11,14,17,20 znajdującego się w Załączniku nr 2 do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 2b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności wyrobów medycznych pozostających u Zamawiającego w przechowaniu.”

Odpowiedź:

SWZ bez zmian.

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dla pakietów 5,11,14,17,20 znajdującego się w Załączniku nr 2 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 5 następującego brzmienia: „Podstawę wystawienia faktury stanowi zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o pobraniu wyrobu medycznego.”

Odpowiedź:

SWZ bez zmian.

*Zatwierdził
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. Ziemowit Wroński*