



WSzSL.FZ.381./73/23/2023

Legnica 07.11.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

znak sprawy WSzSL/FZ-73/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 – część 2, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków chirurgicznych męskich w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem na 250 opakowań (ilość minimalna) lub 500 opakowań (ilość maksymalna)? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę czepków chirurgicznych męskich w zaproponowanych opakowaniach z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2 – część 5, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład z flizeliny o wymiarach 130 x 210? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – część 5, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład z flizeliny o wymiarach 160 x 210? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza podkład z flizeliny o wymiarach 160x210 z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4 – część 2, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści podkład z flizeliny o wymiarach 80 x 210? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – część 6, pozycja 2:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego zadania pozycji nr 3, tj. fartucha foliowego. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty producentowi pojemników na odpady medyczne, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 6 – część 6, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów foliowych w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem na 750 opakowań (ilość minimalna) lub 1.500 opakowań (ilość maksymalna)? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę fartuchów foliowych w zaproponowanych opakowaniach z przeliczeniem na zamawiane ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w



oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 7 – część 7, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści spodenki medyczne flizelinowe z gumką zamiast z trokami? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza spodenki medyczne flizelinowe z gumką z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 8

Czy w §6 ust.1 Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych od wartości całej umowy i zastąpi je zapisem o naliczaniu kar umownych od wartości niezrealizowanych dostaw? Taki sposób wyliczenia kar powoduje, że mogą być one nieadekwatne i nieproporcjonalnie wysokie względem wartości niespełnionej części umowy

W odpowiedzi na pytanie: Odpowiedź została udzielona w dniu 02.11.2023 roku.

Pytanie 9

§6

Zamawiającemu przysługują kary umowne wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego asortymentu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub w §4 ust. 2 i/lub w §4 ust. 5

W odpowiedzi na pytanie: Odpowiedź została udzielona w dniu 02.11.2023 roku.

Pytanie 10

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany rozmiar podkładów 210 x 160 cm z zachowaniem pozostałych wymogów.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 11

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony gumką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany rękaw jw. z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 12

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długość fartucha 120 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną długość fartucha 120 cm z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 13

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę w zaproponowanych opakowaniach wraz z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 14

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści spodenki które w pasie posiadają gumkę?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza spodenki z gumką w pasie z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 15

Pakiet 2 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 16

Pakiet 2 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek posiadający wstawkę przeciwpotną?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza czepek posiadający wstawkę przeciwpotną z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 17

Pakiet 4 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maty dekontaminacyjne w rozmiarze 45x115cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x210cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza podkład w zaproponowanym rozmiarze 160x210 cm z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 19

Pakiet 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 20

Pakiet 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 21

Pakiet 6 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 22



Pakiet 6 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 23

Pakiet 6 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza fartuch w zaproponowanym rozmiarze 71x116 cm z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 24

Pakiet 7 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 25

Pakiet 7 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści spodenki z gumką w pasie?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza spodenki z gumką w pasie z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 26

Pakiet 8 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę wieszaków pakowanych a`50 z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 27

Pakiet 10 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny układ oddechowy z gałęzią o długości 100cm oraz workiem o pojemności 3L?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 28

Pakiet 11 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę dla dzieci o rozmiarze 2?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 29

Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x88 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 30

Pakiet 15 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę elektrod pakowanych a`50 z przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 31

Pakiet nr 12

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki, jednorazowe, przeznaczone do strzyżenia skóry głowy i grubego gęstego owłosienie innych powierzchni ciała. Wydajność golenia - 18 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,45 mm , szerokość cięcia 39,4 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt. **W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż opisał przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami i zapisy pozostają bez zmian.**

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie §6 pkt. 1 dotyczącego kar umownych za zwłokę w dostawie w taki sposób, by kary były naliczane od wartości zamówienia będącego w zwłoce, nie od całości zamówienia?

W odpowiedzi na pytanie: Odpowiedź została udzielona w dniu 02.11.2023 roku.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail?

W odpowiedzi na pytanie: Odpowiedź została udzielona w dniu 02.11.2023 roku.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 wysokiej jakości układ oddechowy RUSCH do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. 10 szt w opakowaniu zbiorczym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany układ oddechowy z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 35

CZĘŚĆ 12

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach). Prosimy o dopuszczenie strzygarki ładowanej kontaktowo.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 36

CZĘŚĆ 12

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 37

CZĘŚĆ 12

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie ostrzy typu neuro pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki.

Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 38

Część nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę silikonową w rozmiarze 2, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temperaturze około 134°C przy pozostałych parametrach bez zmian?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.



Pytanie 39

Część nr 9, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonana z pcv bez zawartości ftalanów?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 40

Część nr 9, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści maskę z blaszką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 41

Część nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator cirrus o parametrach:

Kalibrowany pojemnik nebulizatora z szybkozłączką

Łatwy do napełnienia

Pewne uszczelnienie między pojemnikiem a korpusem nebulizatora

Minimalna objętość zalegania zmniejsza utratę leku

Do precyzyjnego deponowania aerozoli w tchawicy i oskrzelach

74% nebulizowanych cząstek przy przepływie gazu nośnikowego 8 L/min ma średnicę mniejszą niż 5 mikronów

Mediana masowa średnicy cząsteczek wynosi 3,3 mikrona

Ze standardowym złączem 22ID do masek, łączników T i ustników

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 42

Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych, gładki wewnętrznie z zakończeniami 15F/22M-22F. składający się z dwóch rur o długości 160cm, dodatkowa 100cm, Y na stałe przytwierdzony do rur, łącznik w kształcie kolanka, bez kapturka zabezpieczającego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 43

Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych, gładki wewnętrznie z zakończeniami 15F/22M-22F. składający się z dwóch rur o długości 180cm, dodatkowa 120cm, Y na stałe przytwierdzony do rur, łącznik w kształcie kolanka, bez kapturka zabezpieczającego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 44

Część nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy wykonany całościowo z jednego rodzaju pianki, bez dodatkowej powierzchni soft touch?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 45

Część nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner w formie uniwersalnej podkładki wykonany z falistego materiału o wymiarach 51cmx20cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 46

Część nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę pozycjonera pojedynczego, nie jako para?


W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę pozycjonera pojedynczego, nie jako para. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 47

Część nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacz pięt i łokci w uniwersalnym rozmiarze jak na zdjęciu poniżej:



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany ochraniacz pięt i łokci w uniwersalnym rozmiarze z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 48

Cześć 4 – maty dekontaminacyjne

Czy Zamawiający oczekuje wielowarstwowej i samoprzylepnej maty o aktywnym działaniu antibakteryjnym i odkażającym, która zawiera środek biobójczy - chlorek didecyloDIMETYLAMONU + bis3aminopropylododecylamina + niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy wspomagające działanie detergentów. Skutecznie zabezpiecza przed wprowadzaniem do pomieszczeń różnego rodzaju widocznych i niewidocznych zanieczyszczeń, chroni przed bakteriami i pleśnią oraz hamuje rozwój drobnoustrojów, odporna na temperaturę i promienie UV. Posiada samoprzylepny podkład ściśle przylegający do powierzchni podłogi pewnie utrzymując matę w jednym miejscu. Kontrola stanu zużycia maty, dzięki 30 samoprzylepnym, ponumerowanym warstwom zbudowanym z polietylenu o niskiej gęstości, grubość 1 warstwy: 0,03mm, przyczepność 245 cN/25mm, grubość całej maty: 0,99mm. Kolor niebieski, rozmiar: 115x60cm.

Wyrób medyczny klasy I, spełnia wymagania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), EN ISO 13485:2016, ISO 22196:2011, ISO 845:2019, ASTM E 2180 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowane maty z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 49

Cześć 14 – Podkłady higieniczne

Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego podkładu higienicznego chłonnego z zakładkami na stół operacyjny, wykonanego z pulpy celulozowej i superabsorbentu (SAP) pulpa celulozowa 75 g/m², bibułka 17 g/m², włóknina nonwoven 15 g/m² (na całej powierzchni), warstwa folii PE 21 g/m² (polietylen), SAP 4g. Podkład posiada uszczelnione krawędzie, aby zapewnić maksymalną ochronę przed przeciekaniem. Rozmiar 70x180, waga 140g, chłonność 1750 ml, każda zakładka boczna ma wymiary 70 x 50 cm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany podkład z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 50

Część 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę wieszaków pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania)



Pytanie 51

Część 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania.

Pytanie 52

Część 5, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Część 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 160 cm x 210 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza podkład o zaproponowanym wymiarze 160cmx210 cm z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania.

Pytanie 54

Część 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania.

Pytanie 55

Część 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Część 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 57

Zadanie 6, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowany fartuch. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania.

Pytanie 58

Zadanie 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wycenę opakowań po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w



odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 59

Pakiet 9 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się na maski ze śladową ilością ftalanów zgodną z normami UE?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 60

Pakiet 9 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się na maski z blaszką na nos?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie 61

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z dwoma rurami o długości 180 cm i dodatkową 90 cm, sterylne?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 62

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 1 oczekuje czepek do mycia głowy pacjenta tak jak obecnie stosowany składającego się z dwuwarstwowej struktury z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (moc 1000 W) przez max. 30 sekund.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza czepek opisany jak wyżej z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 63

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 pozycji 1 maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu pediatrycznej, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną maskę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 64

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 pozycji 2 Nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 cm i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną maskę z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 65

Pakiet 9



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 66

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany układ oddechowy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 67

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 10 wymaga układu oddechowego dwururowego, karbowanego, dla dorosłych rozciągliwego- do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą i workiem.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza zaproponowany układ oddechowy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 68

Dotyczy Część nr 6, poz. 1

W związku z pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.


Pytanie 69

Pakiet nr 10 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulania, dla dorosłych, składający się z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych, z czego dwie o długości **1,8 m** z miękkimi zakończeniami 22F od strony urządzenia i jedna gałąź do worka o długości **0,9m**, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2l, łącznik Y pacjenta zintegrowany z rurami, łącznik prosty 22M/22M, kapturek zabezpieczający układ oddechowy, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty.

lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulania, dla dorosłych, składający się z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych, z czego dwie o długości **1,8 m** z miękkimi zakończeniami 22F od strony urządzenia i jedna gałąź do worka o długości **1,8 m**, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2l, łącznik Y pacjenta zintegrowany z rurami, łącznik prosty 22M/22M, kapturek zabezpieczający układ oddechowy, pakowany pojedynczo, sterylny





W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulania, dla dorosłych, składający się z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych, z czego dwie o długości 1,8 m z miękkimi zakończeniami 22F od strony urządzenia i jedna gałąź do worka o długości 1,8 m, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2l, łącznik Y pacjenta zintegrowany z rurami, łącznik prosty 22M/22M, kapturek zabezpieczający układ oddechowy, pakowany pojedynczo, sterylny.

Pytanie 70

Część 14

Czy Zamawiający dopuści pokład o następujących cechach

- wkład chłonny z miękkiej pulpy celulozowej
- miękka, przyjazna dla skóry włóknina wierzchnia
- komfort użytkowania, nie podrażnia nawet wrażliwej skóry
- zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii
- zabezpieczenie przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu na materacu
- testowane dermatologicznie
- z włókninowymi skrzydłami do zawijania pod materac
- rozmiar 90 x 170 cm , chłonność 2000 ml, rozmiar wkładu chłonnego 82 x 58 cm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 71

Dot. umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w następujący sposób:

§6

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub w §4 ust. 2 i/lub w §4 ust. 5,
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie, za każde naruszenie obowiązków umownych.
3. Kary umowne nałożone na Wykonawcę nie mogą przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1.

W odpowiedzi na pytanie: Odpowiedź została udzielona w dniu 02.11.2023 roku.

Uwaga:

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Odnośne zmiany w SWZ zaznaczono czerwoną kółką.
3. ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21.11.2023 R.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicko-Mieloch

