

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę próbek i drobnego sprzętu laboratoryjnego, Znak: Z/LP/11/23

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Formularz cenowy

Pakiet 3

Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza próbki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, które pobierają 1,8 ml krwi, a w próbówce dodatkowo występuje 0,2 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie. Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w próbówce odpowiadają wymaganej dla próbek koagulologicznych proporcji 9:1.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza próbki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu, które pobierają 1,8 ml krwi, a w próbówce dodatkowo występuje 0,2 ml płynnego odczynnika co łącznie daje objętość 2 ml próbki poddanej analizie

Poz. 4, 5, 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w poz. 4, poz. 5, poz.6 Zamawiający również oczekuje próbek finalnie sterylizowanych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w wymienionych pozycjach oczekuje próbek finalnie sterylizowanych

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w przypadku zaoferowania elementów systemu pochodzących od różnych producentów, Zamawiający oczekuje przedstawienia oświadczenia producentów oferowanych elementów systemu o wzajemnej kompatybilności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania elementów systemu pochodzących od różnych producentów, oczekuje przedstawienia oświadczenia producentów oferowanych elementów systemu o wzajemnej kompatybilności

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

Podpisał:

Zastępca Dyrektora

ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych

Leszek Rychlik