

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/ZPZ/AW/3411/PN-94/20

Lublin dnia 30.06.2020 roku

Dot.: „Dostawa Bronchoskopu i Bronchofiberoskopu na potrzeby COZL w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - 2 części” (znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-94/20)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Część 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego bronchofiberoskopu o następujących właściwościach:

Punkty 1-41:

Skład zestawu:

- adapter bronchofiberoskopu, jednorazowy, jednopacjentowy, sterylny – 40 szt. (giętki bronchoskop o średnicy zewnętrznej 5,8 mm, kanale roboczym 2,8 mm),
- monitor o przekątnej 8,5 cala,

Monitor LCD, kolorowy, dotykowy, o przekątnej 8,5 cala oraz rozdzielczości 800x480 pikseli
Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim bez możliwości zmiany parametrów wyświetlacza
Kanał roboczy o średnicy 2.8 mm z możliwością odsysania
Średnica zewnętrzna 5,8 mm
Kąt zginania końcówki: 180° do góry/do dołu 160°
Głębokość ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)
Pole widzenia 85 stopni
Oświetlenie LED
Długość części roboczej 600 mm
Adapter pakowany indywidualnie, z możliwością zawieszenia przy łóżku pacjenta
Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek)
Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć
Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci
Czas pracy na akumulatorze min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie
Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora
Jednorazowy, jednopacjentowy, sterylny, giętki endoskop współpracujący z monitorem
Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej



Rzeczpospolita
Polska




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

mgr Agnieszka Wąsiewicz

W zestawie brak jednorazowych zaworów ssących i biopsyjnych oraz jednorazowych szczypców biopsyjnych



Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy części 2

Pytanie 2

W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązкови, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (istotne postanowienia umowy) w/w postępowania:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści załącznik nr 6 do SIWZ, klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Pytanie 3

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Pytanie 4

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 6 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

Pytanie 5

Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 7 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź dot. pytania 2, 3, 4 i 5. W tym zakresie obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące regulujące pojęcie siły wyższej lub winy lub zmiany umowy

Pytanie 6

dot. Pakiet 2.1 Bronchoskop poz. 17 Źródło światła sz. 1

Czy Zamawiający dopuści źródło światła Xenon 300 W z kolekcji demo i z gwarancją 24 miesięcy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

W załączeniu przesyłam zapytanie do postępowania Nr COZL/DZP/AW/3411/PN-94/20

Pytanie nr 1 - dotyczy ZAŁĄCZNIKA Nr 2.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiany jako kontakt inżyniera serwisowego, telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia przyczyn i charakteru usterki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana i Duki
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana i Duki
mgr Marianna Koziej



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana i Duki

mgr Agnieszka Wąsiewicz