



Gdynia, dnia 20-03-2024 r.

Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

*„Sukcesywne dostawy materiałów medycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o”*

*Nr sprawy - D25M/251/N/2-5rj/24*

I. Zamawiający – Szpital Pomorski Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Kara za nieterminową dostawę naliczana od zbyt wysokiej wartości %:

Czy w § 6 ust. 1 pkt. a) i b) Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,25% ?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Wniosek o dopisanie:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.


3. Pytanie do zdania 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do wszczęcia elektrody brandu Arrow w miejsce aktualnych zapisów SWZ wg opisu: **Introduktor naczyniowy** poliuretanowy z zastawką i portem bocznym zakończonym końcówką luer lock z koreczkiem, z możliwością wprowadzenia elektrody do stymulacji serca w skład którego wchodzi minimum: introduktor z zintegrowanym portem bocznym **8.5 Fr/10 cm**, w części przyśrodkowej o budowie harmonijkowej z możliwością zagięcia o 360 stopni zachowując światło w całości, w części proksymalnej zastawka hemostatyczna, zewnętrzna uszczelka oraz jeden wypustek do mocowania osłonki foliowej, w części dystalnej gładko zakończona idealnie dopasowana do dołączonego rozszerzadła. W zestawie prowadnica 0,035"/45cm zakończona J, igła 18G/6,35cm, strzykawka z zastawką hemostatyczną - umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania zestawu, igła tępa do lokalizacji naczynia, zawór bezpieczeństwa do zastawki hemostatycznej, osobnie pakowana sterylnie w TYVEC osłonka foliowa na elektrodę 80cm połączona adapterem Twist Lock gaziki 4x4". Na opakowaniu wszystkie składowe zestawu, co najmniej dwie wklejki w kartę pacjenta i historii zabiegu zawierające nr katalogowy oraz dane cyfrowe o cewniku (lot, data ważności)

## Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w Zad. 58 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik typu DUFOR 3- drożny

- wykonany w 100% z silikonu

- rozmiary: 18, 20, 22, 24 Fr, do wyboru przez Zamawiającego,

- balon o pojemności 18CH- 50ml, 20Ch-60ml, 22CH-70ml, 24CH-80ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

### Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)





5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia częściowego
- b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej dostawy;
- d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis umowy:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,25% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
- b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,25 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki;
- c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy;
- d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 50% łącznej wartości przedmiotu umowy

6. Pakiet nr 6

1. Czy Zamawiający będzie wymagał aby woreczki do zbiórki moczu nie zawierały kleju, były hipoalergiczne z gwarancją jeden woreczek jedna próbka moczu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

7: Dot. części nr 33:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tuby wentylacyjnej T-tube o średnicy kołnierza 8,0mm, długości kołnierza: 12,0mm, średnicy przepływu: 1,14mm, pakowane po 10szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

8: Dot. części nr 33:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 40 sztuk, czy 40 opakowań po 5szt

---

## Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



---

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia 40 sztuk.

9. Proszę o dopuszczenie Zadanie nr 56 poz. 1 : Zestaw do szynowania moczowodów Mono-J wykonany z poliuretanu:

- Cewnik obustronnie otwarty z otworami drenującymi na pętlach cewnika
- Śr. 6;7;8 Ch, dł. 70 cm,
- Wykonany z poliuretanu,
- Znakowany co 5 cm,
- Prowadnica pokryta teflonem o dł. 175 cm o śr.0,035"
- Łącznik igłowy z lejkiem do worka na mocz
- Produkt sterylny, pakowany folia/papier.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Proszę o dopuszczenie Zadanie nr 56 poz. 2 : "Prowadnik Lunderquista zagięty 0.035"/80cm:

- Wykonany ze stali medycznej pokrytej teflonem (PTFE),
- Giętka, atraumatyczna, końcówka o strukturze sprężynkowatej, typu J o promieniu zagięcia 1.5mm lub 3mm
- Trzon bardzo sztywny,
- O wymiarach 0.035"/80cm."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Proszę o dopuszczenie Zadanie nr 58 : Cewnik trójdrożny z końcówką Dufoura,:

- cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu,
- usztywniona końcówka Dufoura, z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach,
- śr. 16, 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm,
- balon o poj.:
- 50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch,
- 60 ml dla 20 Ch,
- 70 ml dla 22 Ch i
- 80 ml dla 24 Ch.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zadanie 22:

Poz.2:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych producenta firmy Margomed z igłą biorczą stożkową, dwukanałową, wykonaną z ABS, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta

---

### **Szpital Pomorski Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)





bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm z osobno pakowanym workiem do odstony podawanego płynu przed światłem o wymiarach 200mmx300mm. W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania prosimy o umożliwienie wyceny worków do ostony w ilości 3500szt jako osobnej pozycji w formularzu cenowym z uwagi inną stawkę podatku VAT niż przyrządy do przetoczeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy przyrządy do przetaczania płynów bursztynowe lub czarne z workiem mają być pakowane razem (łącznie) w jedno oryginalne opakowanie producenta oraz zostać dopuszczone do obrotu na podstawie jednego, wspólnego certyfikacie CE?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje bezwzględnego opakowania wspólnego.

### 13. Zadanie 52:

#### Poz.1:

1. Prosimy o dopuszczenie zaferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty), komora kroplowa jednoczęściowa z miękkiego elastycznego tworzywa nie zawierającego PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, elastyczna i przejrzysta, , dren o dł. 150 cm, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienie merytorycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje systemu zamkniętego zgodnie z definicją NIOSH, który stanowi system zamknięty i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

14. Prosimy o dopuszczenie zaferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, bez zawartości PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren dł.150cm zakończony łącznikiem luer-lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylne.

W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje systemu zamkniętego zgodnie z definicją NIOSH, który stanowi system zamknięty i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

---

## Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

15. Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, bez zawartości PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren dł.150cm zakończony łącznikiem luer-lock nieprzeźroczystym (mlecznym), co nie wpływa na obniżenie walorów użytkowych produktu w porównaniu do pierwotnie wymaganego łącznika przeźroczystego (jest on nakręcany do kaniuli zatem przeźroczysty łącznik identycznie jak łącznik w kolorze mlecznym jest bez znaczenia) , opakowanie kolorystyczne foliapapier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylne.

W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje systemu zamkniętego zgodnie z definicją NIOSH, który stanowi system zamknięty i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

16. Zadanie 22:

Poz.2:

1.Prosimy o dopuszczenie zaferowania sterylnych przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych producenta firmy Margomed z igłą biorcza stożkową, dwukanałową ,wykonaną z ABS, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm z osobno pakowanym workiem do odstony podawanego płynu przed światłem o wymiarach 200mmx300mm. W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania prosimy o umożliwienie wyceny worków do osłony w ilości 3500szt jako osobnej pozycji w formularzu cenowym z uwagi inną stawkę podatku VAT niż przyrządy do przetoczeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

2.Prosimy o sprecyzowanie czy przyrządy do przetaczania płynów bursztynowe lub czarne z workiem mają być pakowane razem (łącznie) w jedno oryginalne opakowanie producenta oraz zostać dopuszczone do obrotu na podstawie jednego, wspólnego certyfikacie CE?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje bezwzględnie opakowania wspólnego

17.Zadanie 52:

Poz.1:

1.Prosimy o dopuszczenie zaferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min.

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)





99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty), komora kroplowa jednoczęściowa z miękkiego elastycznego tworzywa nie zawierającego PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, elastyczna i przejrzysta, dren o dł. 150 cm, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, bez zawartości PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, odpowietrznik zaopatrzonego w filtr powietrza, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren dł.150cm zakończony łącznikiem luer-lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylne.

W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje systemu zamkniętego zgodnie z definicją NIOSH, który stanowi system zamknięty i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

#### 18. Zadanie 52 Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, bez zawartości PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, odpowietrznik zaopatrzonego w filtr powietrza, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren dł.150cm zakończony łącznikiem luer-lock nieprzeźroczystym (mlecznym), co nie wpływa na obniżenie walorów użytkowych produktu w porównaniu do pierwotnie wymaganego łącznika przeźroczystego (jest on nakręcany do kaniuli zatem przeźroczysty łącznik identycznie jak łącznik w kolorze mlecznym jest bez znaczenia) , opakowanie kolorystyczne foliapapier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylne.

W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje systemu zamkniętego zgodnie z definicją NIOSH, który stanowi system zamknięty i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

19. Czy Zamawiający w Zadaniu 31 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Ciaglia z jednostopniowym rozszerzadłem, do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie:

- skalpel, strzykawka 5 ml i 10 ml
- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)
- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

### Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z przewodnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki
  - krótkie rozszerzadło 14F
  - jednostopniowe rozszerzadło w kształcie litery „S” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ścian tchawicy, boczny port (w oddaleniu od głowy pacjenta) do wprowadzenia prowadnicy; ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, który posiada ogranicznik głębokości wprowadzenia
  - kleszczyki hemostatyczne
  - pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
  - rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankieta, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera, z elastycznym i przezroczystym kołnierzem
  - prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera, z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem
  - 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę
  - klin do rozłączenia układu, jałowy żel poślizgowy, gaziki.
- Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru).  
Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

20. Czy Zamawiający w Zadaniu 31 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggisa, do wprowadzenia metodą Seldingera (stosowany przez Zamawiającego) oparty na użyciu dedykowanego narzędzia do dylatacji ścianek tchawicy tj. peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu) o składzie:

- skalpel, strzykawki 5 i 10 ml
- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G
- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)
- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z przewodnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki
- krótki rozszerzacz 14F
- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankieta, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę; przezroczysty kołnierz
- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul
- opaska do rurki; podkładka pod rurkę
- klin do rozłączenia układu, żel poślizgowy, gaziki

Rozmiary zgodnie z SWZ: 7,0; 8,0; 9,0 mm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy.

Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru).

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy zadania nr 35:

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję nr 1 do osobnego zadania w celu możliwości zaproponowania produktu w tej pozycji o bardzo wysokich właściwościach klinicznych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

---

## Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)





22. Dot. zadanie 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie cewnika typu Dufour wykonanego z silikonu; rozmiary 18-24F z balonem 40ml w rozmiarze 18F, 50ml w rozmiarze 20F, 60ml w rozmiarze 22F, i 70ml w rozmiarze 24F?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

W załączeniu zmodyfikowany Formularz asortymentowo- cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

*Małgorzata Brancewicz-Malec*

---

**Szpital Pomorski Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | [szpitalepomorskie.eu](http://szpitalepomorskie.eu)