

# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 16.03.2021r.

EZP 91/2021

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu M-2/2021 NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO POSIEWU KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU.

W odpowiedzi na pytania zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadawanych pytań:

**Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego :**

**Pytanie nr.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża do posiewu krwi konfekcjonowanych w opakowaniach zbiorczych 2x50 butelek ( 2 opakowania kartonowe po 50 butelek ) i zaoferowanie podłoża w ilości w pełni zabezpieczającej zapotrzebowanie Zamawiającego ?


**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr.2**

Czy Zamawiający odstąpi od parametru wymaganego i wymogu dostarczenia butelek z czynnikiem litycznym i wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 butelek uniwersalnych dla drobnoustrojów beztlenowych?

Uzasadnienie : Tego typu podłoża są w ofercie tylko jednego producenta na rynku, a taką samą funkcjonalność posiadają podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych, które zapewniają odzysk wszystkich istotnych klinicznie bakterii beztlenowych. Tego typu podłoża posiadają wszyscy producenci na rynku.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek uniwersalnych dla drobnoustrojów beztlenowych.

### Pytanie nr.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym dodatkowej kolumny z nr katalogowym (w celu prawidłowej identyfikacji produktu procesie realizacji zamówień)?

### Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr.4

Czy Zamawiający odstąpi od parametru wymaganego i wymogu dostarczenia butelek selektywnych do hodowli grzybów i wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 butelek Uniwersalnych butelek tlenowych przeznaczonych do hodowli zarówno bakterii jak i grzybów ?

Uzasadnienie : Możliwość zaoferowania Uniwersalnych podłoża tlenowych, których stosowanie nie naraża pacjenta na konieczność pobierania większej objętości krwi, nie podnosi kosztów diagnostyki, a przynosi porównywalne wyniki i pozwoli na złożenie oferty nie tylko firmie Becton Dickinson, która jako jedyna posiada podłoża selektywne TYLKO do posiewu grzybów i czy tym samym odstąpi od wymogu dostępne specjalne podłoża do hodowli grzybów

### Odpowiedź:


Tak, zamawiający dopuszcza butelki uniwersalne do hodowli patogenów tlenowych.

### Pytanie nr.5


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyjałowionej , odwłóknionej krwi końskiej jako suplementu zalecanego przez producenta butelek i zaoferowanie go w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego ?

### Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza jałową odwłóknioną krew końską jako suplement.



6



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie nr.6

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe to czy w pozycji 8 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę takiej ilości suplementu, jaka będzie potrzebna na konkretną ilość prób poniżej 0,5 ml oraz płynów ustrojowych? Ponieważ suplement jest różnie pakowany, prosimy o podanie szacunkowej liczby butelek, które będą wymagały zastosowania suplementu. Informacja ta jest niezbędna w celu skalkulowania oferty.

### Odpowiedź:

40 to szacunkowa ilość butelek wymagających suplementu.

### Pytanie nr.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie końcówek do przesiewania po 288 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie ich w ilości w pełni zabezpieczającej zapotrzebowanie Zamawiającego ?

### Odpowiedź:


Tak, zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr.8

Czy w związku z tym , że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia jako „Podłoża mikrobiologiczne do aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych w butelkach plastikowych” oraz „System monitorujący (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) to czy wymaga, aby zarówno aparat jak i podłoża zaoferowane w pozycjach 1-5 ) , były przeznaczone zarówno do hodowli krwi jak i innych jałowych płynów ustrojowych, co powinno zostać potwierdzone metodyką/instrukcją techniczną Wytwórcy?

### Odpowiedź:

Oczekiwana, a nie wymagana jest instrukcja techniczna potwierdzająca przeznaczenie podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi jak i z innych płynów ustrojowych.



*[Handwritten signature]*



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie nr.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w punkcie 20 Parametrów Granicznych dla podłoży oraz w punkcie 6 Tabeli asortymentowo-cenowej Wykonawca zaoferował podłoża pediatryczne zwalidowane tylko do posiewu krwi?

Uzasadnienie: Zamawiający ma możliwość wykonania posiewu innych jałowych płynów ustrojowych w kierunku drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych odpowiednio na innych oferowanych podłożach z pozycji 1-5 tabeli asortymentowo-cenowej – są to metody zwalidowane przez producenta, potwierdzone instrukcją używania producenta w języku polskim.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza żeby butelki pediatryczne były tylko do posiewu krwi.

### Pytanie nr.10

Czy Zamawiający wymaga możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu (do 24 h) ( tzn. możliwości pozostawiania butelek z pobranym materiałem w temp. pokojowej do 24 godz. od pobrania) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów i wymaga potwierdzenia powyższego wymogu oryginalnymi instrukcjami technicznymi producenta oraz wpisem do instrukcji używania butelek do posiewów ?

### Odpowiedź:


Zamawiający wymaga możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność drobnoustrojów.

### Pytanie nr.11

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru ocenianego jeżeli zostanie zaoferowany aparat z możliwością rozbudowania o kolejne moduły inkubacyjne w pionie lub poziomie do 480 miejsc inkubacyjnych ?

### Odpowiedź:

Tak, wyraża zgodę na rozbudowę o kolejne moduły w pionie do 480 miejsc inkubacyjnych, gdyż dysponuje ograniczoną powierzchnią.



8



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie nr.12

Czy nie nastąpiła omyłka Parametry Oceniane z pozycji 1 i 2 są tożsame z Parametrami Wymaganymi ?

#### Odpowiedź:

Tak, pozycja 1 i 2 omyłkowo zostały wpisane do parametrów wymaganych. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z parametrów granicznych pozycje 11 i oraz pierwsze zdanie z pozycji 16 o brzmieniu „Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej”. Jednocześnie Zamawiający nadaje nr 1a w drugim wierszu tabeli z parametrami „Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie min. 200” określając parametr jako wymagany (TAK).

### Pytanie nr.13

Dotyczy Rozdziału II pkt 3 ppkt 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby materiały informacyjne, ulotki, instrukcje, karty charakterystyki, certyfikaty jakości CE i IVD, deklaracje były dostępne całodobowo na stronie www wykonawcy jeżeli Zamawiający będzie ich wymagał?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.



#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w wersji papierowej kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, toksycznych. Jeśli nie ma takich substancji, wymagane jest oświadczenie o nieszkodliwości sprzedawanych produktów. Pozostałe dokumenty mogą być dostępne całodobowo na stronie www wykonawcy.

### Pytania do Umowy załącznik nr 5A :

#### Pytanie nr.14

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

„Wydzierżawiający zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania konieczności wykonania czynności wymienionych w ust. 1 przez 365 dni w roku, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na adres: .....”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr.15

§7 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nie dotrzymania przez Wydierżawiający terminu określonego w ust. 2 lub nie dostarczenia Dzierżawcy zamiennego urządzenia lub jego elementu zgodnie z postanowieniem ust. 6, Wydierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 350,00 PLN za każdy dzień niesprawności przedmiotu umowy.”?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr.16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania wraz ze składaną ofertą numeru seryjnego oferowanego do dzierżawy aparatu? Wykonawca na etapie składania oferty nie jest w stanie podać który dokładnie numer seryjny zostanie zaoferowany.

### Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu podania wraz ze składaną ofertą numeru seryjnego oferowanego do dzierżawy aparatu.

### Pytanie do Umowy załącznik nr 5 :

### Pytanie nr.17

§2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

„Zamawiający ma prawo odmówić odebrania Odczynników mikrobiologicznych dostarczonych po uzgodnionym terminie dostawy przekraczającym co najmniej 3 dni robocze”?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr18

§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku, w którym Wykonawca nie dostarczy Odczynników mikrobiologicznych w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy z jego wyłącznej winy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego sprzedawcy w liczbie i asortymencie odpowiadającym niezrealizowanej części dostawy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy”?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr.19

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną ustaloną w niniejszej Umowie niewykonanej części dostawy, tytułem odszkodowania.

Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego udokumentowania poniesionych kosztów”?

### Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr.20

pytanie do zadania nr 1

Dotyczy poz. 6 z Formularza Asortymentowo-Cenowego oraz p. 20 Parametrów

Wymaganych :



g



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści podłoża pediatryczne do których zaleca się posiewać od 0,5 do 4 ml krwi ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr.21

Dotyczy informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, pkt. 1 „Oświadczenie o posiadaniu protokołu badań producenta uwzględniający specyfikę zakładową, zgodny z PN/EN 455-1,2,3.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą norma ta nie odnosi się do wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wykreśla powyższy wymóg.**

### Pytanie nr.22

Dotyczy informacji o przedmiotowych środkach dowodowych, pkt. 2 , kropka nr 2.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kropki 2 w następujący sposób


• „Dla wyrobów klasy I oraz IVD Deklaracji Zgodności oraz dokument zgłoszenia bądź powiadomienia Prezesa URPL (jeżeli dotyczy - art. 58 ustawy o wyrobach medycznych)”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zgodnie z powyższym.

### Pytanie nr.23

Dotyczy pkt. 11b Załącznika 4a. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu dotyczącego przekazania przez Wykonawcę instrukcji stanowiskowej BHP. Zgodnie z §41.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz §237 ust. 2 Ustawa Kodeks Pracy to na pracodawcy (w tym wypadku Zamawiającym) ciąży obowiązek sporządzenia instrukcji stanowiskowej oraz przedstawienia jej pracownikom. Wykonawca dostarczy instrukcje, ulotki dotyczące







## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

aparatu i wykonywanych na nich czynności, które mogą być pomocne do przygotowania odpowiedniej instrukcji stanowiskowej BHP.

### Odpowiedź:

Wykonawca dostarczy instrukcje, ulotki dotyczące aparatu i wykonywanych na nich czynności, a przede wszystkim przeprowadzi rzetelne szkolenie w omawianym zakresie.

Na tej podstawie zamawiający będzie mógł opracować instrukcję stanowiskową BHP.

### Pytanie nr.24

Dotyczy §7 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy aparatu zastępczego do 7 dni kalendarzowych.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr.25

Dotyczy §7 ust. 7 wzoru umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 250 pln.

### Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr.15

### Pytanie nr.26

Dotyczy § 7 ust. 7 wzoru umowy dostawy.” Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia jednej faktury za odczynniki mikrobiologiczne dostarczone w danym dniu, niezależnie od ilości dostaw odczynników mikrobiologicznych w tym dniu.” Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu.


### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr.27

Dotyczy Załącznik nr. 2A do SWZ „ Parametry Wymagane”, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści aparat używany, nie starszy niż z 2016 roku z pełną bezpłatną gwarancją oraz przeglądem okresowym?

### Odpowiedź:



4



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr.28

Dotyczy Formularza cenowego. Zwracamy się z prośbą o dodanie kolumny „nr katalogowy.” Dodatkowo proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca w kolumnie VAT(zł) powinien podać należy podatek dla 1 opakowania czy dla wartości całego wiersza.

### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia Formularz cenowy poprzez dodanie kolumny o nazwie „ nr katalogowy” i załącza poprawiony załącznik do wyjaśnień pod nazwą „ Zał. Nr2 Formularz cenowy-poprawiony” W kolumnie Vat powinien być podany podatek dla wartości całego wiersza.


### Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu silywania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2021r. o godzinie 10:00 .

Termin otwarcia ofert nastąpi dnia 23.03.2021r. o godzinie 10:05 .

### Załączniki:

-Zał. Nr2 Formularz cenowy-poprawiony



KIEROWNIK BIURA  
Zamówień Publicznych  
Ewa Sędrakiewicz

**Załącznik Nr 2 Podłoże mikrobiologiczne do aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych w butelkach plastikowych, pakowane po 50 szt. (formularz cenowy)**

| Poz. | Przedmiot zamówienia  | J.m. | Ilość    | Cena netto (zł) | VAT(zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy |
|------|---|------|----------|-----------------|---------|---------------------|---------------|
| 1    | Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych z substancjami inaktywującymi antybiotyki   | op   | 202      |                 |         |                     |               |
| 2    | Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z substancjami inaktywującymi antybiotyki  | op   | 50       |                 |         |                     |               |
| 3    | Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z czynnikami lizującym umożliwiający uwolnienie drobnoustrojów sfagocytowanych z leukocytów oraz neutralizujących wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie.                                     | op   | 152      |                 |         |                     |               |
| 4    | Podłoże do hodowli drobnoustrojów tlenowych bez z substancjami inaktywującymi antybiotyki   | op   | 5        |                 |         |                     |               |
| 5    | Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych tlenowych bez substancji inaktywujących antybiotyki  | op   | 5        |                 |         |                     |               |
| 6    | Podłoże do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych (PMR), pediatryczne (mała ilość materiału 0,5 - 3 ml)  | op   | 65       |                 |         |                     |               |
| 7    | Podłoże do hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych (selektywnych) podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów (nawet do 44h) - możliwość wykrycia równoległe przebiegającej bakteriemii i fungemii). | op   | 2        |                 |         |                     |               |
| 8    | Gotowy (certyfikowany) oraz zwalidowany suplement wzbogacający dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych poniżej 0,5 ml.  | op   | 6        |                 |         |                     |               |
| 9    | Końcówka do przesiewania materiału z podłoży pozytywnych, kompatybilna z szyjkami butelek (op. 50 szt).   | op   | 100      |                 |         |                     |               |
| 10   | Dzierżawa systemu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych   | 36   | ... m-cy |                 |         |                     |               |

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących oferowanych podłoży do oferty należy dołączyć ulotki (opisy podłoży producenta).