



EZ.272.043.2024

Wrocław, dnia 25.11.2024r.

EZ/998/24

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej, sprzętu medycznego, drzwi przesuwanych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka” (sygnatura sprawy EZ/1050/EM/24).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ i zmianą SWZ:

#### Pytanie 1

„Załącznik nr 3 do SWZ – Zadanie 6 – Aparat RTG ramię C

1. Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada ruch orbitalny niezmotoryzowany? Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając ruchu orbitalnego zmotoryzowanego, pozostałe parametry dotyczą aparatu który nie posiada ruchów zmotoryzowanych.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 2

„Załącznik nr 3 do SWZ – Zadanie 6 – Aparat RTG ramię C

2. Pkt. 33 Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia aparatu który posiada generator typu splitblok? Dzięki oferowanemu rozwiązaniu lampa oraz generator znajdują się w innych miejscach co zmniejsza ryzyko przegrzania się aparatu i gwarantuje dłuższą pracę aparatu bez konieczności posiadania dużej pojemności cieplnej kołpaka.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.**

#### Pytanie 3

„Załącznik nr 3 do SWZ – Zadanie 6 – Aparat RTG ramię C

3. Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada funkcji cine? Oferowana funkcja jest w aparatach z oprogramowaniem naczyniowym, a zgodnie z pozostałymi parametrami Zamawiający nie wymaga dodatkowego oprogramowania naczyniowego.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

#### Pytanie 4

„Załącznik nr 3 do SWZ – Zadanie 6 – Aparat RTG ramię C

4. Pkt. 69 Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia aparatu który posiada monitor o wysokiej rozdzielczości 3840x2169 UHD 4K? Dzięki najwyższej jakości monitora aparat dostarcza obraz w skali 1:1 z płaskiego detektora CMOS do monitora 4K UHD, dzięki czemu obraz zachowuje 100% danych o kluczowym znaczeniu dla operatora. Wysokiej jakości wyświetlany obraz znacząco poprawia jakość pracy i ułatwia szybkie wychwycenie najdrobniejszych szczegółów.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.**

#### Pytanie 5

„Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji, na temat aktualnego dostawcy serwera PACS oraz informacji na temat szacowanych kosztów integracji systemu. Ma to na celu zwiększenie transparentności postępowania i zwiększenie jego konkurencyjności.”

**Odpowiedź: Aktualnym dostawcą serwera PACS jest firma PIXEL Technology. Szacowanie kosztów integracji systemu potencjalni Wykonawcy szacują indywidualnie.**

#### Pytanie 6

„Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu (zadanie 8)

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





## Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Informujemy, że tylko takie zapisy umowy zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnych urządzeń. Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.

Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na serwis sprzętu w kolejnych latach.

W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania,

na uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu.

Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe.

To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych. Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § ... ust. ... jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot

w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy.

Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych

i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.”

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wskazuje, że w Załączniku nr 4a do SWZ, Projektowanych Postanowieniach umowy w § 7 ust. 8 ujęty jest zapis dotyczący kodów katalogowych.**

### Pytanie 7

„Działając na podstawie art. 135 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnoszę zapytania dotyczące

Załącznika nr 3 do SWZ Karta parametrów

Zadanie nr 7 – Aparat USG przenośny

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym częstotliwość głowicy liniowej mieści się w zakresie 2–9 MHz?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.**

Zamawiający w oparciu o art. 137 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie:

1. zmiany pkt. 15 Załącznika nr 1 „Oferta Wykonawcy”;
2. usunięcia pkt. 16, pkt. 17 z Załącznika nr 3 „Karty Parametrów” dla Zadania 10;
3. poprawy sygnatury sprawy w Załączniku nr 10 „Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014”;
4. zmiany poz. 3 kolumn nr 3, 4, 5, 13 Zadania 8 Załącznika nr 2 „Formularz cenowego”;
5. zmiany zapisów Załącznika nr 4 „Projektowanych postanowień umowy” w zakresie: paragrafu 3, paragrafu 4, paragrafu 5, paragrafu 9, paragrafu 10,
6. zmiany zapisów Załącznika nr 4a „Projektowanych postanowień umowy” w zakresie: paragrafu 1, paragrafu 2, paragrafu 3, paragrafu 5, paragrafu 6, paragrafu 8, paragrafu 10.

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

W załączeniu zmieniony:

- Załącznik nr 1 „Oferta Wykonawcy” - ZMIANA 1,
- Załącznik nr 3 „Karta Parametrów” dla Zadania 10 – ZMIANA 1,
- Załącznik nr 2 „Formularz cenowy – ZMIANA 1”,
- Załącznik nr 4 „Projektowane postanowienia umowy” – ZMIANA 1,
- Załącznik nr 4a „Projektowane postanowienia umowy” – ZMIANA 1,
- Załącznik nr 10 „Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014” – ZMIANA 1.

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 17.12.2024r.,** miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **16.03.2025r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska  
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl