

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana

ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

### Wyjaśnienia VII

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na **dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Pakiet 5, poz. 12. Czy zamawiający wydzieli poz.12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 2.** Pakiet 5, poz. 12. Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 3.** Pakiet 6, poz. 2. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga rolek o szer. 50 cm. Odnośnie długości patrz odpowiedź na pytanie nr 5.*

**Pytanie nr 4.** Pakiet 6, poz. 2. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga rolek o szer. 50 cm. Odnośnie długości patrz odpowiedź na pytanie nr 5.*

**Pytanie nr 5.** Pakiet 6, poz. 2. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza inną długość z zastrzeżeniem, iż zaoferowana rolka nie może być krótsza niż 50 mb i nie dłuższa niż 80 mb. Należy przeliczyć ilość rolek, z zaokrągleniem w górę do pełnej rolki. Prosimy odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym długość oferowanej rolki, jeżeli jest inna niż wskazana przez Zamawiającego w formularzu cenowym.*

**Pytanie nr 6.** Pakiet 6, poz. 4. Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** *Zgodnie z opisem w pakiecie nr 6 poz. nr 4 dopuszcza się fartuchy w rozmiarze uniwersalnym.*

**Pytanie nr 7.** Pakiet 6, poz. 4. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 8.** Pakiet 6, poz. 4. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 9.** Pakiet 6, poz. 4. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dopuszcza wycenę za op. zawierające max 100 szt. fartuchów, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym wpisując ilość w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, zaokrąglić w górę.*

**Pytanie nr 10.** Pakiet 6, poz. 4. Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach:

- Mankiet 5 cm
- Długość całkowita 108 cm
- Szerokość w pasie ok. 63 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 11.** Pakiet 6, poz. 5. Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 12.** Pakiet 7, poz. 20. Czy zamawiający wydzieli poz. 20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 13.** Pakiet 7, poz. 20. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 14.** Pakiet 7, poz. 20. Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 15.** Pakiet 8, poz 5. Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 16.** Pakiet 12, poz. 1. Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 17.** Dot. Pakiet 6 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ochraniacza na obuwiu nie będącego wyrobem medycznym?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 18.** Dot. Pakiet 6 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 19.** Dot. Pakiet 6 poz. 8, 9. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 20. Dot. Projekt Umowy - § 6 ust. 4.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy Umowa §6, ust.4 o następującej treści:

*„4.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”*

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 21. Dot. projektu umowy.**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy

**SILA WYŻSZA**

- 1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawnionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID- 19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.*
- 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
- 4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie,*

w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 22.** Pakiet 11. Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementami elastycznymi o długości 17cm +/- 1cm służącymi do zamocowania wyrobu zamiast gumek?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 23.** Pakiet 11. Zgodnie z wytycznymi GIS maska medyczna powinna spełniać w pełni normę PN EN 14683:2019 oraz być przebadana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). Czy na potwierdzenie, że zaoferowana maska jest wyrobem bezpiecznym, medycznym Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty badania z CIOP, w którym znajdują się potwierdzenie spełniania wymaganych przez normę parametrów? Czy Zamawiający oczekuje również, aby każde opakowanie masek posiadało nr. ref oraz nr lot, co umożliwi jednoznaczną identyfikację wyrobu tj. dostarczany w ramach zawartej umowy wyrób będzie można zweryfikować jako ten sam, na który zostanie zaoferowany w złożonej ofercie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 24.** Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy została obniżona do wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 25.** Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 2 do SWZ). Czy Zamawiający wprowadzi wymóg dodania kolumny z numerem katalogowym? Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny z wymaganym. Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 26.** Pakiet 5 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 12 strzykawkę cewnikową 2 ml, bez dołączonych łączników luer, za to wyposażoną w adapter luer?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga : strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, cewnikowa 100 ml (typu Janeta), skalowanie co 2 ml (dopuszcza się skalowanie co 1 ml), z dołączonymi dwoma łącznikami luer (zamiast łączników dopuszcza się adapter luer), przezroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości, wyrób medyczny.**

**Pytanie nr 27.** Pakiet 5 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 16 strzykawkę pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 poz. od 1 do 8 i od 10 do 11 i od 13 do 18 zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość szt. (jednak nie mniejszą niż 50 szt. i nie większą niż 120 szt.) pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym wpisując ilość w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, zaokrąglić w górę.**

**Pytanie nr 28.** Pakiet 5 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 11 strzykawkę pakowaną po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** *Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 poz. od 1 do 8 i od 10 do 11 i od 13 do 18 zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość szt. (jednak nie mniejszą niż 50 szt. i nie większą niż 120 szt.) pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym wpisując ilość w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, zaokrąglić w górę.*

**Pytanie nr 29.** Pakiet 5. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 5 pozycję 19, 20 i 21? Umożliwi to złożenie korzystnej dla Zamawiającego oferty.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 30.** Pakiet 8 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycja 1 kaniule bez portu górnego, wyposażoną w pasywny system chroniący personel przed przypadkowym zakłuciem i zachłapaniem krwią?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 31.** Pakiet 8 poz. 1-4. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 8 pozycje od 1 do 4 wykonane były z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 32.** Do treści §4 ust.1 projektu umowy. Prosimy o dopisanie do §1 ust.3 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

**Pytanie nr 33.** Do treści §6 ust.1 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 0,5% dziennie, liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.*

Zgodnie z zapisem §6 ust.1 pkt 1 wzoru umowy „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- 1) w wysokości 0,2 % wartości brutto tej partii przedmiotu umowy, której **Wykonawca nie dostarczył w terminie za każdy dzień zwłoki;**

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. W pakiecie nr 5 poz. nr 12 przedmiot zamówienia otrzymuje opis : *Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, cewnikowa 100 ml (typu Janeta), skalowanie co 2 ml (dopuszcza się skalowanie co 1 ml), z dołączonymi dwoma łącznikami luer (zamiast łączników dopuszcza się adapter luer), przezroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości, wyrób medyczny.*
2. W Pakiecie nr 6 poz. nr 2. Zamawiający dopuszcza inną długość z zastrzeżeniem, iż zaoferowana rolka nie może być krótsza niż 50 mb i nie dłuższa niż 80 mb. Należy przeliczyć ilość rolek, z zaokrągleniem w górę do pełnej rolki. Prosimy odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym

długość oferowanej rolki, jeżeli jest inna niż wskazana przez Zamawiającego w formularzu cenowym.

3. W Pakiecie nr 6 poz. nr 4 Zamawiający dopuszcza wycenę za op. zawierające max 100 szt. fartuchów, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w formularzu cenowym wpisując ilość w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowej opakowania, zaokrąglić w górę.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: **06.04.2021 r. do godz. 9:00**, termin otwarcia ofert to: **06.04.2021 r. do godz. 9:30**.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania ofertą - Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 05.05.2021 r.**

Zamawiający modyfikuje SWZ uwzględniając zmianę terminów, o których mowa powyżej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.