

Łódź 18.06.2021 r.

Sprawa: **Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Dotyczy: Pakiet V:

Poz. 17 i poz. 18: Czy Zamawiający może doprecyzować parametry membrany insertów jakich oczekuje, w szczególności wielkości i zagęszczenia porów?

Odpowiedź:

Poz. 17 Rozmiar porów 1.0 um, gęstość porów w przedziale $1.9-2.1 \times 10^6$ [cm⁻²]

Poz. 18 Rozmiar porów 8.0 um, gęstość porów w przedziale $0.14-0.16 \times 10^6$ [cm⁻²]

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 2:

Dotyczy: Pakiet V:

Poz. 27: Czy Zamawiający zaakceptuje produkt konfekcjonowany w opakowaniach zaw. 500 szt.?

Odpowiedź:

TAK

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 3:

Dotyczy: Pakiet V:

poz. 20: Jaką objętością pracy końcówek Zamawiający jest zainteresowany?

Odpowiedź:

1250ul

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 4:

Dotyczy: Pakiet III poz. 52

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej ilości oczekuje? W opisie mowa jest o opakowaniach a'1000 szt., natomiast w kolumnie 'Opak. (szt.)' wielkość opakowania określono na 5 szt.

Odpowiedź:

5 opakowań po 1000 szt w każdym opakowaniu

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 5:

Dotyczy: Pakiet III poz. 54

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej ilości oczekuje? W opisie mowa jest o opakowaniach a'250 szt., natomiast w kolumnie 'Opak. (szt.)' wielkość opakowania określono na 5 szt.

Odpowiedź:

5 opakowań po 250 szt w każdym opakowaniu

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 6:

Dotyczy: Pakiet III poz. 55

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej ilości oczekuje? W opisie mowa jest o opakowaniach 8x25 szt., natomiast w kolumnie 'Opak. (szt.)' wielkość opakowania określono na 25 szt.

Odpowiedź:

5 opakowań po 8x25 szt w każdym opakowaniu

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 7:

Dotyczy: Pakiet III poz. 57

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej ilości opakowań oczekuje i ile sztuk ma zawierać jedno opakowanie? W opisie mowa jest o opakowaniach 48x10 szt., natomiast w kolumnie 'Opak. (szt.)' wielkość opakowania określono na 1222 szt.

Odpowiedź:

5 opakowań po 48x10 szt w każdym opakowaniu

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 8:

Dotyczy: Pakiet I poz. 221-222

Prośba o doprecyzowanie jakich Pipet wymaga Zamawiający. Mimo wskazania nazwy pipet Pasteura, opis, pojemność oraz sposób konfekcjonowania produktu wskazuje na pipety serologiczne

Odpowiedź:

Pipety serologiczne, zgodnie z opisem.

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – modyfikacja.

Pytanie 9:

Dotyczy: Pakiet I

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę asortymentu dopuści możliwość składania ofert z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku? Wartość końcowa zgodnie z zasadami rachunkowymi, zaokrąglona zostanie do 2 miejsc.

Odpowiedź:

Nie, wszystkie ceny powinny zostać zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi