



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 16.06.2023 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**MATERIAŁY OPATRUNKOWE**”

Nr postępowania: **ZP/13/23**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 20** - Czy Zamawiający dopuści w pak. 20 w poz. 1 gąbki żelatynowej w rozmiarze 70mm x 50mm x 10 mm ?
Zamawiający dopuszcza.
2. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania gazy o wymiarach 90cm x 100cm?
Zamawiający dopuszcza gazę o wymiarach 90cm x 100cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.
3. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie niejałowej serwety operacyjnej z elementem RTG i tasiemką po praniu wstępny w rozmiarze 45 cm x 45 cm a 100 szt. w ilości 120 opakowań?
Zamawiający dopuszcza.
4. **Dotyczy Pakietu nr 12** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie jałowego samoprzylepnego włókninowego opatrunku na ranę pooperacyjną wraz z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym. Wkład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością i zawiera warstwę zewnętrzną z siateczki poliestrowej, chroniącą przed przywieraniem do rany. Opatrunek zawiera hipoalergiczny klej poliakrylowy, oraz zaokrąglone brzoża. Na każdym opakowaniu zewnętrznym widoczny rozmiar i data przydatności do użycia, o niżej opisanych rozmiarach?
- poz. 1 – 5x7cm
- poz. 2 – 10x10cm
- poz. 3 – 15x10cm
- poz. 4 – 20x10cm
- poz. 5 – 25x10cm
- poz. 6 – 30x10cm
Zgodnie z SWZ.
5. **Dotyczy Pakietu 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
Zgodnie z SWZ.
6. **Dotyczy Pakietu 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zgodnie z SWZ.
7. **Dotyczy Pakietu 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie aktywacji w wodzie wynoszącym 5 sek?
Zgodnie z SWZ.
8. **Dotyczy Pakietu 3, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Zamawiający dopuszcza.

9. **Dotyczy Pakietu 5, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 – warstwowe?
Zamawiający dopuszcza.
10. **Dotyczy Pakietu 7, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 40g?
Zamawiający dopuszcza.
11. **Dotyczy Pakietu 7, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
12. **Dotyczy Pakietu 8, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamaw. ilości?
Zamawiający dopuszcza.
13. **Dotyczy Pakietu 8, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt z przeliczeniem zamaw. ilości?
Zamawiający dopuszcza.
14. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 1** (dotyczy rozmiaru 17,5 x 17,5) - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18 x 18?
Zamawiający dopuszcza.
15. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 1** (dotyczy rozmiaru 17,5 x 17,5) - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'5 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pakowania każdego opatrunku osobno.
16. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 23 x 23?
Zamawiający dopuszcza.
17. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'5 sztuk z przeliczeniem zamaw. ilości?
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pakowania każdego opatrunku osobno.
18. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 19 x 20?
Zgodnie z SWZ.
19. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 4** - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby opatrunek posiadał wskaźnik zmiany opatrunku?
Zamawiający odstępuje od wymogu, aby opatrunek posiadał wskaźnik zmiany opatrunku.
20. **Dotyczy Pakiet 11, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'5 sztuk z przeliczeniem zamaw. ilości?
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pakowania każdego opatrunku osobno.
21. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści przyklepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przyklepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścięte w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym w okolicy krzyżowej, rozmiar 23 x 23 cm, rozmiar wkładu chłonnego 12,5 x 13 cm?
Zgodnie z SWZ.
22. **Dotyczy Pakietu 11, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'10 sztuk z przeliczeniem zamaw. ilości?
Zamawiający nie dopuszcza.

- 23. Dotyczy Pakietu 11, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonych w wazelinie z sulfadiazyną srebra?
Zamawiający dopuszcza.
- 24. Dotyczy Pakietu 11, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści żel hydrokolidowy składający się z wody oczyszczonej, karboksymetylocelulozy sodowej i alginianu wapnia?
Zamawiający nie dopuszcza.
- 25. Dotyczy Pakiet 11, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści żel hydrokolidowy w tubie z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę?
Zamawiający dopuszcza.
- 26. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 1-6** - Czy Zamawiający dopuści listki opakowania zewnętrznego o równych długościach z marginesem oraz zgrzewem w kształcie V ułatwiającym sterylne otwarcie opatrunku?
Zgodnie z SWZ.
- 27. Dotyczy Pakietu 12, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 28. Dotyczy Pakietu 15, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonych w wazelinie z sulfadiazyną srebra?
Zgodnie z SWZ.
- 29. Dotyczy Pakietu 16, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamaw. ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 30. Dotyczy Pakietu 18, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową pak. a'12sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 31. Dotyczy Pakietu 18, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową pak. a'6sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 7, Poz. nr 2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 6-warstwowych? Pozostałe parametry bez zmian
Zamawiający dopuszcza
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 12, Poz. nr 1-6** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków samoprzylepnych pakowanych w opakowania jednostkowe, posiadające informację dot. jałowego otwierania w postaci jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla użytkownika sposobu zgrzewania, którego umiejscowienie określa nadrukowana strzałka (listki zgrzewu tej samej długości)?
Zgodnie z SWZ.
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 12, Poz. nr 3** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra w rozmiarze 15 x 8 cm?
Zgodnie z SWZ.
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 16, Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii poliuretanowej pakowanej w opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 18, Poz. nr 1-2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek podgipsowych niejałowych pakowanych w opakowanie a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający dopuszcza.

37. Dotyczy projektu umowy - § 2, ust. 15 - wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 8, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

38. Dotyczy projektu umowy - § 8, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia;
- §6 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia;
- §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części zamówienia;

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

39. Dotyczy Pakietu nr 10 - Czy Zamawiający w Pakiecie 10 popełnił omyłkę pisarską pisząc w kolumnie rozmiar "po rozłożeniu 8,5x11,5 cm +/- 1 cm", ponieważ powinno być jak w opisie jest- w kolumnie nazwa produktu "po rozłożeniu w przedziale 11x12-11 x 12,5 cm"?

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę, powinno być jak w opisie - rozmiar po rozłożeniu 11x12-11 x 12,5 cm.

40. Dotyczy projektu umowy - prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 4 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 4 o treści:

„W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

Lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

41. Dotyczy zapisów SWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania nazwy postępowania?

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem wskazania w nim czynności, do których jest umocowany Pełnomocnik.

42. Dotyczy Pakietu 2, poz. -1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu?

Zgodnie z SWZ.

43. Dotyczy Pakietu 2, poz. 1-3: czy Zamawiający dopuści opaski o czasie moczenia 5s?

Zgodnie z SWZ.

44. Dotyczy Pakietu 4, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.

Zamawiający dopuszcza.

45. Dotyczy Pakietu 5, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Zamawiający dopuszcza.

46. Dotyczy Pakietu 6, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Zamawiający dopuszcza.

47. Dotyczy Pakietu 7, poz. 2: czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 40g/m²?

Zamawiający dopuszcza.

48. Dotyczy Pakietu 8 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści gazę o szerokości 90cm i długości 200m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

49. Dotyczy Pakietu 8, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych nie poddawanych procesowi wstępnego prania? Zaoferowane przez nas serwety wykonane są z gazy, która poddana jest praniu chemicznemu (nadtlenek wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SWZ.

50. Dotyczy Pakietu 8 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Zamawiający dopuszcza.

51. Dotyczy Pakietu 13, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była zapakowana w foliowe opakowanie odporne na wilgoć?

Zamawiający dopuszcza.

52. Dotyczy Pakietu 13, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaofiarowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Zamawiający dopuszcza.

53. Dotyczy Pakietu 13, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie ligniny w rozmiarze 20 x 20 cm?

Zgodnie z SWZ.

54. Dotyczy Pakietu 13, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie ligniny w opakowaniu 0,5 kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

55. Dotyczy Pakietu 15, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie opatrunków pakowanych po 5 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pakowania każdego pojedynczo.

56. Dotyczy Pakietu 18, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie opasek podgipsowych pakowanych po 12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem pakowania każdego opatrunku osobno.

57. Dotyczy PAKIETU 14: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produktu o następujących właściwościach: Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej o zerowej masie wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Można przycinać bez efektu strzępienia.

Wykazuje działanie bakteriobójcze przeciwko szerokiej gamie bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, takich jak: MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginosa, E.coli – parametry zawarte w instrukcji użytkowania. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestacyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną.

Zamawiający dopuszcza.

58. Dotyczy PAKIETU 14: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie produktów, których opakowanie handlowe liczy a'12 szt. z jednoczesnym zmniejszeniem lub zwiększeniem oferowanych ilości do 48 lub 60 szt. – w zależności od decyzji Zamawiającego zgodnie z zapisem SWZ rozdział 4 – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 15.

Zamawiający dopuszcza.

- 59. Dotyczy PAKIETU 14:** - W związku z zapisem SWZ rozdział 8 pkt 1 ppk 2.1 przedmiotowe środki dowodowe, wykaz próbek, w odniesieniu do pakietu nr 14, który zawiera 2 rozmiary, jednak nie został podzielony na pozycje, czy Zamawiający oczekuje 1 szt. próbki wybranego rozmiaru czy po 1 szt. dla obu?
1 szt. próbki wybranego rozmiaru.
- 60. Dotyczy § 2 ust. 13 projektu umowy** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 13 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od zgłoszenia danej reklamacji” na „... od dnia uznania danej reklamacji”.
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.
- 61. Dotyczy projektu umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;**
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.
b) za dostarczenie towaru wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami;**
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.
- 62. Dotyczy projektu umowy** - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Zamawiający informuje, iż projekt umowy zawiera w/w zapis w § 3 ust. 9
- 63. Dotyczy projektu umowy** - Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §9 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.
- 64. Dotyczy §9 ust. 4 projektu umowy** - W związku z zapisem § 9 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego Zamawiającego, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2022 r oraz oświadczenia jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.
W załączeniu Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za 2022rok.
- 65. Dotyczy Pakiet 8, poz. 1:**
1) Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?
Zgodnie z SWZ.
2) Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?
Zamawiający dopuszcza.
3) Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe- rolkę 100 mb.?
Zamawiający dopuszcza.

66. Dotyczy Pakietu 8, poz. 2:

- 1) Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?
Zgodnie z SWZ.
- 2) Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?
Zgodnie z SWZ.
- 3) Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?
Zgodnie z SWZ.
- 4) Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Zgodnie z SWZ.

**67. Dotyczy Pakietu nr 14 - Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną w całości pochodzenia roślinnego, z utlenionej, nieregenerowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych przeciwko min. 26 typom bakterii gram (-) i gram (+), w tym MRSA, MRSE, VRE, PRSP potwierdzonych badaniami in vitro, zapewniającą hemostazę w ciągu średnio 1,5 minuty, wchłaniającą się całkowicie po 14 dniach, w rozmiarze 5cm x 7cm pakowaną po 15 szt. oraz 10x20cm pakowaną po 10 szt.?
Zamawiający dopuszcza.**

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.