



Nr postępowania ZP/77/008/D/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp **pn. Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do analizy składu ciał stałych.**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W dniu 11.04.2023r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem dotykowym 3,5 Cala? Interfejs jest przyjazny użytkownikowi, a ikony duże oraz czytelne, przez co mniejszy ekran nie wpływa na obsługę urządzenia i odczyt danych, przez co rozwiązanie uważa się za równoważne.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze złączem typu USB typu C/mikro USB zamiast typu A/mikro USB? C jest wygodniejszy w użyciu oraz nowocześniejszy, przez co rozwiązanie uważa się za lepsze.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.