

Warszawa, dnia 15.11.2024 r.

Pismo znak: DZP.26.40.TP.2024.03.JS

Zamawiający:

NARODOWY INSTYTUT
GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Odpowiedzi na pytania – część 2

Dotyczy postępowania pn.:

**Dostawa gazów medycznych i technicznych
wraz z dzierżawą butli z podziałem na 2 części**

Sygnatura postępowania:

40/TP/2024/JS

Zamawiający informuje, że po upływie terminu określonego w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na zapytania prosimy o doszczegółowienie czy Zamawiający oczekuje montażu zaworu odcinającego i przyłącza do tankowania? Każda z firm gazowych w Polsce ma inny rodzaj przyłącza. Czy może jednak Zamawiający oczekuje tylko przyłącza do tankowania, a zawór odcinający jest już zamontowany? Prosimy o dołączenie szczegółowych zdjęć zawierających zbiornik przedstawiony w taki sposób, aby widoczne były miejsca gdzie mają być przeprowadzone wskazane czynności.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 25 (pismo znak: DZP.26.40.TP.2024.03.JS z dnia 14.11.2024 r.) Zamawiający doprecyzowuje, że w ramach poz. 3 (części 1) Formularza asortymentowo - cenowego (*Montaż zaworu napełniającego do zbiornika tlenu medycznego*) mowa o dostawie i montażu zaworu odcinającego **wraz z przyłączem do tankowania**. W Załączniku nr 2 - Zamawiający udostępnia zdjęcie niniejszego zaworu.

Pytanie 2:

Prosimy o informację z jakiego powodu nie wyrażają Państwo zgody na dostawy samochodem o parametrach wskazanych w poprzednich zapytaniach? Z wiedzy jaką posiadamy na ten moment dokładnie taki samochód realizuje u Państwa dostawy tlenu ciekłego. Prosimy o dopuszczenie samochodu o masie całkowitej nie przekraczającej 26 ton oraz długości pomiędzy 8,5m-9,6 m?;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd o DMC nieprzekraczającej 26 ton i długości między 8,5m-9,6m. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 1 do SWZ) w zakresie ust. 6 lit. b) zgodnie z brzmieniem jak w załączeniu (patrz Zał. nr 3 do pisma).



Pytanie 3:

Prosimy o informację czy wizja lokalna może odbyć się w terminie 18.11.2024r. lub 21.11.2024r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ (tj. termin 20.11.2024 r.).

Ponadto w nawiązaniu do odpowiedzi na pytania zgodnie z pismem znak: DZP.26.40.TP.2024.03.JS z dnia 14.11.2024 r. Zamawiający udostępnia w załączeniu aktualną dokumentację dot. zbiornika tlenu (patrz Załącznik nr 1).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja z UDT dot. zbiornika z tlenem medycznym.

Załącznik nr 2 – Zdjęcie zaworu napełniającego do zbiornika tlenu medycznego.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – PO ZMIANIE.

/ Wszystkie zmiany naniesione w dokumentach oznaczono kolorem czerwonym /

DYREKTOR
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Izabela Marcewicz-Jendrysiak

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu

Jonow Kret

J. Sadłowska



**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

Warszawa, dnia 15.11.2024

**NARODOWY INSTYTUT GERIATRII,
REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF.
DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
SPARTAŃSKA 1
02-637 WARSZAWA
(NIP: 5250011042)**

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 15.11.2024) przy urządzeniu technicznym o numerze fabrycznym 275117 i numerze ewidencyjnym N2327040861:

1. zezwala się na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 30.11.2025, przy aktualnych parametrach/danych określonych w:
 - księdze rewizyjnej urządzenia,
 -*
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.

UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2024 wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES or
Urzedu Dozoru Technicznego
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
27150
T
mgr inż. Arkadiusz Karpik
z up. Inspektor ARKADIUSZ KARPIK
DT 27150

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DZIAŁU TECHNICZNEGO
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji w Warszawie

15.11.2024
data


mgr inż. Jarosław Kret
pótwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić



	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 15.11.2024
Oddział terenowy w Warszawie		
Eksploatujący: 101158 NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER SPARTAŃSKA 1 02-637 WARSZAWA	Urządzenie: STAŁY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Wytwórca: CRYOLOR ARGANCY - FRANCJA Numer ewidencyjny: N2327040861 Numer fabryczny: 275117 Rok budowy: 2022 Pojemność: 9.4450 m3 Numer technologiczny: x	
Miejsce wykonania badania: WARSZAWA SPARTAŃSKA 1		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194); rozp. MRiT z 17.12.2021 (Dz. U. z 2022 r. poz. 68)		
Wykonano badanie: badanie okresowe Zakres badania: rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa Wynik badania: pozytywny / negatywny*)		
Parametry urządzenia: Czynniki robocze: tlen, temperatura dopuszczalna: 20 st. C. Ciśnienie dopuszczalne: 17.00 bar , Ilość przestrzeni roboczych: 1 Uwagi, zalecenia, niezgodności: zbiornik z izolacją próżniową zabezpieczony 2szt zaworów bezpieczeństwa o nastawie 17bar typ Herose 06388 o nr fabr. 3773070 i 3773061 zgodnie z przedstawionymi dokumentami		
Terminy następnych badań: Rewizja zewnętrzna: listopad 2025 Rewizja wewnętrzna: w okresach remontowych Próba ciśnieniowa: w okresach remontowych		
Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu: (podpis) Eksploatującego*) / Osoby upoważnionej przez Eksploatującego *).	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR mgr inż. Arkadiusz Karpik	

*) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwie



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - PO ZMIANIE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na 2 części”
- sprawa nr: 40/TP/2024/JS

1. **Przedmiot zamówienia:**
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na 2 części.
2. **Wspólny Słownik Zamówień CPV:**
 - 24100000-5 Gazy
 - 24111500-0 Gazy medyczne
 - 24111900-4 Tlen
 - 24111800-3 Azot ciekły
 - 24113200-1 Sprężone powietrze
 - 24112100-3 Dwutlenek węgla
 - 24112200-4 Podtlenek azotu
3. **Liczba części zamówienia (pakietów, zadań): 2.**
4. **Określenie poszczególnych części zamówienia:**
 - Część nr 1 - Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i montażem zaworu napełniającego zbiornik;
 - Część nr 2 - Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z systemem telemetrii zbiornika mieszanki skroplonej Azot/Tlen i dzierżawą butli.
5. **Miejsce realizacji zamówienia:**
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.
6. **Szczegółowe warunki realizacji zamówienia / dostaw:**
 - a) W ramach dostaw mieszanki skroplonej azot/tlen (część 2 poz. 1 zamówienia) Wykonawca winien wyposażyć zbiornik Zamawiającego w system telemetrii, tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy mieszanki skroplonej azot/tlen, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.
 - b) Dostawy winny być realizowane cysterną niskociśnieniową, wyposażoną w specjalne przyłącze umożliwiające tankowanie zbiorników Zamawiającego na miejscu, na terenie Instytutu. Ze względu na ograniczenia występujące na terenie Instytutu **maksymalna długość całkowita cysterny nie może przekraczać 6,5m a jej maksymalna masa całkowita winna wynosić 8,5 ton. Zamawiający dopuszcza pojazd o DMC nieprzekraczającej 26 ton i długości między 8,5m-9,6m.**

- c) Okres gwarancji równoznaczny z terminem ważności na gazy medyczne i gazy spożywcze oraz techniczne nie może być krótszy niż **12 miesięcy**.
 - d) Ze względu na wąskie drogi dojazdowe do zbiorników oraz brak możliwości manewrowania pojazdem, dostawy tlenu medycznego muszą odbywać się cysterną o małych gabarytach, tzw. „solową”, o masie nie większej niż 18 ton. Nie dopuszcza się innej cysterny.
 - e) Założenie bezprzewodowej telemetrii zbiornika, będzie realizowane na koszt dostawcy celem podglądu stanu cieczy (całodobowa kontrola).
 - f) Gazy medyczne i inne (poza ciekłym tlenem medycznym i azotem) dostarczane będą w butlach dzierżawionych przez Zamawiającego od Wykonawcy.
 - g) Wszystkie butle, w których dostarczane są gazy winny stanowić własność Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki z tytułu obsługi serwisowej butli (legalizacja, czyszczenie butli, wymiana zaworów, malowanie butli, itp.).
 - h) **Gazy będące przedmiotem zamówienia powinny być dostarczane do Zamawiającego w terminach jak niżej:**
 - tlen ciekły do zbiornika -**do 1 doby** od złożenia zamówienia;
 - gazy w butlach i azot ciekły – **do 2 dób** od złożenia zamówienia;
 - mieszanka skroplona azot / tlen – **do 2 dób** od złożenia zamówienia;
 - pozostałe mieszaniny gazowe w butlach – **w ciągu maksymalnie 8 tygodni** od złożenia zamówienia.

Terminy liczone są każdorazowo od momentu złożenia zamówienia (zapotrzebowania) które zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 - i) **Ponadto w zakresie zaworu do zbiornika tlenu medycznego** o którym mowa w poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego – Część 1 zamówienia – **dostawa i montaż powinny zostać zrealizowane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.**
7. Wszystkie wymagania określone w SWZ w tym niniejszym OPZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
10. **Pozostałe informacje:**
- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie danej części. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Wartość świadczenia stron nie będzie jednak niższa niż 70% wynagrodzenia z dnia zawarcia umowy (każdej z części zamówienia).
 - b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu w ramach całkowitej wartości udzielonego zamówienia.
 - c) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
 - d) Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
 - e) Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera:
 - 1) **załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.**
 - 2) **załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.**