



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
skr. poczt. 119 tel. 81 743-42-72 lub 81/533-41-00
email: wsse.lublin@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.18.2024

Lublin, dnia 08.11.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 1.

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia skierowanym w postępowaniu pn. „**Zakup sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Lublinie – powtórzenie**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienie Zamawiającego.

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr 2024/BZP 00581194 z dnia 06.11.2024 r. zwracam się z prośbą o informację, czy dopuszczają Państwo zastosowanie urządzenia klimatyzacyjnego o parametrach jak niżej:

- Klimatyzator typu split z inwerterem
- **Moc chłodnicza nominalna nie mniejsza niż 13,4 kW**
- **Moc grzewcza nominalna nie mniejsza niż 15,5 kW**
- Czynnik chłodzący R32
- Efektywność sezonowa wg EN 14825- **SEER powyżej 5,80**
- ~~Efektywność nominalna – EER co najmniej 2,90, COP co najmniej 3,20 (ten parametr obecnie nie zawsze jest podawany przez producentów – został zastąpiony przez SEER~~
- Jednostka wewnętrzna typu podsufitowego (**podstropowego**)
- Wymiary jednostki wewnętrznej nie większe niż 25x180x80cm
- Automatyczny ruch klap w kierunku pionowym
- 3 stopniowa regulacja prędkości wentylatora
- Program osuszania
- Układ chłodzenia infrastruktury
- Poziom mocy akustycznej nie więcej niż 65 dbA na maksymalnym biegu wentylatora
- Poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 48 dbA
- **Dopuszczalna długość instalacji rurowej minimum 30 m**
- Zasilanie jednostki zewnętrznej w energię elektryczną ~3/ 50Hz/380 415 V
- Maksymalny amperaż bezpiecznika 16 A
- Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej nie więcej niż 75 dbA
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej nie więcej niż 65 dbA

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ. W załączeniu do odpowiedzi zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ Pakiet 12 Klimatyzator z opisem dokonanych zmian. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.