

Mrągowo, dnia 24.04.2024r.

NZ/4/24

Uczestnicy postępowania

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania na „Dostawę materiałów medycznych na potrzeby Pracowni Endoskopii” Szpital Mrągowo im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

1. Pakiet 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm oraz Jumbo rozwarcie łyżeczek 8,9 mm, średnica 2,8 mm.

Odp. Zgodnie z opisem Zamawiającego i udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 23.04.2024r.

2. Pakiet 1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli 10 mm, średnica narzędzia 2,3 mm.

Odp. Zamawiający wymaga średnicy pętli 6mm.

3. Pakiet 1. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zestawów z gumkami o średnicy 1,75 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego.

4. Pakiet 1. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy 2,6 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści dokumentacji postępowania są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia zamieszczone zostały na stronie postępowania.

Prezes Zarządu
Brygida Schlueter-Górska