

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa łaźni ultradźwiękowej z chłodzeniem w ilości 2 szt.  
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego**

**Wymagane parametry techniczne:**

**Łaźnia ultradźwiękowa z chłodzeniem**

1. Pojemność zbiornika: nie mniejsza niż 4 litry i nie większa niż 6 litrów
2. Regulowany zakres temperatury nie gorszy niż w zakresie od 4 do 40 °C ± 10%
3. Moc chłodzenia co najmniej 200W ± 10%
4. Nominalna moc ultradźwięków co najmniej 180W
5. Maksymalna moc ultradźwięków nie mniej niż 700W
6. Częstotliwość nie mniejsza niż 35 kHz
7. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
8. Szklana pokrywa
9. Czujnik poziomu cieczy i ochrony przed pracą na sucho
10. Wyświetlacz pokazujący co najmniej aktualną temperaturę, ustawiony czas oraz zadaną temperaturę i moc ultradźwięków.