

Kraków, 2.12.2021

DZ.271.101.2021

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.101.2021 – Dostawa części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1.

Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu II – Części serwisowe do aparatury medycznej 2

6. Czujnik SpO2 do Nihon-Kohden, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny czujnik saturacji producenta kardiomonitorów o długości 1,6m?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania oryginalny czujnik saturacji producenta kardiomonitorów o długości 1,6m.

Z poważaniem
Krakowski Szpital Specjalistyczny
Im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
do Lecznictwa
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk