



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 03/01/2023

Chrzanów, 03.01.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na dostawę stanowiska do resuscytacji noworodka dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 167/2022.

Pytanie 1. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 4: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem wbudowanym w panel sterujący, nie będący ekranem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z niezwykle prostymi opisami w języku angielskim?

Odp.: Nie.

Pytanie 3. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 8: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym alarmy wyciszane są przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, co zapobiega przypadkowemu wyciszeniu alarmu przez niezamierzony ruch ręki w pobliżu czujnika.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 11: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z promiennikiem ustawionym równoległe do materacyka, którego konstrukcja umożliwia zmiany położenia (odchylanie na boki) dzięki czemu bez względu na to czy noworodek jest na materacyku czy w ramionach rodzica urządzenie kontynuuje jego monitorowanie i ogrzewanie, również w przypadku nachylenia materacyka paraboliczny reflektor ogrzewacza nadal zapewnia równomierną dystrybucję ciepła.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 12: Czy Zamawiający dopuści doposażenie urządzenia w lampę zabiegową, w sposób bezpieczny przymocowaną do oferowanego urządzenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 16: Czy Zamawiający dopuści urządzenia z zakresem pomiarowym 18-43 stopni C z dokładnością +/- 0,2 stopnia C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 7. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 17: Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie zapisujące i pokazujące trendów?

Odp.: Nie.

Pytanie 8. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 19: Czy Zamawiający dopuści urządzenia z regulacją wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 60cmH₂O?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 21: Czy Zamawiający dopuści urządzenia doposażone w kardiomonitor?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 22: Czy Zamawiający dopuści urządzenia doposażone w kardiomonitor?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 26: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szufladą p max. obciążeniu 2,2 kg?

Odp.: Nie.

Pytanie 12. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Ad pkt 27: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system rur stanowiących integralną część urządzenia do mocowania dodatkowych akcesoriów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było wyposażone w moduł resuscytacyjny z funkcją automatycznej wentylacji, co ułatwia i usprawnia pracę personelu?

Odp.: Wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie 14. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp.: Nie.

Pytanie 15. Wzór umowy §9 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odp.: Nie.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892