



Kraków, dnia 16 października 2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowanie na wyłonienie wykonawcy na dostawę, montaż i uruchomienie lodówek laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Chemii UJ. (Nr sprawy: 80.272.363.2023)*

**ZAWIADOMIENIE  
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania**

*Szanowni Państwo,*

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż:

**Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Labsystem s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków, z ceną oferty brutto: 173.453,37 PLN.** Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała w jedynym kryterium „Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia”: 10,00 pkt.

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP odrzucił ofertę nr 2, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Oferta nr 2 Wykonawcy VWR International Sp. z o. o., Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk** została odrzucona, gdyż wykonawca nie spełnił wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji: Lodówka (chłodziarka) laboratoryjna antywybuchowa niska (Typ C) (1 sztuka) – zaproponowany model LGUex 1500 MediLine jest NIEZGODNY z opisem przedmiotu zamówienia – w szczególności:

- a. zamawiający wymagał oferty na lodówkę, tymczasem zaproponowane urządzenie jest zamrażarką;
- b. zamawiający wymagał oferty na urządzenie o pojemności wewnętrznej netto co najmniej 250 litrów, tymczasem zaproponowane urządzenie ma pojemność wewnętrzną netto 129 litrów.

Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy PZP.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zawarta po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Piotr Molczyk