



Słupsk, dnia 13.05.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Dostawa wyrobów medycznych- nr postępowania 39/PN/2024**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści prowadnik hydrofilny 0,035 rdzeń nitynolowy, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu, dostępna wersja o standardowej sztywności. Prowadnik o długości 180,260 cm wraz z torquerem.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 7 pkt. 2 do 0,1% ?
Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Wniosek o dopisanie:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, kopolimer 90% glikolidu i 10% l-laktydu (glikolid i l-laktyd 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%), Poli (glikolid i l-laktyd 30-35/65-70) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 60-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Część nr 7, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 48 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Część nr 9

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Część nr 13, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

8. Część nr 13, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy Części nr 19

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w części nr 19 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części nr 19 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Dotyczy Części nr 19

(Dotyczy formularza ofertowego pkt. 2c oraz §5 ust. 1 wzoru umowy - min. 12 miesięczny okres przydatności do użycia od dnia dostawy) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy dla części nr 19?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Część nr 38

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worka o pojemności 215 ml, wymiary worka 10,0 cm x 15,0 cm, konstrukcja z półpełną obręczą, długość trzonu 23,0 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Część nr 38

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worka o wymiarach 20,0 cm x 26,0 cm, konstrukcja z półpełną obręczą, długość trzonu 40,0 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający wydzieli z części nr 8 do odrębnego zadania?

Pozycje 16,17,18,19,21,23

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej. Zgodnie z art.16 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

- 2) przejrzysty;
- 3) proporcjonalny.

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszego pytania, dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

14. Czy Zamawiający dopuści w części nr 10?

Łaty hemostatyczne o wymiarach 5x5 cm lub 5x7 cm lub 10x8 cm lub 10x10 cm

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści i wydzieli do odrębnego pakietu z części nr 30?

Ekstrakcyjny worek laparoskopowy do ewakuacji zresekowanego materiału biologicznego (narząd cały, wycinek), nieprzepuszczalny i nieprzesiākliwy, odporny na rozdarcie, o średnicy trzonu 10mm. Pojemność worka 350 ml, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć ją zamykając bezpiecznie worek z zawartością i w bezpieczny sposób całość ewakuować na zewnątrz ciała pacjenta.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.

Zgodnie z art.16 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

- 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
- 2) przejrzysty;
- 3) proporcjonalny.

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszego pytania, dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Nasza firma z powodzeniem działa w Polsce od 1989 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku dostawców produktów medycznych - jednorazowych.

Posiadamy liczne rekomendacje z innych ośrodków służby zdrowia, które jesteśmy w stanie przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

16. Część 29 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski wykonanej z 100 % wiskozy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17. Pytania dotyczące umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 ust. 3 pkt 7 zmienić: Zmiana wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji, o której mowa w pkt 5) powyżej, nie może przekroczyć (+/-) 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do wykonania części zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

18. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2 - 4:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust. 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust. 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Część nr 27, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową prostą, długość 55mm, trzonek średn. 4 mm, minimum 75 cykli sterylizacji, Op. a '5 szt.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

20. Część nr 27, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny, wąski, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 1-pinowy, do min. 100 cykli sterylizacji, dł. kabla 3 m oraz uchwyt monopolarny, wąski, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, do min. 100 cykli sterylizacji, dł. kabla 3 m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

21. Część nr 27, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 5 m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka do generatora ERBE lub Valleylab?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

22. Część nr 27, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści kabel przyłączeniowy do instrumentów monopolarnych, długość całkowita 5m, wtyczka od strony generatora kompatybilna z generatorem ERBE lub Valleylab, wtyczka od strony elektrody o średnicy 4mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

23. Część nr 27, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe półki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego

zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

24. Część nr 27, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pincet, wtyk do diatermii Erbe, dł. 5 m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

25. Część 27, pozycja 9:

Czy Zamawiający usunie bądź wydzieli do osobnego pakietu tą pozycję?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26. Część 27, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną noworodkową do 5kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 83 cm², powierzchnia czynna 31 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 160 x 74 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

27. Część 27, pozycja 11:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dla dzieci od 5kg do 15kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 145 cm², powierzchnia czynna 73 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 150 x 105 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

28. Część 27, pozycja 12:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy pakietu nr 23 poz. nr 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z możliwością regulacji w trzech zakresach tzn.: 16G x 20 - 40 /65mm 16G x 35 - 55 /80mm lub 16G x 55 - 75 /100mm Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

30. Dotyczy pakietu nr 23 poz. nr 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igły z pięcioma krawędziami tnącymi (koronka) jako równoważnej do wymaganej z dwoma

źłobieniami, które posiadają tylko dwie krawędzie tnące. Pięć krawędzi tnących gwarantuje znacznie skuteczniejszą penetrację kości. Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

31. Dotyczy części 30 poz 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania funkcyjnie równoważnego ekstrakcyjnego worka laparoskopowego, wykonanego z materiału Ripstop (odpornego na rozdarcie), o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 27 cm. Pojemność worka 200 ml, wymiary worka 6,5cm x 15 cm, ściągacz wykonany z włókna polikarbonowego, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

32. Dotyczy części 30 poz 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania funkcyjnie równoważnego ekstrakcyjnego worka laparoskopowego, wykonanego z materiału Ripstop (odpornego na rozdarcie), o średnicy trzonu 12mm, długość trzonu 27 cm. Pojemność worka 1500 ml, wymiary worka 11cm x 20 cm, ściągacz wykonany z włókna polikarbonowego, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

33. Czy Zamawiający w części nr 7 dopuści szew, **bez określonej wartości 10% początkowej siły podtrzymania tkanki po 35 dniach** ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

34. **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w części nr 7 poz. 34 dopuści igłę haczyk w kształcie litery J okrągło-tnącą wzmocnioną ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

35. **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w części nr 7 poz. 35 dopuści igłę okrągłą tępą wzmocnioną ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

36. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 części 25 formularza asortymentowo-cenowego koszulek naczyniowych zbrojonych o średnicy 4, 5, 5.5, 6, 7 8 lub 9F, z zastawką typu Check-Flo lub Tuohy-Borsto długości dla koszulek prostych 30, 45, 55, 70, 90cm oraz dla koszulek zagiętych 40, 45, 55cm. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania w tej pozycji koszulek o dużych rozmiarach powyżej 9F. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ,

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

37. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 części 25 formularza asortymentowo-cenowego stentgraftów obwodowych o dostępnej długości: 18, 22-23, 27-28, 37-38, 57-58mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

38. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 części 25 formularza asortymentowo-cenowego stentgraftów obwodowych o dostępnej długości: 19, 29, 38-

39, 48-49, 58-59mm; o długości zestawu wprowadzającego 75 lub 120cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

39. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 części 25 formularza asortymentowo-cenowego stentgraftów aortalnych o dużych rozmiarach o długości w przedziale 29-48mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

40. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 32 formularza asortymentowo-cenowego przewodników hydrofilnych o standardowym sztywnym lub elastycznym szafcie. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

41. Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Część 30 Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. Pojemność 200ml, o wymiarach 9cm x 12cm oraz 18cm i średnicy trzpienia 10mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

42. Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Część 30 Worek laparoskopowy ekstrakcyjny Pushbag, jałowy z automatycznym wysuwaniem do jednorazowego użytku, wskazany i przeznaczony do usuwania próbek biologicznych i/lub organów z jamy brzusznej podczas zabiegów laparoskopowych, uchwyt pierścieniowy, kaniula z poliwęglanu klasy medycznej, trzpień: 12mm x 33cm, wymiary obręczy w pozycji otwartej 8 cm x 14 cm, wym. worka 166 x 246 mm, poj. 1500 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

43. Czy Zamawiający w części nr 9 poz. 1 dopuści szew monofilamentowy, poliamidowy, powlekany silikonem, renomowanego producenta firmy Serag-Wiessner? Szew ten z powodzeniem używany może być m.in. jako szew kapciuchowy do kapciuchownicy wielorazowego użytku. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

44. Zamawiający w części nr 9 poz. 10 i 11 wymaga igieł odwrotnie tnących kosmetycznych. Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku igieł kosmetycznych mają to być igły typu ethalloy /surgalloy, które wpływają na znaczne zmniejszenie traumatyzacji naczyń przy przechodzeniu przez nie igłą.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

45. Zamawiający w części nr 9 poz. 10 i 11 wymaga igieł odwrótnie tnących kosmetycznych. W pozycjach tych opisane zostały na nici o grubości USP: 6/0. W przypadku tak cienkich szwów istotne jest aby łoża powstała po przejściu igły była jak najmniejsza, co znacznie poprawia hemostazę zespolenia. Czy w pozycjach tych Zamawiający wymaga zaferowania igieł o ulepszonej geometrii (igły tanto / prime), których udoskonalony przekrój zapewnia powyższe? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

46. Zamawiający w części 9 umieścił wymóg pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia. Prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez wymóg ten należy rozumieć taki sposób pakowania, w którym pełna identyfikacja szwu (nazwa handlowa, nr katalogowy, grubość i długość nitki; długość i krzywizna igły) możliwa jest na każdym etapie otwarcia opakowania sterylizacyjnego, a dodatkowo zewnętrzna część opakowania sterylizacyjnego zawiera również informację o sposobie sterylizacji i terminie jej ważności? Taki sposób oznakowania produktu eliminuje ryzyko użycia niewłaściwej nici podczas procedury.

Odp. Zamawiającego: Przez ten wymóg ten należy rozumieć taki sposób pakowania, aby na każdym etapie otwarcia była pełna identyfikacja szwu.

47. Czy Zamawiający w części nr 9 poz. 15 dopuści szew wyposażony w dwie igły 36mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

48. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 części 25 formularza asortymentowo-cenowego koszulek naczyniowych zbrojonych o średnicy 4, 5, 5.5, 6, 7 i 9F, z zastawką typu Check-Flo lub Tuohy-Borsto i długości dla koszulek prostych 30, 45, 55, 70, 90cm; dla koszulek zagiętych - 40, 45, 55cm oraz koszulek niezbrojonych o średnicy 10, 12, 14, 16F i długości 30 lub 45cm. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania w tej pozycji koszulek o dużych rozmiarach 18 i 20F. Pozostałe parametry zgodnie z swz,

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak