



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Bytom, dnia 08.11.2022 r.

DZP – 40/2022

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu - zakup doposażenia

Zamawiający zawiadamia, działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.), że wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Dot. pkt. 2 i 3 Czy Zamawiający dopuści wózki fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2021 roku?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści szerokość wózka bez poręczy bocznych 755mm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka z poręczami bocznymi 755mm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2050mm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. pkt. 9 i 10 Czy Zamawiający dopuści wózek wytworzony w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru?

Odpowiedź

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem podpartym na kolumnach cylindrycznych, aluminiowych bez osłon?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. pkt. 14 i 15 Czy Zamawiający dopuści wózek z przechyłem Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0-12°?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwigniami do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczonymi z boku podstawy wózka po obu stronach ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści wózek, który w podstawie posiada wyprofilowana przestrzeń na podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści materace wykonane z materiału nieprzemakalnego bez dodatków bakterio i grzybobójczych ograniczających rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii e. Coli?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. pkt. 24 Czy Zamawiający zrezygnuje zapisu w pkt. 24 dotyczącego dostarczenia certyfikatu potwierdzającego właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA I bakterii E. Coli?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści tylko czarny kolor obszycia materacy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści wózek o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 230kg?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Wózek opatrunkowy

Czy zamawiający dopuszcza wózek opatrunkowy o następujących parametrach:

Wysokość całkowita: 1620 mm

Szerokość całkowita: 750 mm

Głębokość całkowita: 630 mm

4 szuflady równej wysokości o wymiarach (Szer. x Gł. x Wys.): 630 x 470 x 170 mm

Szuflady wózka wyłożone są matą antypoślizgową.

Górna szuflada wózka wyposażona w zamek.

Taca wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Korpus wózka wykonany jest z płyty wiórowej.

Fronty wykonane z płyty MDF.

Całość pokryta jest okleiną PCV.

Wózek osadzony na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem.

Na wyposażeniu wózka dyspensery oraz kosz na odpady.



Zdjęcie ma charakter poglądowy

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1) zmienia się treść ust. 1 w części XVII SWZ - **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 13.12.2022r.”

2) zmienia się treść ust. 1 w części XVIII SWZ - **SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**, który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom w myśl ustawy p.z.p. na stronie prowadzonego postępowania do dnia 14.11.2022 r. do godziny 09:00.”

3) zmienia się treść ust. 3 w części XVIII SWZ - **SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 09:05”.

Podpisał:
Dyrektor – Wojciech Michalik