



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.13.19.(APT.10).2024.K.K.

Poznań, dnia 27 marca 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych „1” nr rejestru: **SZP/APT/10/2024.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 4

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Część nr 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania strzykawki j.u. 2 częściowej 20ml. pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Część nr 3 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2- częściowych bez rozszerzonej skali.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Część nr 3 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych z białym tłokiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4

Część nr 3 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania strzykawki j.u. 2 częściowej 20ml. pakowanych po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5**Część nr 3 poz. 5-11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej z PTFE- podwójnie oczyszczonego teflonu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6**Część nr 3 poz. 5-11**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o następujących rozmiarach: 17G, 18G 33mm, 18G 45mm, 20G 33 mm, 22G, 24G

Odpowiedź: Zamawiający wymaga następujących rozmiarów część nr 3:

poz.	rozmiar
5	17G
6	18G 32-33mm
7	18G 45mm
8	20G 32-33mm
9	20G 25mm
10	22G
11	24G

Pytanie nr 7**Część nr 3 poz. 5-11**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną z biokompatybilnego poliuretanu z zastawką antyzwrotną, która pełni rolę filtra hydrofobowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8**Część nr 3 poz. 5-11**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o następujących rozmiarach: 17G, 18G 45mm, 18G 32mm, 20G 32mm, 22G, 24G.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga następujących rozmiarów część nr 3:

poz.	rozmiar
5	17G
6	18G 32-33mm
7	18G 45mm
8	20G 32-33mm
9	20G 25mm
10	22G
11	24G

Pytanie nr 9**Część nr 3 poz. 12-18**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z sześcioma paskami kontrastującymi w promieniach RTG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10

Część nr 3 poz. 12-18

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną w następujących rozmiarach: 17G, 18G 32mm, 18G 45mm, 20G 32mm, 20G 25mm, 22G, 24G,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga następujących rozmiarów część nr 3:

poz.	rozmiar
12	17G
13	18G 32-33mm
14	18G 45mm
15	20G 32-33mm
16	20G 25mm
17	22G
18	24G

Pytanie nr 11

Część nr 3 poz. 19-25

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bez portu zgodną z opisem:

- ✓ Wykonana z termoplastycznego materiału, który jest biokompatybilnym poliuretanem, nazwa handlowa VOLEX
- ✓ Wyposażona w cztery paski radiocieniujące
- ✓ Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi
- ✓ Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekami krwi typu "BLOOD STOPPER"
- ✓ Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu,
- ✓ Skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- ✓ Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- ✓ Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją
- ✓ Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia
- ✓ Cienki ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów
- ✓ Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- ✓ Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Część nr 3 poz. 19-25

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w następujących rozmiarach:

Biały	17 G	1,50 x 45
Zielony	18 G	1,20 x 45
		1,20 x 38
Różowy	20 G	1,00 x 32
Niebieski	22 G	0,80 x 25
Żółty	24 G	0,70 x 19

Odpowiedź: Zamawiający wymaga następujących rozmiarów część nr 3:

poz.	rozmiar
19	16G
20	18G 32-33mm
21	18G 45mm
22	20G 32-33mm
23	20G 25mm
24	22G
25	24G

Pytanie nr 13

Część nr 3 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy zgodny z opisem?

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 320 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Część nr 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra chłonnego z opatrunkiem o rozmiarze 6cm x1m

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Część nr 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o kroju furażerki po bokach wykonanej z chłonnej włókniny typu spulance o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim, górna część wykonana z PP o gramaturze 26g/m2 w kolorze białym. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Część nr 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie włókninowy czepek chirurgiczny typu „hełm” zgodny z opisem: jednorazowego użytku, hypoalergiczna, bezzapachowa, wykonana z trzech warstw włókniny, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II), z wkładką modelującą na nos, z gumką zakładaną za głowę, kaptur z włókniny 35g/m², opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Część nr 10 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek o kroju furażerki wiązanego na troki zgodnego opisem:

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim, górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym, łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Część nr 10 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania foliowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Część nr 10 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej, pełnobarierowej- skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Część nr 10 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej zgodnej z opisem:

Maska chroniąca nos i usta z plastikowym elementem chroniącym oczy

- maska posiada 3 warstwy
- wiązana na troki
- wkładka modelująca umożliwiająca dopasowanie do kształtu nosa
- kolor zielony/niebieski
- przezroczysta osłona na oczy
- niesterylne
- rozmiar: uniwersalny
- pełnobarierowa, bezzapachowa, nie podrażniająca skóry
- opakowanie zapewniające pojedyncze wyjmowanie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Część 17 poz. 1: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 22

Część 17 poz. 1: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 23

Część 17 poz. 2-5: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały dwa niezależne od siebie wskaźniki wilgotności, które pozwalają personelowi na pełną kontrolę stopnia zawilgocenia pieluchy, jak i duży komfort pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 24

Część 17 poz. 2-5: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych, ale z przylepcorzepami wielokrotnego użytku, które również regulują obwód w tali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Część 17 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26

Część 17 poz.5: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek XXL o obwodzie w pasie pacjenta 160 cm - 210 cm i chłonności nie mniej niż (wg ISO 11948-1) 3200 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Część 19 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 10 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości 2,5-3,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Część 19 poz. 11: czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 10 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości 3,5-4,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Część 19 poz. 12: czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 10 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości 5,0-6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

Część 19 poz. 13: czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 10 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości 7,0-9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

Część 19 poz. 10: czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 14 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości 2,5-3,0cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 32

Część 19 poz. 11: czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 15 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości 3,5-4,0cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 33

Część 19 poz. 12: czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 15 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości 5,5-6,0cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 34

Część 19 poz. 13: czy Zamawiający dopuści rękaw o długości w stanie swobodnym 16,5 m, w stanie rozciągniętym 25 m, szerokości min. 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 35

Część 19 poz. 15: czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającym 8% stawkę podatku VAT oraz Deklarację Zgodności UE, potwierdzającą, że wyrób medyczny opisany w deklaracji opatrzony jest oznakowaniem CE, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 5 ust. 1 pkt 1)?
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań

(Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 5 ust. 1 pkt 2)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 5 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy na 50 zł lub na inne złagodzenie kary umownej w § 5 ust. 1 pkt 5)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 39

Zamawiający w umowie nie wskazuje rzeczywistego gwarantowanego zakresu zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie niniejszej umowy. Brak wskazania ograniczenia ilościowego, może doprowadzić do sytuacji, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zamówi np. tylko 10% ilości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Tak sformułowany zapis powoduje, iż Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo określić ceny jednostkowej oferowanych produktów. Jaką minimalną ilość asortymentu (określoną procentowo) Zamawiający zamierza zamówić w okresie trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający określił gwarantowany % wykorzystania - § 1 ust. 3 PPU.

Pytanie nr 40

Część nr 3

Czy Zamawiający w poz. 5-11 dopuści kaniulę dożylną z dwoma paskami RTG?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41

Część nr 3

Czy Zamawiający w poz. 5-11 dopuści kaniulę dożylną z zastawką zamiast filtra?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42

Część nr 3

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści kaniulę 20G 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 43**Część nr 3**

Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści kaniulę 20G 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 44**Część nr 3**

Czy Zamawiający w poz. 12-25 dopuści kaniulę dożylną z 6 paskami RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 45**Część nr 3**

Czy Zamawiający w poz. 26 dopuści ilość aktywacji - 500?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 46**Część nr 3**

Czy Zamawiający w poz. 26 dopuści natężenie przepływu 145ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści długość drenu 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48**Pytanie 1 – dotyczy części 6 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby worek oddechowy do anestetycznego rozciągliwego okrężnego układu oddechowego dla dorosłych posiadał pętelkę do zawieszenia umożliwiającą jego odwieszenie przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 49**Pytanie 2 – dotyczy części 6 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej filtra bakteryjno-wirusowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji powyżej 99,998% oraz minimalną objętością oddechową 180ml przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 50**Pytanie 3 – dotyczy części 6 poz. 6 do 11**

Czy Zamawiający oczekuje masek anestetycznych jednorazowego użytku wykonanych z polipropylenu bez PCV i szkodliwych ftalanów z mankietem termoplastycznym kodowanym kolorystycznie z wewnętrznym ożebrowaniem w części nosowej zapewniającym szczelne przyleganie do twarzy pacjenta, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 51

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie w/w ustępu w sposób następujący:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zapłaty następujących kar umownych:

- 1) 2% wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 20,00 zł;*
- 2) 1% wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż 20,00 zł (...)*”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia dotychczasowe postanowienia bez zmian.

Pytanie nr 52

Część 17 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 53

Część 17 poz.6:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek XXL o obwodzie w pasie pacjenta 160 cm - 210 cm i chłonności nie mniej niż (wg ISO 11948-1) 3200 g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Część 17 poz. 2-6:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały dwa niezależne od siebie wskaźniki wilgotności, które pozwalają personelowi na pełną kontrolę stopnia zawilgocenia pieluchy, jak i duży komfort pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 55

Część nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści układ anestetyczny z rurami o długości 1,8m (po rozciągnięciu)?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 56

Część nr 6, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści układ anestetyczny z rurami o długości 1,6m (po rozciągnięciu) oraz z dodatkową rurą o długości 1m?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 57

Część nr 6, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o oporze 1 cmH₂O przy 30 litrach na minutę?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 58

Część nr 6, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości oddechowej 150-300ml?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 59

Część nr 6, pozycja nr 6-11 (maski anestetyczne) – Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne z łącznikiem 15mm dla rozmiarów 1-2 oraz łącznikiem 22mm dla rozmiarów 3-6?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 60

Część nr 6, pozycja nr 6-11 (maski anestetyczne) – Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne z pompowanym mankietem, pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru: 0-biały, 1-różowy, 2-żółty, 3-zielony, 4-czerwony, 5-niebieski, 6-pomarańczowy, przezroczysta kopuła umożliwiająca ciągłą obserwację pacjenta, dobrze przylegający, miękki mankiet pompowany przy pomocy zaworu, port łączący dla rozmiarów 1: 15mm, dla rozmiarów 2-6: 22mm, maski jednorazowego użytku, wykonane z PCV bez zawartości ftalanów i lateksu, opakowanie foliowe, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 61

Część nr 6, pozycja nr 12-16 (łyżki do laryngoskopu) – Czy zamawiający oczekuje sterylnych łyżek do laryngoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje łyżek czystych bakteriologicznie.

Pytanie nr 62

Część nr 6, pozycja nr 17 – Czy zamawiający oczekuje rękojęści jednorazowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje rękojęści jednorazowej.

Pytanie nr 63

Część nr 22, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwójne opakowanie jednostkowe: zewnętrzne typu papier-folia i wewnętrzne foliowe typu worek/kieszonka.

Pytanie nr 64**Dotyczy Część nr 24 Pokrowce na poduszki wypiętrzające do stołów Maquet**

1. Prosimy o dopuszczenie terminu dostawy przedmiotu umowy 21 dni od daty otrzymania zamówienia dla części nr 24

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65

2. Umowa – kary- par. 5

Prosimy o zmniejszenie kar do 0,5% - dot. pkt. 1,1) oraz 1,2)

Prosimy o zmniejszenie kar do 10 % - dot. pkt. 1,3) oraz 1,4)

Pkt. 1,6) – jest to zapis abuzywny w świetle przepisu art. 433 pkt. 2 ustawy PZP, zgodnie z którym projekt umowy nie powinien przewidywać naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem – prosimy o wykreślenie zapisu

Prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 20 %.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia dotychczasowe postanowienia bez zmian.

Pytanie nr 66

Część 10, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 67

Część 10, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 68

Część 10, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69**Część 10, poz.3**

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 70**Część 10, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 71**Część 10, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 72**Część 10, poz. 1,3,4,5**

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3,4,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji.

Pytanie nr 73**Część 19, poz. 10-13**

Czy zamawiający podał szerokość siatki w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Zamawiający podał szerokość siatki w stanie spoczynku.

Pytanie nr 74**Część 19, poz. 10-13**

Czy wycena za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 25 mb siatki w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Tak, 25mb dotyczy 1 szt. siatki w stanie rozciągniętym.

Pytanie nr 75**Część 19, poz. 10-13**

Czy Zamawiający wymaga siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76

Część 19, poz. 14

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 77

Część 19, poz. 10-14

Czy zamawiający wydzieli poz.10-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: K. Kubiak
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa