



Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Utworzenie Laboratorium Hematologicznego na IV piętrze budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach.”

Nr sprawy: ZP-23-145BN

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej:

Pytanie 1: Pytanie dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej. W związku z udostępnieniem przez Zamawiającego w dniu 11.12.2023r. rysunku PW_IS07_rewizja.pdf uprzejmie proszę o udostępnienie rewizji zestawienia materiałów instalacji wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź: Aktualne zestawienie materiałów znajduje się w pliku „zestawienie wentylacji_ver12012024.pdf” opublikowanym w dniu 15.01.2024r.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami Rozdziału II „Wymagania stawiane Wykonawcy” pkt. 10 : „Opis sposobu obliczania ceny” cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w ofercie jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i uwzględniać całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, powinien wycenić zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i opublikowanych norm, w tym również uwzględnić ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji zadania.

Pytanie 2: Pytanie dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej. Proszę o potwierdzenie, że:

- Instalacja wentylacji nie przechodzi przez przegrody stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe,
- Pomieszczenie wentylatorni, w której zaprojektowano lokalizację centrali wentylacyjnej N1W1 nie będzie wydzielone pożarowo,
- Nie jest wymagane zastosowanie klap przeciwpożarowych, obudów przeciwpożarowych czy izolacji przeciwpożarowej na instalacji wentylacji mechanicznej będącej przedmiotem niniejszego Postępowania.

Odpowiedź: Instalacja wentylacji przechodzi przez przegrody pożarowe, które zostały opisane szczegółowo w opisie technicznym w punkcie dotyczącym warunków ochrony pożarowej, ponadto oznaczone są na rzutach architektonicznych. Instalacja wentylacji przechodzi przez strop pożarowy dzielący kondygnację laboratorium od pomieszczenia wentylatorowni. Przejście zgodnie z zapisami w opisie technicznym w punkcie „warunki ochrony przeciwpożarowej” wymaga zastosowania klap ppoż.

Pomieszczenie wentylatorni jest pomieszczeniem wydzielonym pożarowo.

Zamawiający publikuje rys. PW_A-04_rewizja pn. „Przekrój A-A” z oznaczeniem klasy oddzielenia pożarowego przegród budowlanych – zgodnie z informacją w opisie technicznym.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach**

Wykonawcy winni uwzględnić udzielone odpowiedzi w ofertach, w szczególności w formularzu ofertowym.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załączniki:

1. Rysunek PW-A04_rewizja - „Przekrój A-A”