



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 12 grudnia 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz utworzeniem depozytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 56/PN/2024.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy zapisów §3 wzoru umowy**

Czy Zamawiający w §3, w celu realizacji podpisanej umowy, dopuści kanał komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych?

Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z jej obsługi i zapewni wsparcie techniczne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie tej formy komunikacji w zapisach umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kanał komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą za pośrednictwem aplikacji udostępnionej nieodpłatnie przez Wykonawcę, służącej w szczególności do: składania zamówień, przesyłania protokołów zużycia, nadzorowania zdeponowanych stanów magazynowych wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi oraz zapewnieniem wsparcia technicznego przez Wykonawcę w celu realizacji podpisanej umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje o dodaniu stosownych zapisów do treści §3 ust. 20 wzoru umowy.

## **2) Dotyczy zapisów §5 ust. 1, 3 wzoru umowy**

Czy Zmawiający dookreśli w §6 ust. 1 i 3, iż towar musi być oznaczony datą ważności jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek poprzez dodanie zwrotu „o ile dotyczy”?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zwrotu „o ile dotyczy” w treści §6 ust. 1, który odnosi się do towaru, który musi być oznaczony datą ważności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, jednakże Zamawiający wymaga by dostarczany towar posiadał oznaczenie terminu produkcji - bezpośrednio na korpusie lub w dokumentacji przypisanej do niego numerem seryjnym.

## **3) Dotyczy zapisów §6 ust. 5, 8 wzoru umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5 i 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów §6 wzoru umowy, w tym o dodaniu do treści §6 ust. 5 zapisów, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

## **4) Dotyczy zapisów §7 wzoru umowy**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7:

- a) Ust. 1 lit a z 2% na 0,5% oraz usunięcie dodatkowej kary 4%,
- b) Ust. 1 lit b z 2% na 0,5%, oraz usunięcie dodatkowej kary 4%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353<sup>1</sup> k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów §7 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych.

**5) Dotyczy zapisów §15 ust. 1 wzoru umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §16 ust 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego, aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje postanowień §15 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający informuje o poprawieniu we wzorze umowy numeracji paragrafów, z uwagi na popełnioną omyłkę pisarską.

**6) Dotyczy zapisów §5 ust. 2 wzoru umowy w zakresie Zadania nr 3**

Zwracam się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisów dotyczących płatności miesięcznych czynszu dzierżawy zgodnie z zał. nr 2.3 do SWZ pkt. - Dzierżawa generatora hybrydowego energii do zastosowań chirurgicznych (24m.)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisów dotyczących płatności miesięcznych czynszu dzierżawy.

**7) Dotyczy zapisów §6 wzoru umowy w zakresie Zadania nr 3**

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż zapisy Par. 6 dotyczą sukcesywnych dostaw towaru lub instrumentarium z wyłączeniem przedmiotu dzierżawy w Pakiecie nr 3.

Prosimy o dodanie zapisów dotyczących serwisu i warunków gwarancyjnych urządzenia medycznego będącego przedmiotem dzierżawy w Pakiecie nr 3 tj., którego eksploatacja podlega innym zasadom niż drobny sprzęt medyczny tj.:

1. W przypadku usterki gwarancyjnej Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia
2. Na czas naprawy przekraczający 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy
3. Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, elementu, w trakcie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje do wymiany tego elementu na nowy
4. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę wynosi max. 48 godzin w dni robocze
5. W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami Producenta, zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, iż zapisy §6 ust. 1-17 dotyczą sukcesywnych dostaw towaru lub instrumentarium z wyłączeniem przedmiotu dzierżawy w Pakiecie nr 3, tym samym Zamawiający informuje o dodaniu zapisów w tym zakresie do treści wzoru umowy (§6 ust. 18). Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisów dotyczących serwisu i warunków gwarancyjnych urządzenia medycznego będącego przedmiotem dzierżawy w Pakiecie nr 3.

**1) Dotyczy zapisów §7 ust.1 pkt a) wzoru umowy w zakresie Zadania nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący tj. obniży kary umowne do 0,5% oraz 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 17 niniejszej umowy- w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt d. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów §7 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych.

**2) Dotyczy zapisów §7 ust.1 pkt b) wzoru umowy w zakresie Zadania nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący tj. obniży kary umowne do 0,5% oraz 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
  - b) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 17 niniejszej umowy- w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt d. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje o modyfikacji zapisów §7 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych.

**3) Dotyczy zapisów §1 ust. 3 wzoru umowy oraz zapisów SWZ, Rozdział III pkt 3.5 w zakresie Zadania nr 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby dzierżawiony w zakresie Zadania nr 3 generator hybrydowy do zastosowań chirurgicznych był fabrycznie nowy ?

Zwracam się również z prośbą o modyfikację zapisów wzoru umowy i SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż zapisy §1 ust. 3 dotyczą dostarczanego towaru, z wyłączeniem przedmiotu dzierżawy, Zamawiający dodaje stosowne zapisy do treści §1 ust. 3 oraz SWZ, jednocześnie Zamawiający podkreśla, że nie wymaga, aby dzierżawiony w zakresie Zadania nr 3 generator hybrydowy do zastosowań chirurgicznych był fabrycznie nowy (stanowią o tym postanowienia §3 ust. 5 wzoru umowy).

**4) Dotyczy Zadania nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 systemu o poniższej charakterystyce:

Proteza modułowa głowy kości promieniowej:

Głowa - średnica 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm.

Trzpień ze śrubą - 5 rozmiarów, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.

Śruba zapasowa

Bez zachowania pierwotnych warunków opisu przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 2 systemu o powyższej charakterystyce.