

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/54/22

Sucha Beskidzka, dnia 19.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego Dostawa łóżek szpitalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego na podstawie UMOWY nr 13/WZ/2022.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt.4 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści łóżko długości całkowitej 2200 mm?

Odp.: Tak

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt.8 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści łóżko gdzie: Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-72°,
- segment uda 0-40°,
- kąt przechyłu Trendelenburga 0-16°,
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°),
- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania oceniane.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt.10 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400 mm do 850 mm?

Zamawiający opisał to jako parametr oceniany:

Pozycja dolna łóżka 360 mm i mniej - 10 pkt

Powyżej 360 mm - 0 pkt

Natomiast w wymaganiach napisał że minimum to 360 mm, co jest w sprzeczności z zapisem

Powyżej 360 mm - 0 pkt

Odp.: Parametr punktowany, zgodnie z swz dolna granica uwzględniająca zakres (± 30 mm) wynosi od 300 do 360mm i jest punktowana jako 10 pkt. Powyżej 360mm-0pkt.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pkt.16 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści łóżko posiadające szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą dźwigni umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu

o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pkt.17 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko posiadające barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o grubości min.20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni. Barierka pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barierki zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Łóżko wyposażone w barierki uzupełniające wolną przestrzeń w nogach.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pkt.21 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Łóżko posiadające leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca, oraz w części pleców i głowy uchwyty stabilizujące materac, których lokalizacja zapobiega urazą kończyn i otarć podczas puszczenia łóżka?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pkt.27 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę posiadającą korpus wykonany z profili. Szuflada, kontener oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym, fronty wykonane z z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym, blat z tworzywa ABS?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w pkt.28 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę posiadającą metalowy reling na rącznik z boku szafki, tworzywowy blat posiada podniesione zaokrąglone brzegi, bez miejsc łączenia i gromadzenia brudu?

Odp.: Zgodnie z swz parametr punktowany.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w pkt.29 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę składającą się z szuflady, oraz dolnego kontenerka zamykanego drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem półka na prasę o wysokości 120 mm. – dostęp do półki od frontu szafki?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający w pkt.30 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę gdzie szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Wysokość szuflady 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach suwnych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający w pkt.31 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę gdzie kontener wyposażony w odejmowalną półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Wysokość kontenera 390 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w pkt.35 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie: 800 - 1100 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający w pkt.36 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę gdzie blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS, wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną, wszystkie krawędzie zabezpieczone wyprofilowanymi, uniesionymi brzegami, zabezpieczającymi przed spadnięciem przedmiotów i rozlaniem płynów?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w pkt.38 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę o konstrukcji dwustronnej, dzięki czemu nie ma konieczności przekładania blatu, wystarczy obrócić szafkę o 180 stopni, aby blat był zlokalizowany po drugiej stronie, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności szafki?

Czy w związku z tym zamawiający uzna to za tożsame z Przełożenie blatu bez użycia narzędzi i przyzna za tą funkcjonalność 10 pkt?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający w pkt.39 PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE dopuści Szafkę posiadającą podwójne koła jezdne o \varnothing 65 mm, cztery z blokadą? Konstrukcja szafki nie wymaga stosowania dodatkowego piątego koła?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający może poprawić PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE Szafki od pkt 42, są one zdublowane z wcześniejszymi, i zawierają inną punktację niż takie same wcześniejsze?

Odp.: Zamawiający informuje iż pkt 42 - 46 zostały powielone w tabeli, w związku z tym modyfikacji ulega załącznik nr 1a. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1a.

poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sudzie Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Ziałowa-Hajdyla