



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 07.11.2023

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn.

Dostawy implantów ortopedycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/102/2023

Pytanie 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1, 4, 5:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu i wydaniu zamówionego lub reklamowanego towaru w wysokości 0,3% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru.**

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu szkoleń w terminie o którym mowa w § 6 pkt 2 umowy lub nieprzedłożenie zmienionego harmonogramu szkoleń w terminie o którym mowa w § 6 pkt 3 umowy, w wysokości 0,0002 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto umowy.**

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku niezrealizowania szkoleń o których mowa w § 6 umowy w wysokości **2 000, 00 zł** za każde szkolenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie zapisów § 10 ust. 1, 4, 5:

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet VI Płytką podmostkowa do plastyki klatki piersiowej szewskiej Pectud Bar lub równoważny

Czy Zamawiający w Pakiecie nr VI wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Pytanie 3

Czy projekt umowy umieszczony w SWZ dotyczy również pakietu nr 8?

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował projekt umowy w zakresie pakietu nr. 8

Pytanie 4

Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę, gdzie w pakiecie 7 zaoferowane będą endoprotezy stawu kolanowego wraz z urządzeniem robotycznym o następujących parametrach:

- kolano wielopromieniowe o anatomicznej geometrii typu J-curve . Część udowa dostępna w 14 rozmiarach dla każdej ze stron uwzględniających morfologię pacjentów (węższe rozmiary w projekcji M-L). Taca piszczelowa uniwersalna CoCr dostępna w 11 rozmiarach zapewniająca optymalne pokrycie zresekowanej części piszczelowej (powiększone rozmiary w płaszczyźnie strzałkowej) Wkładka polietylenowa o grubościach 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm sterylizowana promieniami beta.
- część udowa z 3 stopniowym kątem przedniej flanszy , wykonana z ZrN (azotek cyrkonu) zapewniająca radykalne zmniejszenie zużycia polietylenu, dostępna w 13 rozmiarach . Część piszczelowa wykonana z ZrN (azotek cyrkonu) , symetryczna posiadająca kieszenie do wypełnienia cementem kostnym dostępna w 11 rozmiarach. Wkładka polietylenowa o grubościach 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę, gdzie w pakiecie 9 zaoferowane będą następujące parametry endoprotezy stawu kolanowego:

- element udowy anatomiczny zapewniający stabilizację poprzez sferyczne kształty kłykci, z możliwością zastosowania w przypadku zachowania jak i resekcji więzadła krzyżowego tylnego; wykonany z materiału CoCr, cementowany z kieszeniami do wypełnienia cementem kostnym. Dostępny w 14 rozmiarach dla każdej ze stron.
- taca piszczelowa, uniwersalna ze specjalnym mechanizmem zatraskowym, wykonana z materiału CoCr cementowana z kieszeniami do wypełnienia cementem kostnym . Powierzchnia styku z wkładką gładko polerowana na wysoki połysk. W dolnej części posiadająca skrzydełka antyrotacyjne. Dostępna w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających w postaci trzpieni o długości 52 mm oraz 92mm
- Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu usieciowanego i sterylizowanego promieniami β ; zapewniająca stabilizację typu anterior lip poprzez uwydatnienie przedniej krawędzi. Dostępna w co najmniej 11 rozmiarach oraz co najmniej 6 wysokościach zaczynających się od 10mm . Mocowana na zasadzie zatraskowej oraz opcjonalnie dodatkowo śrubą do elementu piszczelowego.
- Przedłużka piszczelowa o długości 52 mm oraz 92mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Pytanie do Projektu umowy § 10 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie obniżenia kary umownej i przyjmie zapis:

„5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku niezrealizowania szkoleń o których mowa w § 6 umowy w wysokości 2 000, 00 zł za każde szkolenie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Pytanie do projektu umowy § 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie informacji o terminie na zgłoszenie reklamacji: na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych

nieprawidłowościach, na adres e-mail: Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Pytanie do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:

1. Dwa razy w roku Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Depozytu Wykonawcy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia braków inwentaryzacyjnych lub stwierdzenia, że raport zużycia został sporządzony, lecz niedostarczony Wykonawcy w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Inwentaryzacje będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.
2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w Depozycie i zwrotu Wykonawcy dostarczonego i niewykorzystanego towaru nie później niż na co najmniej 30 dni przed upływem daty przydatności do użycia. Wykonawca w takich przypadkach zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2 dni roboczych towar na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji.
3. Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out).
4. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru przed upływem daty ważności, taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § 12 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na dopisanie powyższych zapisów. Regulacje w tym zakresie zawarte w § 2 umowy.

Pytanie 9

Pytanie do projektu umowy § 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 3 miejsca na wpisanie adresu e-mail do przesyłania zamówień: „Zamawiający każdorazowo złoży u Wykonawcy zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, określając ilość i rodzaj Towarów Zamówionych”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 3 miejsca na wpisanie adresu e-mail do przesyłania zamówień: „Zamawiający każdorazowo złoży u Wykonawcy zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, określając ilość i rodzaj Towarów Zamówionych”

Pytanie 10

Pytanie do Projektu umowy §12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu: „Umowa wygasa z dniem rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotu umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający aktualizuje Załącznik nr. 1 w zakresie pakietu nr. 8 wykreślając pozycje 5, 16, 17, 18, oraz dodaje kolumny „Producent/typ” i „Proponowany kod”

Załącza również zaktualizowany SWZ z projektem umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

.....
Mgr. Kinga Miśkiewicz
Przewodnicząca Komisji Przetargowej