

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17 „Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

L. dz. DZP- 239 /22

Poznań, dnia 29.04.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-24/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę mikrobiologicznego próbnika powietrza dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy zał. nr 3 do SWZ :

Pytanie 16 :

Pkt 8: Czy zamawiający dopuści zaferowanie urządzenia z oprogramowaniem w języku angielskim

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 17 :

Pkt 10: Czy zamawiający dopuści zaferowanie urządzenia o wydajności zbierania mikrobiologicznego zgodnej z załączonym dokumentem „Collection efficiency” wystawionym przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 18:

Pkt 13: Czy zamawiający dopuści zaferowanie urządzenia z malowaną obudową z nylonu domieszkowanego w 30% włóknem szklanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie pod warunkiem że obudowa jest odporna na proces dezynfekcji.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.