



Znak: AE/ZP-27-44/22

Tarnów, 2022-07-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000EURO) na dzierżawę analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu i jego osadu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach oraz materiałów kontrolnych do oznaczeń.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 11 Załącznika Nr 6.1.** Czy Zamawiający dopuści zmianę "godzin"; na "godziny robocze"?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 70 i 74 Załącznika Nr 6.1.** Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaferowania analizatora w którym wykorzystywane są elektrody nie wymagające czynności obsługowych takich jak uzupełnianie płynów czy wymiana membran, natomiast kalibracja odbywa się automatycznie po wstawieniu odpowiednich materiałów na pokład analizatora?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Formularz Cenowy.** Prosimy o doprecyzowanie czy w ww Pakiecie Zamawiający nie wymaga zaferowania materiałów kontrolnych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania po 1 op. kontroli wewnątrzlaboratoryjnej firmowej do parametrów biochemiczno-immunochemicznych w przypadku koniecznej weryfikacji?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Formularz Cenowy.** Prosimy o potwierdzenie, że deklarowana ilość oznaczeń zawiera już ilości testów potrzebnych na kontrolę i kalibrację?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 49 i 96.** Prosimy o doprecyzowanie czy odczynnik o zakresie pomiarowym 0,6-350 mg/L spełni wymogi Zamawiającego?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 54 i 55.** Czy Zamawiający nie wyspecyfikował tych samych badań w powyższych 2-ch pozycjach? Jeżeli tak, prosimy o modyfikację i zmianę.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający mógłby podać średnie roczne zużycie rolek etykiet wykorzystywanych przy drukarkach Zebra Stripe S4M (1 rolka = 1500 szt.)?
8. **Dotyczy pkt 23.1 oraz 23.13b SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów "kalendarzowych" na "roboczych"?
9. **Dotyczy pkt 23.2 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
10. **Dotyczy pkt 23.13 a) oraz 23.20 oraz 23,27 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do wypowiedzenia umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?
11. **Dotyczy pkt 23.14 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
12. **Dotyczy pkt 23.21 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?
13. **Dotyczy pkt 23 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
14. **Dotyczy pkt 23.25 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?



15. **Dotyczy pkt 23.26 i 23.27 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
16. **Dotyczy pkt 23.33 SWZ Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
 - 1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne
 - 1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;
17. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 4.** Po zapisach Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 2 dodać następujące postanowienia:
- a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
 - b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
 - c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
 - d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 5.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ § 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 11 Załącznika Nr 6.1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1**.

Ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 70 i 74 Załącznika Nr 6.1 do SWZ dotyczące **Pakietu Nr 1**.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 1** możliwość zaoferowania po 1 op. kontroli wewnątrzlaboratoryjnej firmowej do parametrów biochemiczno-immunochemicznych w przypadku koniecznej weryfikacji .

Ad 4 Zamawiający potwierdza, że deklarowana w **Pakiecie Nr 1** ilość oznaczeń zawiera już ilości testów potrzebnych na kontrolę i kalibrację.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 49 i 96** odczynnika o zakresie pomiarowym 0,6-350 mg/L, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 6 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w **Pakiecie Nr 1 poz. 54 i 55** Załącznika Nr 1 do SWZ.



Ad 7 Zamawiający w związku z oznaczeniami wymienionymi **Pakiecie Nr 1** zużywa rocznie około 220 rolek (po 1500 szt.) etykiet białych i około 40 rolek (po 1500 szt.) etykiet żółtych.

Ad 8 - 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach pkt 23 SWZ Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad 17-19 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w **Załączniku Nr 9** do SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek