



D.25C/250/ 508 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/18-29rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczą zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 rozwórkę okulistyczną, model Barraquer, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, przeznaczona dla niemowląt, część powiekowa niepełna o szerokości 7 mm, długość całkowita rozwórki 32 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczą zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8 pęsetę " koliberek", wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część chwytana wyposażona w ząbki 1x2 o długości 0,12 mm i platformę chwytaną o długości 4 mm, karbowana rękojeść, długość całkowita 75 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczą zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 9 scraper rogówkowy, model Kuhnt, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, tip zaokrąglony, ostrze o wymiarach 5,5mm x 2,5 mm, długość całkowita 115 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczą zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10 scraper rogówkowy, model Kuhnt, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, tip zaokrąglony, ostrze o wymiarach 4,5mm x 2,0 mm, długość całkowita 115mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczą zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 imadło barraquer o wymiarze szczęk 9.0 mm x 0.6 mm, imadło proste, bez zamka, długość całkowita 100 mm, okrągła karbowana rękojeść, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Pytania dotyczą zadania nr 7:



Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 12 imadło okulistyczne, model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bez zamka, delikatne szczęki proste o wymiarach 10 mm x 1.0 mm, płaska karbowana rękojeść, długość całkowita 140 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie punktu o wcześniejszej dostawie całego asortymentu w przypadku zaprzestania sprzedaży przez producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Zadanie nr 1 – Narzędzia dla Oddziałów i Poradni

Lp. 5,6,7 Ssak o nazwie własnej Ferguson, długość części roboczej 100 mm.

Lp. 11 Kleszcze o długości 130 mm.

Lp. 12 Kleszcze o długości 160 mm.

Lp. 13 Kleszcze o długości 140 mm.

Lp. 14 Nożyczki o długości 180 mm.

Lp. 17 Nożyczki o Metzenbaum X-Fino ostre lub nożyczki Joseph z mikroząbkami, długość 150 mm.

Lp. 18 Nożyczki o długości 180 mm.

Lp. 22 Trzonek o długości 125 mm.

Lp. 24 Kleszcze o długości 260 mm.

Lp. 25 Kleszcze o długości 160 mm.

Lp. 26 Kleszcze o długości 160 mm.

Lp. 27 Kleszcze o długości 125 mm.

Lp. 30 Miska o wymiarach 250x140x35 mm.

Lp. 31 Kubeczek o pojemności 0,25 litra

Lp. 32 Kontener bez systemu automatycznego plombowania, wymiary 290x290x150 mm.

Lp. 33 Kuweta o wymiarach 235x190x40 mm.

Lp. 35 Nożyczki o długości 140 mm.

Lp. 39,40 Trzonek o długości 125 mm.

Lp. 41 Trzonek o długości 140 mm.

Lp. 42 Nożyczki o długości 115 mm.

Lp. 45 Nożyczki Metzenbaum Slim, długość 230 mm, identyczne.

Lp. 48 Pęseta o długości 200 mm.

Lp. 50 Kleszcze o długości 145 mm.

Lp. 52 Kleszcze o długości 140 mm.

Lp. 54 Kleszcze o długości 130 mm.

Lp. 55 Kleszcze o długości 140 mm.

Lp. 56 Kleszcze o długości 160 mm.

Lp. 57 Kleszcze o nazwie własnej Adson.

Lp. 59 Imadło o długości 180 mm.

Lp. 60 Imadło o długości 150 mm.

Lp. 65 Taca o wymiarach 315x215x14 mm.

Lp. 66 Taca o wymiarach 295x195x17 mm.

Lp. 67 Kuweta o wymiarach 330x225x30 mm.

Lp. 68 Miska o wymiarach 250x140x35 mm.

Lp. 69 Trzonek o długości 125 mm.

Lp. 74 Pęseta o długości 145 mm, bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczna.

Lp. 76 Kleszcze o długości 140 mm.

Lp. 77 Kleszcze o nazwie własnej Kocher-Fino, wąskie, długość 160 mm.



- Lp. 79 Kleszcze o długości 200 mm.
- Lp. 81 Imadło o długości 180 mm.
- Lp. 82 Imadło Sarot, długość 180 mm.
- Lp. 86 Łyzeczka o długości 180 mm.
- Lp. 88 Odgryzacz o długości 230 mm.
- Lp. 89 Nożyce o długości 270 mm lub o długości 220 mm.
- Lp. 93 Nożyczki o długości 130 mm.
- Lp. 98 Pęseta o długości 150 mm.
- Lp. 99,100 Kleszcze o długości 160 mm.
- Lp. 101 Kleszcze Kocher-Fino, wąskie, długość 160 mm.
- Lp. 102 Taca o wymiarach 295x195x17 mm.
- Lp. 103 Rozwieracz o długości 270 mm.
- Lp. 104 Kleszcze o długości 275 mm.
- Lp. 117 Kleszcze o długość 160 mm.
- Lp. 120 Kleszcze o długości 140 mm.
- Lp. 121 Kleszcze o długości 160 mm.
- Lp. 122 Kleszcze o długości 140 mm.
- Lp. 123 Kleszcze o długości 160 mm.
- Lp. 129 Kleszcze o długości 180 mm.
- Lp. 133 Kleszcze o długości 140 mm.
- Lp. 134 Kleszcze o długości 160 mm.
- Lp. 136 Kleszcze o długości 150 mm.
- Lp. 137 Kleszcze o długości 250 mm.
- Lp. 139 Wziernik o wymiarach 75x30 mm.
- Lp. 141 Kleszcze o długości 250 mm.
- Lp. 143 Skrobaczka o nazwie własnej Recamier.
- Lp. 145 Nożyczki o długości 180 mm.
- Lp. 148 Pęseta o długości 200 mm.
- Lp. 149 Imadło o długości 180 mm.
- Lp. 150 Igotrzymacz o długości 180 mm.
- Lp. 154 Imadło o długości 180 mm.
- Lp. 158 Nożyczki w wersji Super-Cut Plus, funkcjonalnie identyczne.
- Lp. 159 Kleszcze o długości 160 mm.
- Lp. 160 Kleszcze o długości 180 mm.
- Lp. 167 Kleszcze Kocher-Fino, wąskie, długość 160 mm.
- Lp. 174 Nożyczki o długości 180 mm.
- Lp. 175 Nożyczki o długości 200 mm.
- Lp. 178 Kleszcze o długości 140 mm.
- Lp. 179 Kleszcze o długości 155 mm.
- Lp. 181 Pęseta o długości 150 mm.
- Lp. 182 Prosimy o sprawdzenie, czy Zamawiający nie pomylił imadła z pęsetą chirurgiczną.
- Lp. 183,184 Rozwieracz o długości 140 mm.
- Lp. 185 Rozwieracz o długości 200 mm.
- Lp. 208 Kleszcze Fuchsing o długości 190 mm.
- Lp. 209 Kleszcze o wymiarach szczęk 3,5x0,8 mm.
- Lp. 210 Haczyk o długości całkowitej 160 mm.
- Lp. 211,212 Wziernik o długości 35 mm.
- Lp. 213 Pęseta Lucae o długości 140 mm lub pęseta Gruenwald o długości 160 mm.
- Lp. 215,216,217 Wziernik o długości całkowitej 150 mm.
- Lp. 219 Kleszczyki o długości 210 mm.
- Lp. 220,221 Lusterko o długości całkowitej 220 mm.
- Lp. 222,223,224 Lusterko o długości całkowitej 220 mm.
- Lp. 225 Trzonek o długości 125 mm.
- Lp. 230 Wziernik o średnicy 3 mm.



- Lp. 231 Wziernik o średnicy 3,5 mm.
- Lp. 232 Wziernik o średnicy 4,5 mm.
- Lp. 236 Wziernik o długości 35 mm.
- Lp. 249 Disektor o długości 220 mm.
- Lp. 251 Igła o długości 180 mm.
- Lp. 253 Kleszcze o długości 210 mm.
- Lp. 255 Nożyczki o długości 150 mm.
- Lp. 257 Kleszcze o długości 190 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu w zakresie pozycji: 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 236, 249, 251, 253, 255, 257. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Zadanie nr 2 – Narzędzia dla Chirurgii Dzieci na Bloku

- Lp. 4,5 Nożyczki o długości 75 mm.
- Lp. 6 Mikronożyczki o nazwie własnej Noyes
- Lp. 9 Nożyczki chirurgiczne bez nazwy własnej.
- Lp. 11 Nożyczki Cottle-Massing, długość 100 mm.
- Lp. 14 Nożyczki o długości 140 mm.
- Lp. 15 Nożyczki o długości 180 mm.
- Lp. 16 Nożyczki o długości 120 mm, czarne.
- Lp. 17 Nożyczki, jedno ucho złote, jedno ucho czarne.
- Lp. 18 Mikropinceta o długości 120 mm.
- Lp. 19 Mikropinceta o długości 115 mm.
- Lp. 20 Pinceta bez nazwy, szerokość 0,3 mm.
- Lp. 32 Rozwieracz Weitlaner-Wullstein.
- Lp. 33 Rozwieracz o długości 160 mm.
- Lp. 34 Rozwieracz o długości 160 mm.
- Lp. 35 Rozwieracz Weitlaner, długość 200 mm, szerokość 20 mm.
- Lp. 36 Hak o głębokości łyżek 57 mm.
- Lp. 38 Pinceta o długości 150 mm.
- Lp. 39 Pinceta o długości 150 mm.
- Lp. 40 Pinceta o długości 240 mm.
- Lp. 43 Kleszczyki o długości 200 mm.
- Lp. 44 Kleszczyki o długości 230 mm.
- Lp. 45 Zacisk Allen-Kocher o długości 150 mm.
- Lp. 46 Zacisk o długości 140 mm.
- Lp. 49 Wziernik o długości 170 mm.
- Lp. 52 Kaniuła Schmid o długości 150 mm i średnicy 3 mm.
- Lp. 53,54 Haczyk o długości 140 mm.
- Lp. 55 Haczyk o długości 190 mm.
- Lp. 56 Haczyk o wymiarach 4x6 mm, długość 130 mm.
- Lp. 57 Haczyk o długości 135 mm.
- Lp. 58 Haczyk o długości 170 mm.
- Lp. 59 Haczyk o wymiarach 5x6 mm, długość 170 mm.
- Lp. 60 Haczyk o wymiarach 8x6 mm, długość 170 mm.
- Lp. 61 Haczyk o wymiarach 11x6 mm, długość 170 mm.
- Lp. 62 Haczyk o długości 170 mm.
- Lp. 63 Haczyk o długości 170 mm, wymiar 5x6 mm.
- Lp. 64 Haczyk o długości 170 mm, wymiar 8x6 mm.
- Lp. 65 Haczyk o długości 170 mm, wymiar 11x6 mm.
- Lp. 67 Hak o długości 160 mm, wymiar 17x5 mm.



- Lp. 68 Hak o długości 160 mm.
- Lp. 72 Hak o uchwycie okrągłym.
- Lp. 73 Hak o długości 190 mm, wymiar 19x12 mm.
- Lp. 74 Hak o długości 120 mm, wymiar 10x25 mm;12x32 mm oraz 10x30 mm;17x35 mm.
- Lp. 77 Hak o długości 210 mm, wymiar 20x7 mm.
- Lp. 78 Hak o długości 210 mm, wymiar 50x10 mm.
- Lp. 79 Hak o długości 210 mm.
- Lp. 80 Hak o wymiarach 100x35 mm.
- Lp. 81 Hak o długości 260 mm i 280 mm.
- Lp. 82 Hak o wymiarach 25x20 mm.
- Lp. 83 Hak o wymiarach 38x38 mm.
- Lp. 84 Hak o długości 240 mm, wymiar 45x60 mm.
- Lp. 86 Hak o wymiarach 32x29 mm.
- Lp. 88 Sonda o długości 145 mm.
- Lp. 89,90 Sonda o długości 160 mm.
- Lp. 93 Sonda o średnicy 1 mm.
- Lp. 95 Sonda o długości 300 mm, średnica 3 mm.
- Lp. 96 Odgryzacz o długości 160 mm, szerokość 3 mm.
- Lp. 97 Odgryzacz o długości 80 mm.
- Lp. 98 Dźwignia o szerokości 5 mm.
- Lp. 101 Raspator Wilberg o długości 170 mm, szerokość 9 mm.
- Lp. 103,104 Raspator o szerokości 7 mm
- Lp. 105 Raspator o szerokości 4 mm.
- Lp. 106 Raspator o szerokości 12 mm, długość 150 mm.
- Lp. 109 Ustalacz o długości 270 mm.
- Lp. 110 Odgryzacz o długości 150 mm, szerokość 5 mm.
- Lp. 112 Odgryzacz o długości 150 mm.
- Lp. 113 Uchwyt o średnicy 4 mm.
- Lp. 114 Uchwyt o długości 160 mm, średnica 6,35 mm.
- Lp. 118 Kleszcze bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczne.
- Lp. 121 Kleszcze o długości 180 mm.
- Lp. 123 Nożyce długości 220 mm.
- Lp. 124 Nożyce o długości 250 mm.
- Lp. 126 Ustalacz o długości 200 mm.
- Lp. 130 Raspator o szerokości 15 mm.
- Lp. 136 Rozwieracz o wymiarach 75x100 mm.
- Lp. 137 Rozwieracz o wymiarach 140x170 mm.
- Lp. 138 Rozwieracz o wymiarach 180x220 mm.
- Lp. 140 Kleszcze o długości 240 mm.
- Lp. 141 Kleszczyki o nazwie własnej Randall, figura 4, długość 180 mm.
- Lp. 142 Kleszcze o długości 230 mm.
- Lp. 144 Wziernik o wymiarach 90x16 mm.
- Lp. 145 Zestaw o długości 180 mm.
- Lp. 146 Wziernik o wymiarach 90x20 mm i długości 220 mm.
- Lp. 180 Kosz o wymiarach 480x255x50 mm.
- Lp. 181,182,183 Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu, z powodu ograniczonej ilości wytwórców.
- Lp. 184 Skrobaczka o długości 245 mm, szerokość 7 mm.
- Lp. 185 Skrobaczka o długość 245, figura 5.
- Lp. 186-191 Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu, z powodu ograniczonej ilości wytwórców.
- Lp. 192 Kaniuła o długości 210 mm.
- Lp. 193 Kaniuła o długości części roboczej 135 mm, średnica 4 mm.
- Lp. 194 kaniuła o długości części roboczej 135 mm.
- Lp. 195 Dermatom Silver, długość 190 mm, grubość 0,1-4 mm.
- Lp. 196 Ostrza do dermatomu Silver



- Lp. 197 Kleszczyki Foerster.
- Lp. 198 Kleszczyki o długości 110 mm.
- Lp. 200 Kleszczyki Halsted – Mosquito.
- Lp. 201 Kleszczyki o długości 185 mm.
- Lp. 202 Kleszczyki naczyniowe o długości 210 mm.
- Lp. 203 Kleszcze o długości 190 mm.
- Lp. 204 Kleszcze o długości 190 mm.
- Lp. 208 Kleszczyki o długości 200 mm.
- Lp. 211,212,213,214 Kleszczyki Halsted-Mosquito o długości 120 mm.
- Lp. 216 Kleszcze o długości 140 mm
- Lp. 218 Imadło utwardzane, długość 130 mm.
- Lp. 219 Imadło utwardzane o długości 150 mm.
- Lp. 220 Imadło o długości 135 mm.
- Lp. 221 Imadło Converse-Derf, długość 125 mm.
- Lp. 224 Imadło Derf-Converse, długość 125 mm.
- Lp. 225 Imadło Derf, długość 125 mm.
- Lp. 226 Imadło o długości 150 mm.
- Lp. 227 Mikro-imadło o długości 130 mm.
- Lp. 228 Imadło Mayo-Hegar
- Lp. 229 Imadło o długości 150 mm.
- Lp. 230,231 Igła o długości 190 mm.
- Lp. 232 igła o długości 210 mm.
- Lp. 233 Igła o długości 200 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Zadanie nr 3 - Narzędzia na Blok Operacyjny

- Lp. 1 Pęseta o długości 115 mm.
- Lp. 6 Kleszczyki o długości 150 mm.
- Lp. 9 Kleszczyki o długości 180 mm.
- Lp. 16 Imadło o długości 230 mm.
- Lp. 17,18 Imadło Crile Wood.
- Lp. 19 Imadło Mini-Ryder, długość 200 mm.
- Lp. 20 Mikro-imadło o długości 125 mm.
- Lp. 22 Igła o długości 190 mm.
- Lp. 23 Hak o wymiarach 9x28 mm.
- Lp. 25 Nożyczki o długości 150 mm.
- Lp. 27 Pęseta o długości 150 mm.
- Lp. 31 Uchwyt wyskalowany w centymetrach.
- Lp. 33 Uchwyt o długości 210 mm.
- Lp. 35 Uchwyt typu T z zapięciem do średnicy 6,35 mm.
- Lp. 38 Piłka o długości 350 mm.
- Lp. 44 Nożyczki o długości 300 mm.
- Lp. 45 Nożyczki o długości 300 mm.
- Lp. 51 Kleszczyki o długości 180 mm.
- Lp. 52 Kleszcze o długości 240 mm.
- Lp. 53 Kleszczyki o długości 360 mm.
- Lp. 63 Podważka o szerokości 42 mm i długości 240 mm.
- Lp. 66 Dłuto o szerokości 12 mm.
- Lp. 68 Dłuto o szerokości 20 mm.
- Lp. 71 Dłuto o szerokości 40 mm.
- Lp.74 Osteotom o długości 270 mm.



- Lp. 75 Kleszcze o długości 300 mm.
- Lp. 76 Odgryzacz o długości 140 mm.
- Lp. 77 Kleszcze o długości 200 mm.
- Lp. 78 Kleszcze o długości całkowitej 170 mm.
- Lp. 80 Osteotom o długości 270 mm.
- Lp. 81 Młotek o wadze 550 gram.
- Lp. 82 Kleszcze o długości 450 mm.
- Lp. 86 Łyżka o wymiarach 105x25 mm i długości całkowitej 250 mm.
- Lp. 89 Igła o długości 210 mm.
- Lp. 90 Kleszczyki o długości 260 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 pozycja 105 : Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści piętę oscylacyjną, elektryczną 230 V do opatrunków gipsowych z parą kluczy, klucz hexagonalny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. wszystkich zadań:

Czy Zamawiający dopuści:

- a) Nożyczki- wykonane ze stali X380CrMoV15 zgodnie z wymaganiami normy DIN 10088-1
- c) dłuta – wykonane ze stali X38CrMoV15 zgodnie z wymaganiami normy DIN 10088-1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 1 pęsetę chirurgiczną o długości 11,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 6 kleszczyki do jelit o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 9 kleszczyki Rochester Ochsner o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Zapytanie Wykonawcy:



Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 10-12 kleszczyki Rochester Ochsner, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 13 imadło chirurgiczne Mayo Hegar o długości 14 cm lub 16 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 19 imadło Martin o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 21 imadło Halsey o długości 13 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 22 igłę Reverdin o długości 19 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 23 hak operacyjny Volkmann o długości 21,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 27 pęsetę anatomiczną Potts Smith o długości 15,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 30-31 uchwyt do skalpela o długości 12 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji nr. 35 może określić się dokładniej o jaki uchwyt T chodzi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 35 uchwyt T widoczny na zdjęciu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.



27. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 38 piłkę Charriere o długości 27 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 39 piłkę Satterlee o długości 29,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 44 nożyczki Metzenbaum o długości 28 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 45 nożyczki Metzenbaum o długości 30 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 48 pilnik kostny o długości 24,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 51 kleszczyki Rochester Pean o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 52 kleszczyki Rochester Pean o długości 24 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 53 kleszczyki Rochester Pean o długości 30 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 57 hak operacyjny o wymiarach 110x40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 64 raspator ostrza szer. 5 mm, pozostałe parametry bez zmian ?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 74 osteotom o długości 28 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 75 kleszczyki do kości o długości 30 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 76 odgryzacz o długości 14 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr.77 kleszcze do chrząstek o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 78 kleszcze do drutów o długości 17 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 79 odgryzacz kostny o długości 23 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 80 osteotom o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

44. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 81 młotek o wadze 550 g, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 82 kleszcze do cięcia o długości 46 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.



46. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 83 kleszcze do cięcia drutów o długości 22 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr. 86 łyżkę pęcherzową o długości 27 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji nr.90 kleszczyki do opatrunków o długości 13 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zapisy dot. art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostały zawarte w §3 ust. 7 Projektów Umów (załącznik nr 5 do SWZ).

50. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia częściowego**
- b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej dostawy;**
- d) włoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr Monika Klause

