



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie  
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6  
skr. poczt. 119 tel. 81 743-42-72 lub 81/533-41-00  
email: [wsse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.lublin@sanepid.gov.pl) <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

---

ADM-ZP.272.1.16.2024

Lublin, dnia 20.11.2024 r.

### *Uczestnicy postępowania*

### **Pytania i odpowiedzi nr 8.**

Zamawiający działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawa testów diagnostycznych**”, przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienie Zamawiającego.

### **Treść wspomnianych pytań oraz odpowiedzi są następujące:**

Zwracam się z następującym pytaniem:

1. Pakiet 11 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w ulotce którego nie ma podanej informacji dotyczącej stężenia wykrywanych wirusów wyrażonej w ng/ml? Pozostałe wymagania w zakresie pakietu są spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Czulość testu jest kluczowym parametrem dla Pracowni Diagnostyki Medycznej. Wartość ta powinna być umieszczona w ulotce informacyjnej (lub innej dokumentacji dostarczonej przez producenta) w podanych jednostkach lub innych, możliwych do przeliczenia. Granica wykrywalności jest wartością powszechnie występującą w dokumentacji, i jest ona wymagana przez Zamawiającego.**

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.