



Znak: AE/ZP-27-89/24

Tarnów, 2024-10-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę angiografu jednopłaszczyznowego.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. W związku z brakiem uzyskania przez Zamawiającego finansowania z programu NPCHUK a co za tym idzie brakiem konieczności dostawy urządzenia do końca roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany terminu dostawy urządzenia. Proponujemy realizację dostawy w trakcie planowanych prac adaptacyjnych, co pozwoli zoptymalizować cały proces, wykluczyć konieczność magazynowania urządzenia oraz pozytywnie wpłynie na ciągłość pracy szpitala. Czy Zamawiający byłby skłonny wyrazić zgodę na przesunięcie terminu dostawy urządzenia na bardziej dogodny moment w trakcie realizacji prac adaptacyjnych?
2. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących terminów realizacji zamówienia, tak aby dostawa i realizacja mogły odbyć się po Nowym Roku, co pozwoli na lepsze dostosowanie harmonogramu planowanych prac adaptacyjnych? Planowane rozpoczęcie prac nastąpiłoby od demontażu obecnego angiografu 7 stycznia. Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu pracować do 6 stycznia na sali, gdzie zainstalowany jest stary angiograf (zabiegi z użyciem ramienia C).
3. W związku z wymogiem dostarczenia systemu UPS oraz ograniczoną powierzchnią techniczną, uprzejmie prosimy o wskazanie alternatywnej lokalizacji dla instalacji systemu UPS, która mogłaby znajdować się w jak najbliższej odległości od obecnego pomieszczenia technicznego. Wymagana powierzchnia dla systemu wynosi 3 m².

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1 i Ad 2

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.6.1 SWZ **zapis o treści:**

„6.1. Termin wykonania zamówienia:

- jednorazowa dostawa angiografu jednopłaszczyznowego, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do dnia 27 grudnia 2024r.,**
- montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, demontaż i utylizacja angiografu Allura Centron producent Philips – **do 42 dni od dnia protokolarnego odbioru dostarczonego angiografu,**
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze dostarczonego angiografu oraz po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie **do 30 dni** od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,



- rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

zmienia na zapis o treści:

„6.1. Termin wykonania zamówienia:

- jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ oraz demontaż i utylizacja angiografu Allura Centron producent Philips – **do 50 dni od daty podpisania umowy**,
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie **do 30 dni** od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej,
- pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
- rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.”

2/w pkt.24.3 SWZ **zapis o treści:**

„24.3. Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę angiografu jednopłaszczyznowego, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do dnia 27 grudnia 2024r.**,
- montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, demontaż i utylizację angiografu Allura Centron producent Philips – **do 42 dni od dnia protokolarnego odbioru dostarczonego angiografu**,
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze dostarczonego angiografu oraz po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie **do 30 dni** od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.”

zmienia na zapis o treści:

„24.3. Wykonawca zrealizuje:

- jednorazową dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ oraz demontaż i utylizację angiografu Allura Centron producent Philips – **do 50 dni od daty podpisania umowy**,
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie **do 30 dni** od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.”



3/w pkt.24.8 SWZ **zapis o treści:**

„24.8. Stan pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego w dniu protokolarnego odbioru dostarczonego angiografu, drugi zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego – po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia.”

zmienia na zapis o treści:

„24.8. Stan pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego – przed rozpoczęciem realizacji umowy, drugi zostanie spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego – po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia.”

4/w pkt.24.9 SWZ **zapis o treści:**

„24.9. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi w trzech etapach. Pierwszy odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi po jednorazowej dostawie angiografu jednopłaszczyznowego, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ na podstawie protokołu odbioru dostarczonego angiografu. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie stanowi przeszkody do późniejszego zgłaszania braków, wad, usterek i awarii, w szczególności ujawnionych po zamontowaniu i uruchomieniu angiografu oraz żądania ich usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Drugi odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi po montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz demontażu i utylizacji angiografu Allura Centron producent Philips na podstawie protokołu odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia. Wraz ze zgłoszeniem do drugiego odbioru częściowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą wykonanych prac adaptacyjnych, testy akceptacyjne i specjalistyczne z wynikiem pozytywnym, projekt osłon stałych ochrony radiologicznej, pomiary dozymetryczne osłon stałych pomieszczeń, w których będzie używany zaferowany angiograf, pomiary rozkładu mocy dawki w otoczeniu zaferowanego angiografu, oświadczenie, iż zdemontowany, wyeksploatowany angiograf Allura Centron producent Philips stanowiący własność Zamawiającego został zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy niespełniającego wymagań określonych w Załączniku Nr 5 do SWZ, w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości oraz nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim.

Trzeci odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym odbiorze dostarczonego angiografu, protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi angiografu dla lekarzy i techników, co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaferowanym angiografie dla techników, potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji - na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z obsługi angiografu, certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne techników z wykonywania testów kontroli jakości na zaferowanym angiografie oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z zakresu aplikacji. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim.”

zmienia na zapis o treści:

„24.9. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi po jednorazowej dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ oraz demontażu i utylizacji angiografu Allura Centron producent Philips - na podstawie protokołu odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego przedmiotu umowy Wykonawca



przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą wykonanych prac adaptacyjnych, testy akceptacyjne i specjalistyczne z wynikiem pozytywnym, projekt osłon stałych ochrony radiologicznej, pomiary dozymetryczne osłon stałych pomieszczeń, w których będzie używany zaoferowany angiograf, pomiary rozkładu mocy dawki w otoczeniu zaoferowanego angiografu, oświadczenie, iż zdemontowany, wyeksploatowany angiograf Allura Centron producent Philips stanowiący własność Zamawiającego został zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy niespełniającego wymagań określonych w Załączniku Nr 5 do SWZ, w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości oraz nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim.

Drugi odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi angiografu dla lekarzy i techników, co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji - na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z obsługi angiografu, certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne techników z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z zakresu aplikacji. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim.”

5/w pkt.24.21 SWZ **zapis o treści:**

„24.21. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w trzech częściach:

- pierwsza część w wysokości stanowiącej sumę pozycji 1-2 Formularza Cenowego po jednorazowej dostawie angiografu jednopłaszczyznowego, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ,
- druga część w wysokości stanowiącej sumę pozycji 3-7 Formularza Cenowego po montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz demontażu i utylizacji angiografu Allura Centron producent Philips,
- trzecia część w wysokości stanowiącej sumę pozostałych pozycji Formularza Cenowego po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi angiografu dla lekarzy i techników, co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników i po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji.

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Faktury będą zawierały wyszczególnione pozycje z Formularza Cenowego - pierwsza faktura pozycje 1-2 Formularza Cenowego, druga faktura pozycje 3-7 Formularza Cenowego, trzecia faktura pozostałe pozycje z Formularza Cenowego. Podstawę do sporządzenia faktur będą każdorazowo stanowiły protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego – części pierwszej protokół odbioru dostarczonego angiografu, części drugiej protokół odbioru uruchomionego przedmiotu umowy, części trzeciej protokół odbioru przedmiotu umowy. Termin płatności faktur – (nie krótszy niż 14 dni) dni od daty wystawienia faktur Zamawiającemu.”

zmienia na zapis o treści:

„24.21. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch częściach:



- pierwsza część w wysokości 80% wartości brutto przedmiotu umowy po jednorazowej dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ oraz demontażu i utylizacji angiografu Allura Centron producent Philips,
- druga część w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi angiografu dla lekarzy i techników, co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników i po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji.

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Podstawę do sporządzenia faktur będą każdorazowo stanowiły protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego – części pierwszej protokół odbioru uruchomionego przedmiotu umowy, części drugiej protokół odbioru przedmiotu umowy. Termin płatności faktur – (nie krótszy niż 14 dni) dni od daty wystawienia faktur Zamawiającemu.”

6/w pkt.III.4 Formularza Ofertowego **zapis o treści:**

„4. Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa angiografu jednopłaszczyznowego, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ – **do dnia 27 grudnia 2024r.,**
- montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, demontaż i utylizacja angiografu Allura Centron producent Philips – **do 42 dni od dnia protokolarnego odbioru dostarczonego angiografu,**
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze dostarczonego angiografu oraz po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie **do 30 dni** od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.”

zmienia na zapis o treści:

„4. Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ oraz demontaż i utylizacja angiografu Allura Centron producent Philips – **do 50 dni od daty podpisania umowy,**
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie **do 30 dni** od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.”

7/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.127 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co



najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze dostarczonego angiografu oraz po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.”

zmienia na zapis o treści:

„Potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi angiografu dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaferowanym angiografie dla techników, jak również potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz angiografu, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.”

Ad 3

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przed podpisaniem umowy wskazania miejsca alternatywnej lokalizacji instalacji systemu UPS dla zaferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada pomieszczenia techniczne, w których są zlokalizowane UPS-y dla dwóch obecnie posiadanych angiografów oraz dla trzech sal operacyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza ewentualność - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - wskazania alternatywnej lokalizacji instalacji systemu UPS, pod warunkiem, że lokalizacja ta nie będzie zaburzała infrastruktury technicznej Zamawiającego oraz z zaznaczeniem, że Zamawiający nie gwarantuje akceptacji wskazanej przez Wykonawcę alternatywnej lokalizacji.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1 i Ad.2 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 06.11.2024r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 06.11.2024r. godz. 10:00.**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.02.2025r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt.6.1, pkt.18.1., pkt.19.1, pkt.20.1, pkt.24.3., pkt.24.8., pkt.24.9., pkt.24.21., Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

