

## ZAPYTANIE O WYCENĘ SZACUNKOWĄ

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym zamówieniem związanym z realizacją prac naukowych w ramach projektu pt. „Dysfunkcja naczyń krwionośnych po chemioterapii neoadjuwantowej raka gruczołu sutkowego. Znaczenie stanu menopauzalnego i estrogenów”, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum zaprasza do złożenia wyceny szacunkowej na dostawę:

### **mikroskopu fluorescencyjnego - 1 szt.**

Zestaw ma pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2024), być oznakowany znakiem CE (lub równoważnym oznakowaniem) oraz spełniać niżej wymienione minimalne parametry (Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane):

1. System obejmujący kompaktową, nabladową, zintegrowaną jednostkę zawierającą: mikroskop, aparat cyfrowy, komputer i system oświetlenia fluorescencyjnego dużej mocy.
2. System wyposażony w zmotoryzowany stolik skanujący X/Y o zakresie ruchu 120 mm x 80 mm z rozdzielczością submikronową, wkładki do uchwytów na naczynia i uchwyty blokujące do mocowania próbki w miejscu podczas długich skanów.
3. System wyposażony w automatyczną wieżyczkę obiektywu, zestaw filtrów i kondensor.
4. Źródło światła: 4 kanały dla niezależnych oświetlaczy kostek świetlnych LED ze zintegrowanymi, powlekanymi na twardo pasmowymi filtrami wzbudzenia i emisji fluorescencji dla każdej kostki, 1 kanał dla światła przechodzącego.
5. Optyka korygowana do nieskończoności.
6. System jednocześnie pozyskuje obrazy za pomocą czterech oddzielnych kanałów fluorescencyjnych.
7. Tryby pozyskiwania obrazów: fluorescencja, jasne pole, kolorowe jasne pole, kontrast fazowy.
8. Metody pozyskiwania obrazów: fluorescencja jednokolorowa, fluorescencja wielokolorowa, skanowanie powierzchni z montażem lub zszywaniem kafelków, rejestracja w czasie (zdjęcia poklatkowe), układanie w stosy, nagrywanie filmu.
9. Kostka świetlna jest pojedynczą, wymienną jednostką, którą można łatwo wyjąć i ponownie zainstalować.
10. System automatycznie rozpoznaje, która kostka jest zainstalowana i odpowiednio dostosowuje konfigurację oprogramowania.
11. Żywotność oświetlaczy LED fluoroscencyjnych nie mniejsza niż 50 000 godzin przy 100% mocy.
12. Oświetlacze LED posiadają niezależną regulację intensywności światła.
13. System obejmuje dwie (2) kamery z możliwością automatycznego przełączania.
14. System obejmuje zintegrowaną kamerę kolorową CMOS o wysokiej czułości i rozdzielczości 3,2 MP (2048x1536 pikseli) z rozdzielczością piksela 3,45 µm.
15. System obejmuje zintegrowaną monochromatyczną kamerę CMOS o wysokiej czułości i rozdzielczości 3,2 MP z (2048x1536 pikseli) z rozdzielczością piksela 3,45 µm.
16. 5-pozycyjna wieżyczka obiektywu.
17. System obejmuje automatyczny mechanizm ustawiania ostrości o rozdzielczości submikronowej.
18. System pozwala na akwizycję obrazu w standardowym trybie pojedynczego pola oraz w trybie obszarowym, w którym widoczny jest cały sektor naczynia próbki.
19. System umożliwia identyfikację i wybór obszaru zainteresowania obrazowanej próbki przy małym powiększeniu w trybie obszarowym i automatyczne skanowanie wybranego obszaru w większym powiększeniu.
20. System umożliwia automatyczne skanowanie całej płytki w trybie poklatkowym i/lub skanowania obszarowego.

21. System umożliwi obrazowanie w czasie hodowli komórkowych dzięki wyposażeniu mikroskopu w pełni zintegrowany inkubator nastolikowy, zapewniający kontrolę temperatury, wilgotności i gazów, w tym CO<sub>2</sub> i O<sub>2</sub>, w warunkach normoksycznych i hipoksycznych.
22. W skład systemu wchodzi oprogramowanie do zbierania i analizy obrazów.
23. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania, które można pobrać.
24. System wyposażony w port USB.
25. Możliwość podłączenia systemu do Internetu.
26. System obsługuje następujące formaty plików graficznych: jpg, tiff i png.
27. System obsługuje następujące formaty filmów i zdjęć poklatkowych: AVI i WMV.
28. System umożliwi sterowanie poprzez ekran dotykowy LCD.
29. System obejmuje 27-calowy kolorowy monitor dotykowy, również w pełni sterowany za pomocą myszki; rozdzielczość ekranu 3840x2160 pikseli (4K).
30. System obejmuje zewnętrzny komputer przeznaczony do obsługi monitora dotykowego i mikroskopu, pozwalający na zbieranie obrazów wysokiej jakości (procesor o częstotliwości taktowania co najmniej 2,40 GHz, min. 32 GB pamięci RAM DDR4, dysk SSD o pojemności min. 512 GB, karta graficzna z 8 GB pamięci RAM i system operacyjny Win 10).
31. System podłączany do sieci 230 V.
32. OBIEKTYW FL 4X LWDPH 0,13NA/10,58 WD
33. OBIEKTYW FL 10X LWDPH 0,30NA/7,13 WD
34. OBIEKTYW FL 20X LWDPH 0,45NA/6,12 WD
35. Obiektiw apochromatyczny 20X, NA 0,80, WD 0,6 mm z korekcją od zakresu UV do IR.
36. KOSTKA ŚWIETLNA DAPI
37. KOSTKA ŚWIETLNA GFP
38. KOSTKA ŚWIETLNA RFP
39. Uchwyt na naczynia z możliwością umieszczenia 2 szkiełek podstawowych.
40. Uchwyt na naczynia z możliwością umieszczenia płytek mikrodołkowych.
41. Szkiełko do kalibracji mikroskopu.
42. Pokrowiec na mikroskop.

Wycenę szacunkową należy przygotować z wyszczególnieniem co najmniej:

- ceny netto, ceny brutto, stawki podatku Vat,
- ewentualnych kosztów związanych z realizacją zamówienia (np. transport, wniesienie, instalacja, cło, szkolenie, itp.),
- długości i ewentualnie warunków gwarancji, które są następujące:
  - długość gwarancji: min. 24 miesiące,
  - serwis gwarancyjny: do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wysłanego e-mailem,
  - czas naprawy: do 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia wysłanego e-mailem,
  - przeglądy gwarancyjne: zgodnie z zaleceniami producenta,
  - koszty materiałów zużywalnych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca,
  - świadczenie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowany serwis,
- terminu/czasu realizacji zamówienia,
- informacji o fakturze z odroczonym terminem płatności min. 30 dni.

Wraz z wyceną szacunkową zalecamy złożyć np. karty katalogowe oferowanych produktów bądź elementów (lub linki do odpowiednich stron).

Wycenę szacunkową należy przesłać do dnia: **18.11.2024**, do godz.: **10:00** na: <https://platformazakupowa.pl/>.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą platformy: <https://platformazakupowa.pl/>, przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku zapytania ofertowego, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1497 z późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert możliwość weryfikacji jej treści, ewentualnie wzywać do ich poprawienia lub uzupełnienia oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia, osób przewidzianych do realizacji zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, etc, bądź aspektów dotyczących oszacowania wartości zamówienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może również negocjować treść ofert, w szczególności w aspektach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej ceny, ulepszania ofert oraz dotyczących innych kryteriów oceny i porównania ofert z zachowaniem zasad przejrzystości postępowania, równego traktowania Wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

## RODO

### Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. **Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych**, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu +48 12 663 12 25.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w następujących celach:**

- a) przeprowadzenia postępowania/zapytania/szacowania,
- b) zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy,
- c) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację umowy z Kontrahentem – w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO - w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy;
- d) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
- e) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
- f) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Kc.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności w związku z potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz przetwarzania tych danych w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i SL2014, przy czym udostępnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub umowa

#### 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

#### 9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.

10. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, **Zamawiający może żądać od Pana/Pani**, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania.

12. **Skorzystanie przez Panią/Pana**, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami.

13. **Skorzystanie przez Panią/Pana**, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania oraz również po postępowaniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).