



Nr sprawy: 1/PNE/SW/2021

Sosnowiec, ...12.03.2021r

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego”

Zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2019r., poz. 2019), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

### ZESTAW PYTAŃ NR 1

#### Pytanie 1

##### Część 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na fotel dializacyjny o szerokości 80 cm? Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 2

##### Część 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra wykonany z tkaniny dwuwarstwowej/ polipropylen + polietylen/ , gramatura min. 54 g/m<sup>2</sup>, oraz min. 105 g/m<sup>2</sup> w miejscach wzmocnienia, odporność na przenikanie płynów min. 120cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

#### Pytanie 3

##### Część 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra z serwetą główną o wymiarach min. 320 x 200 cm, wzmocnioną, z otworem samouszczelniającym się 6 x 8 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

### ZESTAW PYTAŃ NR 2

#### Pytanie 1

##### Część 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do zabiegów angiograficznych o następującym składzie i parametrach:

-1 x serweta do angiografii wzmocniona 245 x 360 cm, wyposażona w dwa samoprzylepne otwory udowe 8/16 cm (usytuowane w odległości ok. 72 cm od górnej krawędzi serwety) oraz dwa otwory promieniowe 5 x 7 cm ( usytuowane w odległości ok. 74 cm od górnej krawędzi serwety) otoczone wysokochłonny laminatem 245 x 100 cm, poniżej dodatkowy pada chłonny 50 x 85 cm, nakryciem pulpitu z obu stron (przezroczyste PE). Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina-folia (o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>), w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> (całkowita gramatura strefy wzmocnionej 110 g/m<sup>2</sup>), wytrzymałość na rozerwanie na mokro w strefie krytycznej min. 384 kPa (dla strefy mniej krytycznej 161 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min. 361 kPa (dla strefy mniej krytycznej 161 kPa), odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej i mniej krytycznej min. 200 cmH<sub>2</sub>O.

-2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> i nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 165 cm H<sub>2</sub>O, rękawy zakończone elastycznym mankietem (100% poliester). Tylnie części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie wytrzymałych troków w specjalnym kartoniku, na wysokości pasa fartucha, umożliwia zawiązanie ich zgodnie z





procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Wytrzymałe zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku, na wysokości szyi, umożliwiające zapięcie w dowolnym miejscu.

- 1 x miska plastikowa 250 ml
- 1 x miska plastikowa 500 ml
- 3 x osłona na lampę RTG typu czapeczka z gumka o średnicy 152 cm, folia PE
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, biały
- 50 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitok
- 1 x bezpieczny skalpel nr 11
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x maczak z gąbką do dezynfekcji z plastikową rączką
- 2 x strzykawka trzyczęściowa 20 ml L/L
- 1 x strzykawka dwuczęściowa 10 ml L/S Opakowanie jednostkowe foliowe zaopatrzone w 4 samoprzylepne etykiety z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zestaw pakowany w podwójne opakowanie transportowe (karton wewnętrzny i zewnętrzny). Opis zestawu w języku polskim.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w zakresie długości serwety głównej i otworów udowych.**

## Pytanie 2

### Część 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów angiograficznych o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta do angiografii 240 x 340 cm, wyposażona w dwa samoprzylepne otwory udowe 8/16 cm (usytuowane w odległości ok. 72 cm od górnej krawędzi serwety) oraz dwa otwory promieniowe 7 x 12 cm ( usytuowane w odległości ok. 49 cm od górnej krawędzi serwety) otoczone wysokochłonny laminatem 110 x 150 cm, poniżej dodatkowy pada chłonny 70 x 90 cm, nakryciem pulpitu z obu stron (przezroczyste PE). Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina-folia (o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>), w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> (całkowita gramatura strefy wzmocnionej 110 g/m<sup>2</sup>), wytrzymałość na rozerwanie na mokro w strefie krytycznej min. 384 kPa (dla strefy mniej krytycznej 161 kPa), wytrzymałość na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min. 361 kPa (dla strefy mniej krytycznej 161 kPa), odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej i mniej krytycznej min. 200 cmH<sub>2</sub>O.
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> i nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 165 cm H<sub>2</sub>O, rękawy zakończone elastycznym mankietem (100% poliester). Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie wytrzymałych troków w specjalnym kartoniku, na wysokości pasa fartucha, umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Wytrzymałe zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku, na wysokości szyi, umożliwiające zapięcie w dowolnym miejscu.
- 1 x miska plastikowa 250 ml
- 1 x miska plastikowa 500 ml
- 3 x osłona na lampę RTG typu czapeczka z gumka o średnicy 152 cm, folia PE
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, biały
- 50 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitok
- 1 x bezpieczny skalpel nr 11
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x maczak z gąbką do dezynfekcji z plastikową rączką
- 2 x strzykawka trzyczęściowa 20 ml L/L
- 1 x strzykawka dwuczęściowa 10 ml L/S

Opakowanie jednostkowe foliowe zaopatrzone w 4 samoprzylepne etykiety z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zestaw pakowany w podwójne opakowanie transportowe (karton wewnętrzny i zewnętrzny). Opis zestawu w języku polskim.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w zakresie długości serwety głównej i otworów udowych.**





### Pytanie 3

#### Część 11

Na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga złożenia próbek, wraz z ofertą czy na wezwanie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje o możliwości dołączenia próbek zarówno wraz z ofertą jak i na wezwanie.**

### Pytanie 3

#### Część 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta chirurgii biodra 335 x 280 cm, samouszczelniający się otwór 21 x 18 cm otoczony padem chłonnym 60 x 135 cm oraz workami 80 x 117 cm (typu all-in-one). Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina-folia (o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>), w strefie krytycznej dodatkowo wzmocnienie o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> (całkowita gramatura strefy wzmocnionej 110 g/m<sup>2</sup>), odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej i mniej krytycznej min. 200 cmH<sub>2</sub>O.
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 x serweta przylepna 120 x 150 cm
- 2 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm
- 2 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm, rolowana
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm, kompatybilna z ERBE ICC 300
- 1 x miska plastikowa 1000 ml

Opakowanie jednostkowe foliowe zaopatrzone w 4 samoprzylepne etykiety z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zestaw pakowany w podwójne opakowanie transportowe (karton wewnętrzny i zewnętrzny). Opis zestawu w języku polskim.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

### Pytanie 4

#### Projekt umowy

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zasad zastrzegania kar umownych w następującym zakresie:

- § 8, ust. 1 pkt a) – w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części brutto zamówienia
- § 8, ust. 1 pkt b) – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**





## ZESTAW PYTAŃ NR 3

### Pytanie nr 1

#### Część 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pokrowca na fotel dializacyjny o rozmiarze 240x80 cm z zakładkami na nogi i wezglowie 2 x 25cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 2

#### Część 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu do angiografii udowo-promieniowej, o składzie:

- a) serweta angiograficzna udowo-promieniowa o wymiarach 240 x 350 cm wyposażona w okolicy tętnic promieniowych dwa owalne otwory o wym. 12cm x 7cm otoczone taśmą samoprzylepną + 2 otwory w okolicy tętnic udowych o śr. 12cm otoczone taśmą samoprzylepną, w części krytycznej w odległości 60cm od górnej krawędzi serwety wokół otworów posiada warstwę wysokochłoną o wymiarach szer. 120 x wys. 155cm. Serweta zintegrowana z 2 przezroczystymi panelami foliowymi na pulpit sterowniczy o wymiarach min. 60 x 350cm każdy po obu stronach serwety,
- b) fartuch chirurgiczny pełnobarierowy wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności w strefie krytycznej fartuch min. 49,5 cm H<sub>2</sub>O, posiadający rękawy zakończone elastycznymi syntetycznymi mankietami o długości min. 8cm, wiązany na troki łączone kartonikiem. W okolicy szyi zapięcie na rzep. rozmiar XL – 2 szt.
- c) pojemnik plastikowy, okrągły o poj. 500ml – 1 szt.
- d) pojemnik plastikowy, okrągły o poj. 250ml – 1 szt.
- e) ostrze chirurgiczne z plastikową rączką i zabezpieczeniem ostrza nr. 11 – 1 szt.
- f) strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20ml – 2 szt.
- g) strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml – 1 szt.
- h) szpatułka do dezynfekcji z gąbką 40x50mm z plastikową rączką o długości 14cm - 1 szt.
- i) osłona foliowa na lampę RTG typu "czapka" z wykonana z przezroczystej folii o grubości 41um, ściągnięta gumką o średnicy 162cm w stanie rozciągniętym – 2 szt.
- j) ręczniki chłonne o wymiarach 50x40cm - 4 szt.
- k) serweta na stół do instrumentarium 150 x 240 cm służąca do zawinięcia zestawu – 1 szt.
- l) kompresy z gazy 17N12W 7,5x7,5cm - 50 szt.

Główna serweta wykonana w całości z laminatu foliowo-włókninowego PP+PE (polipropylen+polietylen) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> + dodatkowa 3 warstwa chłonna w strefie krytycznej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.60 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie jednostkowe foliowe typu Tyvek. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety typu TAG z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie transportowe (karton w karton). Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 w zakresie wymagań wysokich w strefie krytycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w zakresie długości serwety głównej.**

### Pytanie nr 3

#### Treść SWZ

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga przedmiotowych środków dowodowych (tj. kart katalogowych, certyfikatu zgodności lub Deklaracji Zgodności) na wezwanie, czy też wymaga złożenia tychże wraz z ofertą, ponieważ zgodnie z art. 107 ust. 1 "Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą."?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga złożenia wraz z ofertą.**





**Pytanie nr 4**

**Projekt umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 5**

**Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „1% wynagrodzenia umownego brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 6 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”? Uzasadnione jest aby kara umowna za nieterminową dostawę była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całej części zamówienia. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

**Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. b) oraz w 8 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia umownego brutto określonego dla danej części w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

**Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy,” oraz dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy



Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

#### ZESTAW PYTAŃ NR 4

##### Pytanie nr 1

##### Projekt umowy

##### § 5 ust.4

Wnosimy o uszczegółowienie zapisu poprzez dodanie zapisu:

*W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto oraz stawka podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian.*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

##### Pytanie nr 2

##### Projekt umowy

##### § 7 ust. 2 i 3

Prosimy o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji z 48 godzin na 96 godzin oraz wydłużenia czasu wymiany wadliwego towaru z 48 godzin na 96 godzin.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

##### Pytanie nr 3

##### Projekt umowy

##### § 8 ust. 1 b

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania prosimy o dokonanie zmian w § 8 ust. 1 b wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za odstąpienie od umowy poprzez dodanie zapisu:

*Wykonawca, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne, bez ponoszenia przez niego skutków natury prawno-finansowej.*

Obecny zapis nie uwzględnia sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia, gdy Wykonawca nie z własnej winy i z przyczyn całkowicie od niego niezależnych pomimo dołożenia wszelkich starań nie jest w stanie w pełni realizować terminowo zamówień.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**



**Pytanie nr 4**

**Projekt umowy**

**§ 8 ust. 9**

Wnioskujemy zmianę zapisu na następujący:

*Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, mając na uwadze cel umowy, może powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim a różnicą między kosztami wykonania zastępczego (w tym koszty transportu, rozładunku) a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy obciążyć Wykonawcę.*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

**Projekt umowy**

**§ 9 ust. 2 c**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący: *W przypadku niewykorzystania asortymentu, o którym mowa w 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 3 miesiące, pod warunkiem zgody obu stron.*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

**Projekt umowy**

**§ 8 ust. 1 a**

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust.1 a wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie na następujący:

*- w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia względem terminu o którym mowa w 8 ust. 6*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

**Projekt umowy**

**§ 8 ust. 2 litera a i b**

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust.2 litera a i b wzoru umowy na następujący:

*Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć mu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 5 ust. 3 tiret trzeci umowy, o której mowa w ust.1 lit.b powyżej w przypadkach, gdy;*

*a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostawy, o których mowa w 3 ust. 6 umowy, przekroczy 14 dni roboczych,*

*b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 5 dni roboczych od uznania reklamacji,*


Dot. projektu umowy W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA



1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.**

  
ds. Ekonomicznej  
Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny Nr 5  
im. św. Barbary w Sosnowcu  
Ewelina Domała

