

Opole, dnia 29.07.2024r.

L.dz. 2317/2024

Nr postępowania: ZP/08/2024

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

**ODPOWIEDZI  
na wnioski i zapytania do treści SWZ**

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzęt jednorazowego użytku II”, nr postępowania ZP/08/2024, zgodnie z treścią art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Pakiet 2, pozycja 5:

Prosimy o dopuszczenie: Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny ,100 % silikonowy, balon 5/15ml, jednorazowego użytku z możliwością utrzymania do 30 dni, CH od 14 do 24 (do wyboru przez Zamawiającego).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Pakiet 2, pozycja 54:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaferowania w tej pozycji rurka intubacyjnej kształtowej nosowej typ Murphy, wykonana z termoplastycznego PVC silikonowanej, tak jak w pozycjach 50, 51, 52 i 53, reszta zapisów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Pakiet 2, pozycja 89:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaferowania w tej pozycji zestawu do konikotomii w składzie: igła punkcyjna z nałożoną kaniulą o śr. wewnętrznej 4 mm z łącznikiem 15mm, elastyczna silikonowa rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawka do kontroli aspiracji gazów; taśma do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany na tacce, sterylne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Pakiet 4, pozycja 63:

Prosimy o dopuszczenie: TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH ze skalą numeryczną na odwrocie, logo producenta tłoczone na trzonku, produkt wielorazowego użytku, trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej w rozmiarze 4 kompatybilny z ostrzami 18-36, tożsamego producenta, jak zaferowane ostrza z pozycji 62.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Pakiet 4, pozycja 64:

Prosimy o dopuszczenie: TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH ze skalą numeryczną na odwrocie, logo producenta tłoczone na trzonku, produkt wielorazowego użytku, trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej w rozmiarze 3 kompatybilny z ostrzami 6-16, tożsamego producenta, jak zaferowane ostrza z pozycji 62.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**