

## WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na

### **Dostawa aparatów do dializoterapii - 2 kpl. (ID 971127) - postępowanie powtórne w związku z unieważnieniem postępowania ID 958680**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 § 4 pkt 7**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie dotyczące Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści umowy w zakresie § 4, pkt. 7 i zmianę treści w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń, z :

- obsługi technicznej aparatu;
- czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – maksimum 2 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie – jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone dokumentem potwierdzającym odbycia ww. szkolenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje projekt umowy.**

*Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)*