



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 19.04.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 4/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 19

1. Pytanie 1 Zadanie 27

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych z mankietem prostym z niechlorowaną opaską na końcu, która eliminuje prawdopodobieństwo zwijania się mankietu, poziom protein 30 µg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ww. asortyment.

2. Pytanie 2 Zadanie 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², z oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem? Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm o gramaturze 65 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 41 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 160 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 85 N. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu.

3. Pytanie 3 Zadanie 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², z oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem? Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm o gramaturze 65 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 123 (przód)/194 (rękaw) cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 259 (przód)/ 155 (rękaw) kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 130 N- parametry w strefie krytycznej. Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J 91/ 810 59 82

Z upoważnienia
Komendanta

ppłk mgr Krzysztof JUROWSKI

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl