

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 18.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. (ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet nr 36 poz.1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika ostrzy i igieł z usuwaczem ostrzy - 10miejsc.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 36 poz.2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie licznika ostrzy i igieł z usuwaczem ostrzy - 20miejsc.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 36 poz.1-2

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby pudełka miały ostrzeżenie o niebezpieczeństwie pochodzenia biologicznego czyli zagrożenie biologiczne BIOHAZARD ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 36 poz.3

1. Prosimy o wyjaśnienie czy oczekuje markera (niedrażniący skóry atrament - fiolet krystaliczny) w komplecie z elastyczną linijką wykonaną z plastiku z podziałką.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 36 poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni potwierdzoną przez producenta.

Paki Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 36 poz. 5

1. Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H₂O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 37 poz. 16

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,6x32mm oraz 07x32mm


Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 54 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy w rozmiarze 1.6

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
Zespołu ds. Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski


Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Staszek