



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27

72 – 300 Gryfice

Nasz znak

SPZZOZ/49/1/24

Data

Gryfice 2024-09-17

Sprawa dotyczy:

*Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę obłożeń operacyjnych na potrzeby SPZZOZ w Gryficach – powtórzenie”.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320), Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

PAKIET nr 2 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze minimum 100x220cm, z wkładem chłonnym minimum 50x180 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

- 1x Serweta chirurgiczna porodowa 114cm x 150cm 2-warstwowa wzmocniona, z torbą do zbiórki płynów 78cm x 80cm
- 1x Kocyk flanelowy 75cm x 160cm
- 10x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm
- 1x Zaciskacz do pępowiny biały
- 1x Nożyczki do cięcia pępowiny zaokrąglone metalowe 12cm
- 1x Nożyczki do cięcia krocza BRAUN-STADLER metalowe 14,5cm
- 1x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
- 1x Czapeczka dla noworodka
- 1x Serweta chłonna 60cm x 80cm
- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm





- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik chłonny 30cm x 30cm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści tupfer ze znacznikiem RTG , 17 nitek?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kocyk dla noworodka 80cm x 100cm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną 1 sekcja 30cm x 40cm?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do pola operacyjnego proste w rozmiarze 18cm?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści czapeczkę dla noworodka w kolorze białym?**

**ODP.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści tupfer ze znacznikiem RTG , 17 nitek?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17N 6W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł.300cm CH30, lejek-lejek)?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy, 17 nitek?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do cięcia cesarskiego 200cm x 320cm, otwór 25cm x 30cm?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że otwór zabezpieczony jest folią operacyjną.**

**Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny składający się z pięciu warstw w rozmiarze 100x225cm, wkład chłonny 50x208cm, chłonności 3820,18,ml?**

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**





**PAKIET 1**

1. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do porodu naturalnego, w którym serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 120cm x 95cm, w zamian za nożyczki do pępownicy są nożyczki metalowe matowione tępe/tępe oraz zestaw posiada w swoim składzie nie 1, a 2 kocyki dla noworodka. Pozostałe Parametry i skład zestawu bez zmian.

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

2. **Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm
  - 3 x ręcznik chłonny 33 cm x 30 cm
  - 20 x tufper z gazy ze znacznikiem RTG R6 wielkość pięści, 20 nitok
  - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 cm x 38 cm
  - 20 x tufper z gazy RTG R6 wielkość pięści, 20 nitok
  - 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. L
  - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 , składana teleskopowo
  - 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL
  - 2 x skalpel No. 22
  - 4 x chusta z gazy z chipem RTG rozm. 45 cm x 45 cm, 6 warstw, 20 nitok, biała
  - 1 x miseczka 500 ml - przezroczysta
  - 2 x dren do ssaka 350 cm 30/10,00 CH/mm
  - 10 x kompres z gazy ze znacznikiem RTG, 10 cm x 10 cm, 12 warstw, 17 nitok
  - 1 x taśma przylepna 10 cm x 50 cm
  - 1 x serweta do cięcia cesarskiego 250/200 x 320 cm, otwór 29 cm x 19 cm
  - 1 x opatrunek pooperacyjny samoprzylepny o rozm. 25 cm x 10 cm
  - 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy 20/- miejsc
- Opakowanie folia.

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

3. **Poz. nr 3** – prosimy Zamawiającego o możliwość załączenia do oferty 1 próbki sterylnej oraz 1 próbki niesterylnej Zestawu do cesarskiego cięcia.

**ODP.: Zamawiający dopuszcza.**

**DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach**

**Danuta Kowalewska**

