



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Sprostowanie z dnia 16.10.2024r.**  
**Odpowiedź na Zapytanie 3**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 2179 / 3598 /24**

**Data: 16.10.2024r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3344 / 2024**

**Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 2 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***  
Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji wykonaną z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych, zagięta i zaokrąglona końcówka umożliwia bezpieczną intubację bez uszkodzenia tkanek miękkich, korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność prowadnicy w kanale rurki intubacyjnej, wyraźna, czytelna skala co 1 cm, dostępna w trzech rozmiarach i długościach 6 FR, 10FR, 15FR długość min. 50cm? średnicach od 8CH do 16CH?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 3 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***  
Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepack 11 107x23?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

***PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 3 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***  
Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepack 12 106x25?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

***PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 3 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***  
Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepack 15 100x22?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***



**PYTANIE nr 5 dot. Pakietu nr 3 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier Lifepack 11, 15 108x23?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 6 dot. Pakietu nr 9 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran wykonaną z polietylenu medycznego, pojemność 200ml, możliwość połączenia z drenami o średnicach od 8CH do 16CH?



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 7 dot. Pakietu nr 21 poz. 5 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 21, pozycja 5

Czy Zamawiający ma na myśli kaczkę sanitarną papierową?

**Odpowiedź: Tak.**

**PYTANIE nr 8 dot. Pakietu nr 34 poz. 1-2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej rękawicy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 9 dot. Pakietu nr 34 poz. 1-2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 280mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 10 dot. Pakietu nr 34 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm±0,02?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 11 dot. Pakietu nr 34 poz. 1-2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z oznaczeniem rozmiaru rękawicy na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 12 dot. Pakietu nr 34 poz. 1-2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 1-2


Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice składane na pół, ale pakiet zewnętrzny nie może być składany na pół.**

**PYTANIE nr 13 dot. Pakietu nr 34 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane jedynie od wewnątrz?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**PYTANIE nr 14 dot. Pakietu nr 34 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein  $\leq 30\mu\text{g/g}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 15 dot. Pakietu nr 34 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,18\text{mm}\pm 0,02$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 16 dot. Pakietu nr 34 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem białek lateksowych: max  $33\mu\text{g/g}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 17 dot. Pakietu nr 34 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,22\text{mm}\pm 0,02$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,20 mm. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic o grubości na palcu min. 0,21 mm. Zamawiający dokonuje modyfikacji nr 1 z dnia 16.10.2024r. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza Asortymentowo-Cenowego w zakresie Pakietu 34 poz. 2.**

**PYTANIE nr 18 dot. Pakietu nr 34 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ginekologiczne o długości  $480\text{mm}\pm 10\text{ mm}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 19 dot. Pakietu nr 34 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimum 280 mm, których grubość pojedynczej ściany na palcu wynosi  $0,20\pm 0,02\text{ mm}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o długości minimum 280 mm, jednakże Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,18 mm, 0,19mm, 0,20mm. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic o grubości na palcu min. 0,21 mm. Zamawiający dokonuje modyfikacji nr 1 z dnia 16.10.2024r. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza Asortymentowo-Cenowego w zakresie Pakietu 34 poz. 4.**

**PYTANIE nr 20 dot. Pakietu nr 34 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**  
Pakiet 34, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z oznaczeniem rozmiaru rękawicy na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

