

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę testów alergicznych z dzierżawą analizatora (skanera płaskiego) i niezbędnego oprzyrządowania, Znak: Z/TA/16/24

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej- zestawienie parametrów granicznych

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do półilościowego oznaczania przeciwciał IgE specyficznych umożliwiający otrzymanie ilościowych wyników z przyporządkowaniem do standardowych 6 klas (0-VI)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. zestawu.

2. Czy Zamawiający dopuści testy nie wymagające kalibracji (kalibracja testów jednym z etapów produkcji testów)?

Uzasadnienie: Proces kalibracji odbywa się na urządzeniu odczytującym testy i dotyczy kalibracji sprzętu, w którym zastosowana jest kalibracja 25 punktowa

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. testów. Zamawiający wymaga testów z krzywą kalibracyjną dla każdego testu indywidualnie.

3. Czy Zamawiający dopuści testy, w których wymagana objętość nierozcieńczonej surowicy na jedno badanie to maksymalnie 300µl?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. testów

4. Czy Zamawiający dopuści testy posiadające 1 linię kontrolną wskazującą na poprawne wykonanie testów, kalibracja dotyczy urządzenia do odczytu gdzie jest zastosowany system zawierający więcej niż trzy linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. testów.

5. Czy Zamawiający dopuści testy, w których dolna granica wykrywalności jest na poziomie 0,35 kU/l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. testów.

6. Czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuści Panel oddechowy min. 10 alergenów, zawierający następujące alergeny: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb(pyłki), Mieszanka traw (Tomka wonna, Cynodon palczasty, Kupkówka pospolita, Kostrzewa trzcinowata, Życica trwała, Tymotka łąkowa, Stokłosa bezostna, Pyłki żyta zwyczajnego, Kłósówka wełnista, Wyczyniec łąkowy, Perz właściwy, Rajgras wyniosły), Pyłki żyta, Pyłki bylicy pospolitej, Babka lancetowata, Kot(sierść), Koń (nabłonek/sierść), Pies (nabłonek/sierść), Świnka morska, Chomik, Królik, Penicilliumnotatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. panelu oddechowego.

7. Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 20 z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego? Uzasadnienie: Ograniczanie przetargu tylko do konkretnej metody konfekcjonowania opakowań może być traktowane jako ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 20 z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego.

Podpisał:
Dyrektor SPZOZ w Węgrowie
Lek. med. Artur Skóra