

ZP-19-018UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 21.03.2019 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę protez głosu i protezek wewnętrznych dla Bloku Otolaryngologicznego
Nr sprawy: ZP-19-018UN

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z brakiem możliwości wykonania zamówienia przez jakiegokolwiek Wykonawcę po weryfikacji zmian załącznika nr 1 do SIWZ zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do załącznika zmian uwzględniających możliwość zaferowania protez głosowych:

Pakiet 1 poz. 1d – długość (odległość pomiędzy kołnierzami) 12 – 12,5 mm

Pakiet 1 poz. 1e – długość (odległość pomiędzy kołnierzami) 14 – 15 mm

wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości i wykreśleniem pozycji 1f i 1g,
lub dopuszczenie w pozycjach:

Pakiet 1 poz. 1d – długość (odległość pomiędzy kołnierzami) 12 – 12,5 mm

Pakiet 1 poz. 1f – długość (odległość pomiędzy kołnierzami) 14 – 15 mm.

Odpowiedź.: Zgodnie z modyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Załącznik:

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy Pzp przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień
08.04.2019 r. godz.: 07:30.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 08.04.2019 r. o godz.: 07:35.**

ZP-19-018UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Zmodyfikowany załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Protezy głosu

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość w szt.	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość Netto (kol. 3*4)	Stawka VAT %	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy	Oferowana długość (odległość pomiędzy kołnierzami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Proteza głosowa niskooporowa, wszczepialna, powinna być wykonana z silikonu medycznego, uniwersalna: do wszczepiania, pierwotnego podczas laryngektomii, wszczepiania wtórnego – do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomy. Proteza powinna posiadać pierścień z tworzywa widocznego w promieniach RTG oraz dwa elastyczne kołnierze, jeden od strony przetyku, drugi od strony tracheostomy, umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przetykowo – gardłowej z dwóch stron. Kołnierz przetykowy powinien być sztywniejszy niż kołnierz tchawiczny, zmniejszający ryzyko migracji protezy, do dróg oddechowych. Proteza w opakowaniu sterylnym. Opakowanie powinno zawierać również zestaw jednorazowych podstawowych narzędzi do wszczepiania protezy oraz szczoteczkę do czyszczenia protez. Rozmiar protezy powinien być opisany w korpusie. Do każdego opakowania należy dołączyć instrukcję w języku polskim dla lekarza i pacjenta.</p> <p>lub</p> <p>Proteza głosowa o średnicy 20 lub 22,5 Fr niskooporowa, wszczepialna, z silikonu medycznego, uniwersalna: do wszczepiania, pierwotnego podczas laryngektomii, wszczepiania wtórnego – do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomy. Proteza powinna posiadać pierścień z tworzywa widocznego w promieniach RTG oraz dwa elastyczne kołnierze, jeden od strony przetyku, drugi od strony tracheostomy, umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przetykowo – gardłowej z dwóch stron. Kołnierz przetykowy sztywniejszy niż kołnierz tchawiczny, zmniejszający ryzyko migracji protezy, do dróg oddechowych. Proteza w opakowaniu sterylnym. Opakowanie powinno zawierać zestaw jednorazowych podstawowych narzędzi do wszczepiania protezy (aplikator ze wstępnie załadowaną protezą do wymian lub zestaw do implantacji z protektorem gardła, igłą punkcyjną ze światłem dla przewodnika, przewodnik, przewodnicę, rozszerzadło z zamocowaną protezą) oraz szczoteczkę do czyszczenia protezy. Rozmiar protezy opisany na korpusie. Do każdego opakowania dołączona instrukcja w języku polskim dla lekarza i pacjenta</p>										
Protezy powinny być dostępne w niższej podanych rozmiarach:											
a	Długość (odległość pomiędzy kołnierzami) 6 mm	6									-----
b	Długość (odległość pomiędzy kołnierzami) 8 mm	30									-----
c	Długość (odległość pomiędzy kołnierzami) 10 mm	30									-----
d	Długość (odległość pomiędzy kołnierzami) min. 12 mm max. 12,5 mm	7									
e	Długość (odległość pomiędzy kołnierzami) min. 14 mm max. 15 mm	7									

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

ZP-19-018UN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*